

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李光	
	职称(职务): 高级	
	工作单位: 驻马店市第二中医院	
项目信息	项目名称: 上蔡县人民医院更换双源CT球管(A)项目	
	供应商名称: 上海柯渡医学科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次拟采购的西门子双源CT球管A为设备专属配套部件,该配件与设备完全匹配,性能稳定,耐用性强,相较于配件在兼容性、图像质量精准性及医疗安全方面存在安全隐患,目前国内外无完全可替代产品,综上,为保障设备性能、临床安全与诊断质量,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李光	日期: 2026.5.26

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写