

专家论证意见表

2026 年 8 月 5 日

采购单位	驻马店市中心医院			
项目名称	驻马店市中心医院 16 排 CT 球管采购项目			
论证事项	单一来源采购方式			
专家论证 意见	球管为CT设备的核心部件，未经原厂认证的未在医疗设备上做过匹配性测试，存在安全隐患。本项目的唯一性和不可替代性，符合采购法单一来源相关规定，建议采用单一来源采购。			
	专家姓名	毕红兵	职称	技术
	工作单位：市政府电子政务中心			
2026年8月5日				