

### 专家论证意见汇总

一、基本情况	
申请单位	固始县中医院
采购项目所属项目名称	固始县中医院购置眼震视图仪项目
技术参数	详见技术参数
采购代理机构	汇龙工程咨询有限公司
二、专家论证意见汇总	
<p>固始县中医院购置眼震视图仪项目。国产设备功能单一。设计精密度不够。进口产品精度高。性能好。数据诊断准确。且有良好的灵活性。能满足成人及儿童体位变化需求。更符合临床使用要求。又不属于国家法律法規明确禁止限制的进口产品。</p>	
专家签字：	方方 周跃
	朱岩 李空河 孙德武
	日期2025年9月26日

