







公差与测量实验室项目验收报告

项目名称	公差与测量实验室							
项目编号	鹤财招标采购-2024-21（包3）							
采购单位	河南信息科技学院筹建处							
供货单位	郑州市易科墨科技有限公司							
基本情况	2024年4月1日完成招标，2024年4月12日开始设备进校，在合同要求期限内完成了实验室安装、调试。							
验收内容	序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	质量情况	
	1	专题 公差 测量 测绘 仪	硬件技术参数		EKM/DCMDT	6	套	
			图形处理器		宏碁 Veriton T 650 3000	12	套	
			A 课程资源		EKM/定制	12	套	
			升降器		绿能 /LN-27	12	套	
	2	智慧 黑板	86 英寸智慧黑板		小牛智慧 /XNL86FM1	1	套	
			内置 ops 电脑		小牛智慧 /XNL86FM1	1	套	
			白板软件		小牛智慧 /XNL86FM1	1	套	
			移动授课助手		小牛智慧 /XNL86FM1	1	套	
			智慧校园云平台		小牛智慧 /XNL86FM1	1	套	
			沉浸式学习平台		江苏立创 /LR-01	1	套	
	3	文化墙建设及实验室布线		项	1			
	4	创客桌及凳子		张	6			
	5	学生凳		张	40			
6	讲台桌		套	1				

	7	大理石平台		块	10		
	8	其他	定制资料柜	套	2		
			实验室窗帘	套	1		
验收意见	<p>验收意见：专家组听取了项目建设方和承建方对项目相关情况的汇报，根据项目招标文件、投标文件、合同文本及承建方提交的验收材料，到尚德楼 111 对设备型号、数量、部署运转情况进行了实地查看、验收，在查看时第一次演示数智云专家交互多模态驱动引擎未打开，现场经过技术人员多次调试后可打开。认为本项目达到了招标文件的要求，数量齐全，设备正常，项目验收合格。</p> <p>验收专家签字：   </p> <p>纪检签字： </p> <p>财务： </p> <p style="text-align: right;">2024年6月13日</p>						
采购单位验收意见	<p>采购单位（盖章）： 河南信息科技学院筹建处</p> <p style="text-align: right;">2024年6月13日</p>						