

网上支付

公共卫生学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学公共卫生学院环境与脑健康平台仪器设备采购项目（包1）

资金来源：学科经费 合同金额：131.75 万元

中标供应商：河南恒孚来商贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：韩绍印、胡香杰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2024年3月5日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财竞谈-2023-59-1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由公共卫生学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。


三、工作组在验收中，发现：

- 1、斯金纳操作箱缺少铭牌，缺少是否含有软件支持的说明；
- 2、小动物口鼻吸入暴露系统缺少铭牌；
- 3、气溶胶发生及防护系统技术参数不明确（单层或者双层）；
- 4、性能测试报告不完善。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足以上条件后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：邓磊 采购单位主管领导：所有梅

采购单位监督人：孙锦峰 采购单位签章：

验收工作组签名：

韩绍印 胡香杰
王君丽 赵皓松 丁磊

中标供应商项目负责人：白佳羽

2024年3月5日

公共卫生学院政府采购验收整改报告

项目名称:郑州大学公共卫生学院环境与脑健康平台仪器设备采购项目(包1))

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求,2024年3月5日,由资产与财务部牵头,抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作小组,对该项目进行了合同履行验收,并提出了如下问题:

1、斯金纳操作箱/穿梭回避箱缺少铭牌,缺少是否含有软件支持的说明。

整改后:该设备已完善铭牌信息,制造商对软件支持作出具体情况说明。(详见附件一)

2、小动物口鼻吸入暴露系统缺少铭牌。

整改后:该设备已完善铭牌信息。(详见附件二)

3、气溶胶发生及防护系统技术参数不明确(单层或者双层)。

整改后:该设备已和制造商确认技术规格(单层),并由制造商作出具体情况说明。(详见附件三)

4、性能测试报告不完善。

整改后:我公司已补充完善性能测试报告。(详见附件四)

针对以上四个问题我公司详细整改内容如下:

附件一.....	3-4
附件二.....	5
附件三.....	6-7
附件四.....	8-68

采购单位项目负责人: 邓高

采购单位主管领导: 阿有梅

采购单位监督人: 孙锦

采购单位签章:



验收工作组签名:

韩昭印

胡三建

中标供应商项目负责人: 任传旺

2024年 03月 20日

