

附件 2 分项报价明细表

项目编号：豫财磋商采购-2024-1042

项目名称：郑州大学水利与交通学院水利水电专业建设教学设备购置项目

货币单位：元（人民币）

序号	名称	型号	主要参数	制造商	产地	单位	数量	单价	合计	备注
1	便携式旋浆流速仪	LGY—II	1. 含旋浆传感器及连接线、流速旋浆探头	南京水利科学研究院	南京	台	11	8500	93500	含税
2	多功能智能流速仪	LGY—III	1. 8点测量通道 2. 起动流速 $\leq 1\text{cm/s}$	南京水利科学研究院	南京	台	1	11000	11000	含税
3	水位测针	M40/60	1. 测量平台，手动移动，X 轴向移动测量范围不小于 500mm，带刻度显示，分辨率 0.5mm；Y 轴向升降范围 400(600)，最小分辨率 0.1mm；2. Y 轴测杆精度误差： $\leq \pm 0.18\text{mm}(40\text{cm})$ ； $\leq \pm 0.27\text{mm}(60\text{cm})$ ；4. 测针针尖圆径 $R0.25 \pm 0.05$ 。 3. 测量平台，X 轴向配置丝杆移动滑台，移动测量范围不小于 1000mm，带刻度显示，分辨率 0.5mm；Y 轴向升降范围	南京宝威仪器仪表有限公司	南京	台	20	2200	44000	含税

			400(600), 最小分辨率 0.1mm; 4. Y 轴测杆精度误差: $\leq \pm 0.18\text{mm}(40\text{cm}); \leq \pm 0.27\text{mm}(60\text{cm});$ 4. 测针针尖半径 $R0.25 \pm 0.05$ 。							
4	电磁流量计	DN100-DN200	1. 具有中华人民共和国《计量器具型式批准证书》，并此次投标的流量计设备型号在中华人民共和国《计量器具型式批准证书》列式，且中华人民共和国《计量器具型式批准证书》允许生产口径DN2000以上（含DN2000），精度涵盖0.2级（DN300及以下）、0.5级（DN300以上）	开封开流仪表有限公司	开封	台	8	11800	94400	含税
5	激光粒度仪	Betttersize2600E	1. 准确性误差: $\leq 1\%$ 2. 具有折射率测试功能, 可对未知样品进行折射率测试 3. 采样速度可 ≥ 11000 次/秒 4. 激光器: 光纤偏振光激光器, 最大功率可达10mW, 激光器功率可调, 延长使用寿命 5. 具备完善的安全管理和审计追踪功能	丹东百特仪器有限公司	丹东	台	2	128000	256000	含税

郑州大学水利与交通学院水利水电专业建设教学设备购置项目投标文件

6	恒温摇床	QYC-2102 C	1. 旋转频率：40-300rpm 2. 频率精度：±1 rpm 3. 最大容量：100ml×48或250ml×30或500ml×24	上海新苗医疗器械制造有限公司	上海	台	6	15200	91200	含税
7	电子经纬仪	EDJ2-JCL A	1. 功能：导向、定位、准直、测角 2. 波长：635mm 3. 有效射程：120m	北京博飞海云仪器有限公司	北京	台	20	5600	112000	含税
8	全站仪	MTS-852R 10	1. 测距部：最小读数：1mm、棱镜精度：±(2mm+2ppm·D)、反射片精度：±(2mm+2ppm·D)、无棱镜精度（柯达白）：±(3mm+2ppm·D)、单棱镜测程：7500m、反射片测程：1000m、无棱镜测程：800m	常州市迈拓光电技术有限公司	常州	台	16	13800	220800	含税
9	水质测定仪	5B-6C	1. 示值误差：COD≤50mg/L，误差≤±8%；COD>50mg/L，误差≤±5% 2. 存储数据：1.6万个	北京连华永兴科技发展有限公司	北京	台	2	6400	12800	含税
10	紫外可见分光光度	T6 新世纪	1. 杂散光：≤0.05%T 2. 全密封结构以及光学镜表面涂有SiO2保护膜，双重保护仪器的光学元器件不受气体和环境的影响	北京普析通用仪器有限责任公司	北京	台	2	14500	29000	含税

郑州大学水利与交通学院水利水电专业建设教学设备购置项目投标文件

			3. 整机全模具化, 零部件全采用抗腐蚀材料, 提高仪器的耐候性							
11	酸度计	PHSJ-4F	1. mV范围: (-2000.00~2000.00)mV; 最小分辨率: 0.01 mV; 电子单元示值误差: $\pm 0.03\%$ 或 ± 0.1 mV	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海	台	2	4000	8000	含税
12	浊度仪	WZS-180A	1. 分辨率: 0.01/0.1/1 NTU 2. 零点漂移: $\pm 1.0\%$ FS/30min	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海	台	2	5600	11200	含税
13	沥青针入度测定仪	SYD-2801 E1	1. 分辨率: 0.01mm(0.1针入度) 2. 控温精度: $25^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	7800	23400	含税
14	沥青软化点仪	SYD-2806 F	1. 温度分辨率: 0.1°C 2. 加热速率: 三分钟后自动调整为 (5.0 ± 0.5) $^{\circ}\text{C}/\text{min}$	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	6800	20400	含税
15	沥青延度仪	SYD-4508 C	1. 控温范围: $5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 可调, 温度显示分辨率 0.01°C 2. 控温精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	43800	131400	含税
16	沥青混合料拌合机	SYD-F02- 20	1. 拌和量: 20L 2. 控温精度: $\pm 5^{\circ}\text{C}$	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	41000	123000	含税
17	马歇尔电动击实仪	SYD-0702 (0702A)	1. 重锤落差: $457.2\text{mm} \pm 1.5\text{mm}$ 2. 击实速度: 60 次 ± 5 次/分钟	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	33600	100800	含税

郑州大学水利与交通学院水利水电专业建设教学设备购置项目投标文件

18	沥青混合料理论相对密度试验仪	SYD-0711 A	1. 单片机控制，抽真空、振动等均自动完成； 2. 电源电压：AC（220±10%）V，50Hz 3. 工作压力：3.7kPa±0.3kPa	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	1	19100	19100	含税
19	脱模仪	SYD-200D -1	1. 最大荷载：200kN 2. 油泵工作压力：30MPa	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	12000	36000	含税
20	马歇尔稳定度仪	SYD-0709	1. 测试荷载：0~50.00KN，测量误差：±0.1KN	上海昌吉地质仪器有限公司	上海	台	3	38000	114000	含税
21	电子静水天平	MP51001J	1. 由电子天平与静水力学装置组合而成 2. 可读性（g）：0.1	上海舜宇恒平科学仪器有限公司	上海	台	3	2900	8700	含税
22	高清防水相机	大疆 Action4	1. 镜头：视场角：155° 光圈：f/2.8 焦点范围：0.4 米至无穷远 2. 照片拍摄模式：单张照片约1000万像素	深圳市大疆创新科技有限公司	郑州	台	1	2800	2800	含税
23	高速工业相机	MARS-280 -409GTC	1. 分辨率：1936(H) × 1464(V) 2. 传感器：采用Sony IMX421 Global shutter CMOS	中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司	北京	台	2	50000	100000	含税
24	应变控制式直剪仪	ZJ	1. 最大垂直载荷：400KPa 2. 试件面积：30cm ²	南京宁曦土壤仪器有限公司	南京	台	15	5100	76500	含税

郑州大学水利与交通学院水利水电专业建设教学设备购置项目投标文件

25	应变控制式直剪仪	CZJ-1 型	1.最大垂直荷重：400Kpa 2.最大水平剪切力：1.2KN 3.剪切速率：彩色触摸屏单片机控制无级调速。常用速率：2.4、0.8、0.1、0.02mm/min	南京宁曦土壤仪器有限公司	南京	台	1	5600	5600	含税
26	应变控制式直剪仪（四联无极调速）	CZJ-4 型	1.剪切盒：4只，试样面积： 30cm^2 ×高2cm 2.剪切速率：彩色触摸屏单片机控制无级调速。常用速率：2.4、0.8、0.1、0.02mm/min	南京宁曦土壤仪器有限公司	南京	台	1	18600	18600	含税
27	全自动直剪仪	QZJ-4 型	1.气动垂直压力：0~800kpa，准确度：1%F·S 2.剪应力：0~2000N，准确度：1%F·S	南京宁曦土壤仪器有限公司	南京	台	1	12000	12000	含税
28	非饱和土应变控制式直剪仪	ZFY-1 型	1.剪切速率：0.003-3mm/min 2.剪切试样： $\Phi 61.8*40\text{mm}$ 3.气压调节范围：0-700kPa	南京宁曦土壤仪器有限公司	南京	台	1	58000	58000	含税
29	数显液塑限测定仪	GYS-2(LP-100D)	1.测量量程：0-22mm 分辨率：0.01mm；接触指示灵敏度>10M 2.延时时间：5±0.5 秒 测量非线性误	南京宁曦土壤仪器有限公司	南京	台	15	2000	30000	含税

郑州大学水利与交通学院水利水电专业建设教学设备购置项目投标文件

			差：优于 2%							
30	数显液塑 限联合测 定仪	SYS 型	1. 锥体质量：76g、100g 两用 2. 测量量程：0-25mm 分辨率：0.01mm 3. 接触指示灵敏度>10M	南京宁曦土壤仪 器有限公司	南京	台	2	2800	5600	含税
投标总价(人民币大写)：壹佰捌拾陆万玖仟捌佰元整 ¥ 1869800元										

注：本表报价合计金额与磋商函附录中磋商总报价金额一致。

供应商名称（企业电子签章或加盖公章）：河南普嘉商贸有限公司

供应商法定代表人或其授权代表（个人电子签章或签字）：

日期：2024 年 10 月 22 日