

进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜系统
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院电子支气管镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他	
<p>原因阐述：</p> <p>进口电子支气管镜能够提供更清晰、更细腻的图像，可使气道粘膜的微小变化都能在图像上得到反映，极大地提高了发现气道微小病变的能力，包括早期肺癌，有助于医生进行早期诊断和精准治疗。进口产品在图像质量清晰度、设备稳定性、兼容性方面能达到医院高水平诊断要求；而目前国产产品性能不够稳定，图像质量不够清晰，故障率高，不利临床需求。</p> <p>综上所述，我院申请购置进口的电子支气管镜。</p>	

采购人采购的电子支气管镜系统，用于支气管病变的精准性诊断。对设备性能、质量、稳定性要求较高，技术要求：高清内镜图像采集可兼容CCD传感器内镜和CMOS传感器内镜，具备强LED光源与光源整合技术，同时具备光学染色和电子分光染色，大于等于三种特殊光检查模式。目前国内同类产品无法完全满足关键性技术要求。相比国内同类产品，进口产品稳定性好，图像更清晰，设备技术更成熟。同时，该类进口产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，同意采购进口产品。

技术专家 2

专家姓名：郑利

工作单位：郑大二附院

联系方式：13838029783

职称：副高

2025年4月18日