

# 政府采购进口产品专业论证意见

一、基本情况	
申请单位	漯河市郾城区人民医院
拟采购产品名称	西门子 CT 更换球管及设备维修服务
拟采购产品金额	194 万元
采购项目所属项目名称	漯河市郾城区人民医院西门子 CT 更换球管及设备维修服务 项目
采购项目所属项目金额	194 万元
进口产品类别	国家鼓励的进口产品 ( ) 国家明令限制进口产品 ( ) 其他进口产品 <input checked="" type="checkbox"/>
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p><small>原因阐述: 1、目前国内没有能与相匹配的同型号 CT 球管的生产厂家, 球管是整机的重要结构及组成, 不能保证设备的正常使用, 且整机的结构及组成已发生变化, 为了和原主机匹配, 只能用原厂球管, 才能保证设备的完整性和设备的正常运转, 保证临床应用的需求, 保证影像质量和诊断。2、球管是 CT 核心部件, 必须要通过与 CT 整机的匹配性测试检验, 只有使用原厂生产的球管, 才能在图像质量达到临床所需要的技术要求(包括图像空间分辨率, 密度分辨率, 图像均匀性, 噪声等), 在设备参数上才能达到匹配状态(包括球管输出电压, 毫安, 阳极转数, 球管重量等), 其对设备的稳定性, 病人照射剂量的准确性安全性都是一种可靠的保证, 更换也有统一规格的要求, 具有不可替代性, 且目前国产同类产品生产技术不能同时满足以上工作需要, 无法满足采购人实际使用需求。</small></p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">基于技术的一致性和设备的配套性, 更好地支持设备性能。建议采购与原设备相匹配的部件和服务, 并按规定报告不违反国家和地方的政策法规等规定。</p>	
<p>专家签字 <span style="font-size: 1.5em;">孙会达</span></p> <p>2015年9月19日</p>	