

# 栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生

## 机构能力建设项目

# 招 标 文 件

项目编号：栾川公开-2025-16

采购编号：栾川政采招标(2025)0006 号



**河南沃馥工程咨询有限公司**  
HENAN WOYU ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

采 购 人：栾川县卫生健康委员会

采购代理：河南沃馥工程咨询有限公司

日 期：2025 年 03 月

## 目 录

	排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>代理机构：（单位签章）</p>  <p>2025年3月13日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>招标单位（单位签章）</p>  <p>2025年3月13日</p> </div> </div>		

<b>招标公告</b> .....	<b>8</b>
<b>第二章 投标人须知</b> .....	<b>12</b>
投标人须知前附表 .....	12
1、总则 .....	18
2、招标文件 .....	21
3、投标文件 .....	22
4、投标 .....	24
5、开标 .....	24
6、资格审查与评标 .....	25
7、定标及合同授予 .....	26
8、纪律和监督 .....	26
9、样品 .....	28
10、相同品牌产品投标的处理 .....	28
11、需要补充的其他内容 .....	28
12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购 .....	28
附件：质疑函 .....	30
<b>第三章 采购需求</b> .....	<b>31</b>
一、项目概况 .....	31
二、采购货物技术参数和性能 .....	31
三、供货要求 .....	40
<b>第四章 合同(样本)</b> .....	<b>41</b>
<b>第五章 资格审查与评审办法</b> .....	<b>42</b>
<b>第六章 资格审查与评审标准</b> .....	<b>46</b>
<b>第七章 投标文件格式</b> .....	<b>51</b>
<b>附件 1: 投标函</b> .....	<b>53</b>

附件 2: 法定代表人授权书 .....	55
附件 3: 法人被授权人身份证扫描件 .....	56
附件 4: 资格证明材料 .....	57
附件 5: 开标一览表 .....	60
附件 6: 报价明细表 .....	61
附件 6-1: 中小微企业声明函 .....	62
附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函 .....	64
附件 6-3: 监狱企业证明文件 .....	65
附件 7: 技术要求响应与偏差表 .....	66
附件 8: 商务要求响应与偏差表 .....	67
附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表 .....	68
附件 10: 实质性技术要求的支持资料 .....	70
附件 11: 制造商授权书 ( 参考 ) .....	71
附件 12: 项目实施方案 .....	72
附件 13: 售后服务计划 .....	73
附件 14: 其他需要提供的资料 .....	74
附件 15: 参与评审打分的合同业绩一览表 .....	75
附件 15-1: 参与评审打分的合同业绩扫描件 .....	76
附件 16: 其他材料 .....	77

## 特别提示

### 1、投标文件的制作

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (\*.lytf 格式和\*.nlytf 格式)时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，招标小组有权认定其投标文件未对招标文件有关要求响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在提交投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件 (\*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交投标文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

### 3、招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在《河南省（洛阳市）政府采购网》和《洛阳市公共资源交易平台》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布“答疑文件”编制投

标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

#### 4、投标开启

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开启投标活动。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况。

4.3 各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开启前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件。未加密的投标文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，响应无效。

5、为便于投标人制作投标文件，本投标文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、招标代理机构有权将《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

## 公平竞争审查自查表

## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目		
项目代码	/		
标段名称	栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目		
招标人	栾川县卫生健康委员会	联系人及联系电话	雷先生 13592067997
代理机构	河南沃徐工程咨询有限公司	联系人及联系电话	王女士 0379-80899068
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>代理机构：（单位签章） 2025年3月13日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>招标代理机构（单位签章） 2025年3月13日</p> </div> </div>		

## 第一章 招标公告

### 栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目-招标公告

#### 项目概况:

栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 获取招标文件, 并于 2025 年 04 月 09 日 09 时 30 分 (北京时间) 前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号: 栾川公开-2025-16
  - 2、项目名称: 栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目
  - 3、采购方式: 公开招标
  - 4、预算控制金额: 2064700.00 元
- 最高限价: 2064700.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	栾川政采招标 (2025)0006 号-1	栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目	2064700.00	2064700.00

5、采购需求 (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):

5.1 采购内容: 该项目为设备采购项目, 主要对狮子庙中心卫生院提升配置和升级医疗设备。采购内容为: DR、经颅多普勒、便携式彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、体外冲击波治疗仪、中频治疗仪、智能中药熏蒸设备、高血压慢病检测系统、糖尿病慢病检测系统、远程诊疗影像信息化传输平台等。

5.2 交货期: 合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试、验收完毕;

5.3 质量要求: 合格, 符合国家相关规定及行业标准要求;

5.4 质保期: 3 年;

5.5 资金来源: 财政资金+自筹资金;

5.6 交货地点: 采购人指定地点;

5.7 标段划分: 本次采购共 1 个标段。

6、合同履行期限: 交货期+质保期;

7、本项目是否接受联合体投标: 否;

8、是否接受进口产品: 否;

9、是否专门面向中小企业: 否。

#### 二、申请人资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求;

2.1 支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业；节能环保产品优先或强制采购。节约能源、保护环境。

2.2 根据洛财购（2021）4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(<http://luoyang.hngp.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照；

3.2 投标人为生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证和所投产品医疗器械注册证；投标人若为代理商（销售商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；并提供生产企业（制造商）医疗器械生产许可证和所投产品的《医疗器械注册证》或产品注册登记表；

3.3 投标人的委托代理人须是本单位员工，提供在本单位的劳动合同和2024年09月以来连续3个月的社会保险证明（以社会保障部门出具的社保证明或社保中心网页截图为准）；

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的政府采购活动（**投标人自行承诺，格式自拟**）。

3.5 根据洛财购（2021）11号《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》的规定，供应商在投标（响应）时，须提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件）。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

**注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。**

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年03月19日至2025年03月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（[lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn)）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（[lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn)）上获取。请在“洛阳市公共资源交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程—新交易平台使用手册。

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年04月09日09时30分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（[lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn)）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

## 五、开标时间及地点

1. 时间: 2025年04月09日09时30分(北京时间)

2. 地点: 栾川县公共资源交易中心开标二室(栾川县钼都路环保大厦二楼)。本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 供应商无需到现场参加开标会议, 应在响应截止时间前, 登录“不见面开标大厅”(http://61.54.85.189/BidOpening), 在线准时参加开标活动并进行投标(响应)文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南-必看! 新交易平台使用手册内交易乙方(投标人、供应商等)操作手册。除电子投标(响应)文件外, 响应时不再接受任何纸质文件、资料等。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》和《洛阳市公共资源交易平台》网站上发布。招标公告期限为五个工作日2025年03月19日至2025年03月25日。

## 七、其他补充事宜

投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注, 获取相关澄清或变更等信息(如果有)。

## 八、凡是对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称: 栾川县卫生健康委员会

地址: 洛阳市栾川县

联系人: 梅先生

联系方式: 0379-66822105

### 2. 采购代理机构信息

名称: 河南沃徐工程咨询有限公司

地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交汇处时尚ONE公寓1-857室

联系人: 王女士

联系方式: 0379-80899068

### 3. 项目联系方式

项目联系人: 王女士

联系方式: 0379-80899068

### 4. 监管部门、联系人及联系方式

监管部门: 栾川县财政局

监管部门联系人: 栾川县财政局采购办

监管部门联系方式: 0379-66831029

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称: 栾川县卫生健康委员会 地址: 洛阳市栾川县 联系人: 梅先生 联系方式: 0379-66822105
1.1.3	采购代理机构	名称: 河南沃徐工程咨询有限公司 地址: 河南省洛阳市洛龙区开元大道与新伊大街交汇处时尚 ONE 公寓 1-857 室 联系人: 王女士 联系方式: 0379-80899068
1.1.4	招标项目名称	栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 节能环保产品优先或强制采购; <input checked="" type="checkbox"/> 不接受进口产品; <input checked="" type="checkbox"/> 支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业。
1.1.6	强制采购节能产品	本次采购强制采购的节能产品: /
1.1.7	项目编号	栾川公开-2025-16
1.1.8	标段划分	本次采购共 1 个标段;
1.2.1	资金来源	财政资金+自筹资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款,按交货进度支付,依法依规结算费用;最终以双方签订的合同为准。
1.3.1	履约验收	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。
1.3.2	交货期及质量要求	交货期: 合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试、验收完毕; 质量要求: 合格,符合国家相关规定及行业标准要求;
1.3.3	交货地点	采购人指定地点

<p>1.3.4</p>	<p>质保期及售后服务</p>	<p>质保期：3年。</p> <p>1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。</p> <p>2、提供3年质保免费上门保修服务，7天24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。</p> <p>3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商售后应在24小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。</p> <p>（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务做出明确承诺。</p> <p>4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>（2）应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>5、备品备件及易损件：</p> <p>中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。</p> <p>对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。</p>
<p>1.4.1</p>	<p>投标人资格要求</p>	<p>1、投标人须具有独立承担民事责任的能力，持有合法有效的营业执照；</p> <p>2、投标人为生产企业（制造商）须具有医疗器械生产许可证和所投产品医疗器械注册证；投标人若为代理商（销售商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；并提供生产企业（制造商）医疗器械生产许可证和所投产</p>

		<p>品的《医疗器械注册证》或产品注册登记表;</p> <p>3、投标人的委托代理人须是本单位员工,提供在本单位的劳动合同和2024年09月以来连续3个月的社会保险证明(以社会保障部门出具的社保证明或社保中心网页截图为准);</p> <p>4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一项目的政府采购活动(投标人自行承诺,格式自拟)。</p> <p>5、根据洛购(2021)11号《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》的规定,供应商在投标(响应)时,须提供《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》(详见招标文件)。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。</p> <p><b>备注:须提供以上各项证件、证明资料原件的扫描件(或照片),否则其将不被接受。</b></p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	<p>(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性;</p> <p>(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;</p> <p>(3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系;</p> <p>(4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务;</p> <p>(5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人;</p> <p>(6) 被“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单;</p> <p>(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;</p> <p>(8) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;</p> <p>(9) 被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/,也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网)“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站(www.chinatax.gov.cn/)——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的;</p> <p>(10) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的;</p>

		(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间: / 形式: /
1.11.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.12.1	实质性要求和条件	<b>交货期;</b> <b>交货地点;</b> <b>质量要求;</b> <b>付款方式;</b> <b>质保期及售后服务;</b> <b>注: 具体内容详见供应商须知前附表</b>
1.12.4	偏差	允许
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前, 由投标人在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。在投标截止时间前 10 日内, 采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在《河南省(洛阳市)政府采购网》和《洛阳市公共资源交易平台》上发布“变更公告”, 如需修改招标文件, 则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的招标文件)。对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人, 将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”, 并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件, 造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	<b>预算控制金额:</b> <b>2064700.00 元(贰佰零陆万肆仟柒佰元整)</b> <b>投标人的报价超过所投标段预算控制金额的, 其响应将被否决。</b>

3.2.5	投标报价的其他要求	<p>报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p> <p>其他：投标人须承诺，后期因系统功能优化、技术迭代所需的软件版本升级服务，以及为响应国家医疗卫生信息化相关政策调整（如数据标准变更、功能模块新增等）所需的技术改造费用，均已包含在投标总价中，不另行向采购人收取任何费用。</p>
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。
3.4.1	投标保证金	/
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
3.7.6	<b>综合标暗标格式</b>	<p>暗标评审</p> <p>1、本次招标采用暗标评审。</p> <p>2、本项目综合标（项目实施方案）为暗标内容，未按以下要求制作的，暗标不得分：</p> <p>2.1 排版：正文（不含图、表）采用 A4 大小，全文均为白底黑色，采用宋体四号字；</p> <p>2.2 图表：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；</p> <p>2.3 供应商不得对暗标评分的内容进行电子签章。暗标内容中均不得出现供应商名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。</p> <p>3、评标委员会一致认定供应商存在其他透露供应商身份信息情况的，其暗标不得分。</p>

		<b>注：不符合以上要求的部分，对应的评分点不得分。</b>
4.1.1	封套上的密封和标记	/
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.3	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件一份 (*.lytf 格式)；
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人； 由采购人1人和相关经济、技术评标专家4人组成； 评标专家确定方式：经济、技术专家开标前从有关政府部门设立的评标专家库中随机抽取确定。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3名/包
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。如中标候选人出现并列，由评标委员会投票确定中标人。
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介：同招标公告发布媒体 公告期限：1个工作日
7.4.1	履约保证金	免收履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否
10	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投

		<p>标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格,投标报价也相同的,由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中,多家投标人提供的核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。</p> <p><b>本次招标项目的核心产品为: /。</b></p>
11	需要补充的其他内容	<p>1、依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号,本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<b>工业</b>。</p> <p>2、代理(中标)服务费:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002号)所规定的收费标准收取,由中标人支付。</p> <p>3、监管部门及电话:栾川县财政局 0379-66831029</p>

## 1、总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行招标。

1.1.2 采购人:见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求:见投标人须知前附表。

(1)如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品,投标人可报进口产品,也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径,并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2)根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)“第七条:采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购”。

(3)根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4)根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5)同一供应商(包括联合体),中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。

(6) 根据洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（洛财购〔2021〕1号）“三是对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价不再给予价格扣除”。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次采购强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。（投标人所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其将被否决。

1.1.7 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 标段划分：见投标人须知前附表。

## **1.2 招标项目的资金来源及付款方式**

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

## **1.3 履约验收、交货期及质量要求、交货地点、质保期及售后服务**

1.3.1 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期及质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见投标人须知前附表。

## **1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：**（本项目不适用）**

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（[www.chinatax.gov.cn/](http://www.chinatax.gov.cn/)）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的；
- (10) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

## 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的响应将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告，或第三章采购需求中的相关要求，或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标文件将被否决。

1.12.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评分标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人授权书；
- (3) 法人被授权人身份证扫描件；
- (4) 资格证明材料；
- (5) 开标一览表；
- (6) 报价明细表；
- (7) 中小微企业声明函；
- (8) 技术要求响应与偏差表；
- (9) 商务要求响应与偏差表；
- (10) 节能产品、环境标志产品明细表；
- (11) 实质性技术要求的支持资料；
- (12) 制造商授权书（参考）；
- (13) 项目实施方案；
- (14) 售后服务计划；
- (15) 其他需要提供的资料；
- (16) 参与评审打分的证书（证件）一览表
- (17) 参与评审打分的合同业绩一览表
- (18) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4 投标保证金（本项目不收取投标保证金）

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.lytf 格式和\*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求作出响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

3.7.6 综合标的格式应满足投标人须知前附表关于“暗标”评审的要求，否则其对应的评分点不得分。

## 4、投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5、开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

### 5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标。

5.2.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在响应截止时间前，登录“不见面开标大厅”（<http://61.54.85.189/BidOpening>），在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南-必看！新交易平台使用手册内交易乙方（投标人、供应商等）操作手册。除电子投标（响应）文件外，响应时不再接受任何纸质文件、资料等。

5.2.3 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.2.4 （此条款仅适用于现场开标的项目）如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5 （此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

5.2.6 （此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

### 5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

## 6、资格审查与评标

### 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及采购代理机构组成，或授权评标委员会进行资格审查。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和相关评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组或评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、定标及合同授予

### 7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定定标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

### 7.3 中标通知

中标人应在发布中标结果公告后的2个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》、采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

### 7.4 履约保证金（本项目不收取履约保证金）

### 7.5 签订合同

7.5.1 依据洛财购[2022]5号文件，采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

## **8.2 对投标人的纪律要求**

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅自离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

## 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

## 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为投标人）进行评审打分，并按下述程序确定成交投标人。

### 12.3 谈判的主要程序

12.3.1 谈判小组对投标人的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

12.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

12.3.4 投标人按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的投标人在规定时间内提交最后报价。

12.3.6 最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

12.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

**附件：质疑函**

**质疑函**

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：.....  
地址：..... 邮编：.....  
联系人：..... 联系电话：.....  
授权代表：.....  
联系电话：.....  
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....  
质疑项目的编号：..... 包号：.....  
采购人名称：.....  
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....  
事实依据：.....

法律依据：.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....

日期：.....

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章 采购需求

#### 一、项目概况

- 1、项目名称：栾川县卫生健康委员会狮子庙中心卫生院医疗卫生机构能力建设项目
- 2、采购方式：公开招标
- 3、预算控制金额：2064700.00 元；
- 4、采购内容：该项目为设备采购项目，主要对狮子庙中心卫生院提升配置和升级医疗设备。采购内容为：DR、经颅多普勒、便携式彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、体外冲击波治疗仪、中频治疗仪、智能中药熏蒸设备、高血压慢病检测系统、糖尿病慢病检测系统、远程诊疗影像信息化传输平台等。
- 5、交货期：合同签订后 30 日历天内供货、安装、调试、验收完毕；
- 6、质量要求：合格，符合国家相关规定及行业标准要求；
- 7、质保期：3 年；
- 8、交货地点：采购人指定地点；
- 9、标段划分：本次采购共 1 个标段。

#### 二、采购货物技术参数和性能

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
1	DR	1.1 胸片架片盒移动行程： $\geq 1100\text{mm}$ ★12 胸片架片盒沿立柱运动模式：全手动及全电动双模式，侧面具备电动上升、电动下降、跟踪及手动控制四个功能按键 1.3 胸片架内置滤线栅 1.4 球管立柱沿侧轨移动行程： $\geq 1400\text{mm}$ 1.5 球管升降模式：全电动及全手动双模式 1.6 立柱旋转范围： $\geq 180^\circ$ 1.7 球管与胸片架跟踪方式：电机驱动自动跟踪 1.8 固定式摄影床，床面板具备四向浮动功能★19 床下片盒运动行程： $\geq 500\text{mm}$ ，提供注册检验报告 01.20 床下片盒内置滤线栅 111 球管与床下片盒跟踪方式：机械物理追踪 2. X 射线管组件 21 管电压范围：40~150KV 22 焦点尺寸： $\leq 0.6/1.2\text{um}$ ★23 焦点功率： $\geq 27/75\text{kW}$ 2.4 阳极热容量： $\geq 300\text{kJ}$ 2.5 阳极转电： $\geq 9700$ 转/分 2.5 为保证球管散热，球管无外壳包裹 3. 高压发生器 31 输入电源规格：380V 3.2 输出功率： $\geq 50\text{k}$ 33 逆变频率： $\geq 400\text{kHz}$ 34 摄影管电压范围：¥40150LV★3.5 摄影管电池： $\geq 640\text{mA}$ 3.6 曝光加载时间： $\geq 10000\text{ms}$ 3. . 电流时间积： $\geq 01640\text{mAs}$ ★310 支持软件 AEC 自动曝光功能(非物理电离室)，提供对应功能的软件著作权证书 4. 平板探测器 4.1 材质：非晶硅整板 4.2 闪烁体材料：碘化铯 4.3 探测器	台	1

		尺寸:≥43X43cm4. 4 采集矩阵:≥3072X30724. 5 像素尺寸:≤139 μ m4. 6 空间分辨率:≥3. 6lp/mm4. 7A/D 转换:≥16bit★4. 8 数据传输及供电:专用线缆, 无需独立电池 5. 工作站 5. 1 屏幕尺寸:≥21. 5 英寸 5. 2 类型:彩色液晶显示屏 5. 3 操作系统:Win105. 4 处理器(CPU):13-8100:3. 6GHz;内存:8G:硬盘:1TB5. 5 图像采集功能:自动从医院 HIS 系统或者 RIS 系统获取患者信息或者建立本地病历:多体型选择、自动 APR 联动及自定义参数设置 5. 6 图像处理功能:自动窗宽窗位调整、ROI 窗宽窗位调节、灰阶变换, 单幅或者多幅图像并行显示;图像缩放功能:最适合图像, 放大、缩小、局部放大、实际大小:图像翻转:左右翻转、上下翻转、90° 翻转;图像滤波:降噪程度、骨骼层次、组织细节对比度等:标注功能:文本标注箭头等多种标注及删改:图像测量:直线测量、角度测量、矩形测量:图像调整:窗位增益、窗宽增益、灰度拉伸、负片反转、锐化、增强力度等;其它功能:图像移动、标注选择、图像裁剪等功能。 5. 7 图像管理功能:DICOM 功能及数据管理:系统支持标准的 DICOM3. 0 功能, 可将数据传到其他的医学影像工作站;多种胶片打印功能:支持多种尺寸的胶片打印方式:多介质存储功能:U 盘、移动硬盘等文档校对兼容模式		
2	经颅多普勒	超声频率: 脉冲波 PW(2MHz) 流速测量范围: Pw 不小于 20cm/s-200cm/s Cw 不小于 10cm/s-100 cm/s PW 深度: 25-120mm, 深度 1mm, 可扩展至 200mm 发射功率: 0-100%或 0-800%可调 扫描速度: 4. 8, 16 秒/屏可选 图像增益: 0~7 共 8 级可调或 0-48db 可选 电影回放: 图像声音同步 频谱转换: 256/512 点 FFT 内置转换 图像存贮: >20000 幅频谱图像 参数计算: Vp, Vm, Vd, PI, RI, S/D, Hr, HITS 多普勒声: 正向、反向、混合、关闭、可选	台	1
3	便携式彩超	急诊外创声速偏转功能 血管频谱自动描述 梯形成像 智能在编辑、智能工作站多平面成像 凸阵扩展成像 大角度腔内探头脉冲反向谐波组织成像 空间复合成像 斑点噪音抑制成像 频谱自动描述测量 图像在编辑优化应用	台	1
4	全自动生化分析仪	1、仪器类型: 内置试剂条码扫描装置。2、测试速度: ≥400 测试/小时, (单, 双试剂恒定)。3、测试方法: 1 点终点法, 2 点终点法, 两点法, 速率法(动	台	1

		<p>力学法)。4、定标方法：线性，非线性定标；1点线性法，2点线性法，多点线性法。5、样本盘：≥120个样本位(无需扩展)，支持微量样本杯，原始采血管。6、试剂盘：≥90个试剂位；试剂盘24小时不间断冷藏。7、样本量：2-30ul, 0.1ul 步进。8、试剂量：20-300ul, 1ul 步进。9、反应体积：≥150ul。10、反应杯位：≤90个，节省反应杯成本。11、反应温度：37±0.1℃：免维护固体恒温全封闭直热。12、搅拌：1个独立特氟龙镀层搅拌杆。13、清洗机构：2*6步自动清洗。14、光源：卤素灯；6V 10W。15、光学系统：点阵式后分光技术，光纤光路传输。16、CV%值：终点法≤1%，速率法≤1.75%。17、波长：标配（8个）340nm, 405nm, 450nm, 505nm, 546nm, 578nm, 630nm, 700nm（4个选配波长）。18、吸光度范围：0-4.0Abs。19、吸光度精度：0.0001Abs。20、加样针技术：防撞保护，实时反馈剩余试剂量。21、软件功能：Windows 7, Windows8、windows10环境下均可运行。22、通信接口：TCP/IP网络接口。23、电源：AC220V, 50Hz。</p>		
5	全自动血细胞分析仪	<p>检测原理 核酸荧光染色技术+流式细胞技术 检测参数 24项报告参数，4项研究参数 测试速度 80 T/H 检测模式 Test Mode CBC/CBC+DIFF 样本类型 全血/预稀释/末梢血 进样方式 自动进样、手工或急诊进样 样本用量 Sample Volume 20ul 样本预稀释 机外稀释，自动注液 试剂 4种常规试剂，1种保养清洁液 校准:CFDA 注册配套校准品，完整溯源链 Quality Management 质控:CFDA 注册配套五分类质控品，高中低三种浓度水平 监控室内质量 数据存储 Data Storage 200,000 报告与传输 自带报告系统，支持双向通信 尺寸 Dimensicns 550x700x600mm</p>	台	1
6	体外冲击波治疗仪	<p>气压弹道式体外冲击波无创操作；痛点理疗；劳损康复；打散粘连；全新升级，渗透力直达筋膜层，解决各种酸痛问题 产品特点：简易便携，频率稳定，压力调节进口空压机双操控系统多种冲击头；智能软件算法；特制配件；48种处方适应症：软组织:肩周炎、跟腱炎、颈椎病、足底筋膜炎、下腰痛、网球肘 骨科类:骨粘连、假关节、早中期的股骨头坏死 其他类:肌痉挛、烧伤整形、ED理疗等 禁忌症:肺结核、皮肤缺损、癌症、孕妇、中枢神经和骨骼等</p>	台	1

7	中频治疗仪	<p>1. 产品原理</p> <p>中频电流本身具有一定的治疗作用，受低频调制的中频电流则兼有低频与中频的综合作用。可以输出 1~ 10kHz 的中频电流，它包含和综合了中频电疗的各种疗法。2. 适用范围外科：急性扭伤、肩关节周围炎；内科：胃下垂、习惯性便秘等；神经科：坐骨神经痛、神经根炎等。妇科：慢性附件炎、慢性盆腔炎；皮肤科：带状疱疹等。耳鼻喉科：慢性喉炎、声带麻痹等。3. 产品特点：时间提示功能；输出销闭功能；扰短路开路能力；定时功能，四通道推车式；治疗仪具有的种处方；治疗仪具有同步、异步。离子导入、复位</p>	台	5
8	智能中药熏蒸设备	<p>1. 产品原理 药液在电磁互感悬浮加热系统的作用下，将药液急速转化成药气气溶胶，直接作用于病灶区通过经皮透释直接进入人体血液循环从而达到杀菌消炎、去腐生肌的治疗效果。2. 适用范围 配合药物用于人体臀部，会阴部位病症的熏蒸治疗可用于肛周瘙痒、湿疹、脓肿、痔疮以及妇科疾病的治疗与康复3. 产品特点 中药熏蒸疗温度可调；红外线感应开关控制坐圈转到；超高温机器自动切断电源；自动清洗管路，避免中药药渣堵塞管路；全程语音提示功能；一键自动进水，操作简单 液晶触摸屏、全程语音提示、红外感应自动旋转、全自动清洗、一次性座圈垫</p>	台	1
9	高血压慢病检测系统	<p>项 BA-822(蓝牙款)产品颜色：白色 自动关机 1 分钟 1. 测量方法示波法，支持时间/日期功能 2. 临床测试方式：听诊式测量 3. 记忆功能：90 组 2 人，外接电源，支持(Type-c 接口) 4. 重量：重约 1310g(不含电池) 最近三组平均值，支持语音功能 5 产品尺寸：245*192*218mm 5. 显示功能：超大 LCD 显示屏(XL) 6. 触摸功能：不支持 7. 彩盒尺寸：255 • 242*240mm 8. LCD 尺寸：3.8 寸 9. 显示类型：正显 10. 使用环境：温度：+5℃~+40℃ 11. 背光功能：蓝色背光 12. 测量精度：压力值：±0.4kPa(±3mmHg) 湿度：10%RH~90%RH 13. 蓝牙功能 支持 14. 脉搏：±5% 15. 保存环境温度：-20°℃~+65℃ 16. GSM 功能 不支持 17. 加压方式 电子充气泵 18. 湿度：10%RH~95%RH 19. 心率不齐 支持 20. 减压方式：定速泄气阀 21. 法规要求 EN 1060-1 EN60601-1-2 22. 测量范围：压力值：0mmHg(0kPa)280mmHg(0~37.3kPa) 布套 23. 臂带范围 约 24cm 至 34cm 之间 (9.4~13.4 英寸) 24：法规要求：EN1060-3 EN14971 EN60601-1 YY0670 25. 电池 4 颗 1.5V 碱性电池(包含血</p>	套	1

		压和血糖系统报告, 诊断系统软件, 打印机, 和平板显示屏)		
10	糖尿病慢病检测系统	1. 设备用途: 监测血糖数值 2. 仪器原理: 安培电流法或媒介体生物电化学原理 3. 准确性要求: 血糖浓度 $\leq 5.55\text{mmol/L}$ 时, 检测结果误差在 $0.83\text{mmol/L}$ 血糖浓度 $\geq 5.55\text{mmol/L}$ 时, 检测结果误差不超过 $\pm 15\%$ 4. 测量精确度: 血糖浓度 $< 5.55\text{mmol/L}$ 时, $SD < 0.33\text{mmol/L}$ 血糖浓度 $5.5\text{mmol/L}$ 时, $CV < 6.0\%$ 5. 试纸条批间差: 批间差 $< 15\%$ 6. 检测线性范围 $1.1\text{mmol/L}-33.3\text{mmol/L}$ 7. 显示: 液晶显示屏 8. 血标本类型: 毛细血管血, 静脉血, 动脉血, 新生儿血。9. 取血方式: 试纸条机外取血 10. 使用环境: 室温: $5-45^{\circ}\text{C}$ 湿度: $< 90\%$ 11. 样本量: $\leq 1$ 微升 12. 测试时: $\leq 5$ 秒 13. 储存数量: 自动存储并更新 $> 500$ 个测试值 14. 校正类型: 免调码, 插入血糖试纸即可检测(退条无污染自动退条功能数据连接支持蓝牙智传数据其他自带 2 节 AAA 电池; 自动电池电量监测和提示; 自动故障判断; 规格血糖试纸: 50 条(25 条*2 瓶)/盒, 套装: 50 条*4+1 台仪器(包含血压和血糖系统报告, 诊断系统软件, 打印机, 和平板显示屏	套	1
11	多功能病床	双摇, 带五扶防跌护栏, 带床头柜, 带床垫, 被褥	张	50
12	剖腹手术包	长弯血管钳 8 把, 中弯血管钳 6 把, 蚊式血管钳 2 把, 直血管钳 4 把, 有牙直血管钳 2 把, 艾力氏钳 1 把, 巾钳 4 把, 有齿卵圆钳 2 把, 无齿卵圆钳 1 把, 线剪 1 把, 组织剪 1 把, 有齿镊子 1 把, 无齿镊子 1 把, “S” 拉钩 2 个, 皮肤拉钩 2 个, 甲状腺拉钩 2 把, 吸引头 1 个, 缝针 5 个, 巾钳 4 把, 大纱布 10 块, 中纱布 20 块。	套	1
13	阑尾手术包	长弯血管钳 6 把, 中弯血管钳 6 把, 蚊式血管钳 2 把, 直血管钳 4 把, 有牙直血管钳 2 把, 艾力氏钳 1 把, 阑尾钳 1 把, 巾钳 4 把, 有齿卵圆钳 2 把, 无齿卵圆钳 1 把, 线剪刀 1 把, 组织剪刀 1 把, 有齿镊子 1 把, 无齿镊子 1 把, “S” 拉钩 2 个, 皮肤拉钩 2 个, 吸引头 1 个, 缝针 5 个, 巾钳 4 把, 大纱布 10 块, 中纱布 20 块。	套	2
14	骨科手术包 1	骨科常用拉钩 2 个, 骨掀 2 个, 直头咬骨钳 1 把, 弯头咬骨钳 1 把, 持骨钳 2 把, 复位钳 2 把, 骨凿 2 把, 骨锤 I 把, 骨刮匙 2 把, 剥离子 1 把, 神经剥离器 2 把, 骨锉 1 把, 骨剪 2 把, 骨科老虎钳 1 把, 钢丝钳 4 把, 大力剪 1 把, 骨科螺丝刀 4 把。手钻 1 把。	套	1

15	便携式 12 导联心电图	<p>导联配置：设备支持 12 导联同步心电采集，能够同时记录 12 个导联的心电信号。显示屏：配备 7 寸高清彩色液晶显示屏，支持全触摸操作，可直接在屏幕上查看 12 导联的同步心电波形。操作模式：设备支持自动、手动、单导 1 分钟压缩记录和节律分析等多种操作模式，适应不同的诊断需求。打印系统：内置高分辨热敏打印机，支持打印心电波形和分析报告。存储与传输：设备具有大容量机身存储，支持外插 U 盘/SD 卡扩充存储空间，方便历史数据的回放和打印。同时，支持 RS232 通讯接口、USB 接口和 LAN 网络接口，实现数据的快速传输。电池与电源：内置大容量可充电锂电池，支持连续工作 24 小时，适应 100V/230V，50Hz/60Hz 的交流电源。其他功能：设备具有导联脱落检测和指示功能，缺纸检测提示功能，以及屏幕保护和长时间不用自动关机功能。设计美观，便携式手柄设计，方便携带</p>	个	2
16	便携式 18 导联心电图	<p>1、15 寸屏，1024×768 高清彩色液晶屏显示；全触摸屏操作。支持翻转屏，可在 0° ~120° 之间任意角度翻转。2、防水键盘，便于医院对机器的清洁。3、显示信息：同屏显示 18 导心电波形。4、主界面显示包括病人 ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息。5、可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断。</p>	台	1
17	抢救车	ABS 原料材质，双护栏，单摇，中控刹车，万向轮，车底为冷扎钢板	台	3
18	治疗车	<p>规格尺寸：治疗车的规格通常为 700450970mm±10mm。材质与结构：推车立柱采用高强度不小于 Φ32*1.2 毫米的不锈钢圆管。侧板与背板采用 4 毫米厚的优质工业铝塑板。台面及底座采用 ABS 高级工程塑料一次性注塑成型。抽屉配置：台面三方带有 ABS 围栏。抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成。抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为 ABS 弧形拉手。抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离为 40cm±1cm，确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能。功能配置：整车配置二层中号抽屉，抽屉内放置中号塑料筐（规格：400×600×100mm），每只塑料筐承重≥20Kg。抽屉下方设置一层放物平台，平台四方带围栏，方便物品堆放。塑料筐采用注塑工艺制作，符合 ISO3394 标准的外部尺寸（400×600mm），确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。</p>	台	5

19	煎药机	特点性能:选配远程控制煎药,可联网读取时间,煎药温度曲线;自动挤压,煎煮充分、煎出率>70%,自动加水计量功能,准确控制加水量;安全保障,防高温和防干烧功能,滑盖功能、操作方便快捷、安全可靠;自动挤压功能,实现药渣自动分离。	台	1
20	打印机	打印分辨率: 5760x1440 dpi 打印黑色文本(A4): 约 33IPM*4 (经济模式), 约 10IPM*5 (标准模式) 打印彩色文本(A4): 约 15IPM*4 (经济模式), 约 5IPM*5 (标准模式) 照片(4 x 6 英寸): 有边距: 69 秒/页*6, 无边距: 90 秒/页*6 (标准模式, 高质量光泽照片纸)	台	20
21	复印机	国际一线品牌,黑白激光,支持 A3 幅面;具备双面打印、复印、扫描功能。单面打印和复印速度 $\geq 25$ 页/分钟;打印分辨率应能达到 1200 $\times$ 1200dpi.	台	3
22	电脑	国内或国际一线品牌,CPU: Intel 第 14 代 i5 处理器;内存 $\geq 16$ GB;存储: 系统盘 容量 $\geq 256$ GB SSD,机械硬盘容量 $\geq 1024$ GB;液晶显示器 $\geq 23.8$ 英寸;操作系统: Windows 11。	台	20
23	手术室无影灯	KDLED700/500 手术无影灯:照度:40000—180000LUX/30000—160000LUX(一米处照度)色温(可调):1%—100%(无极调节)4500k $\pm$ 200K;5000k $\pm$ 200k;3500k $\pm$ 200k;4000k $\pm$ 200k 显示指数:85%—98%(可调节)照明深度: $\geq 1200$ mm 光斑直径:160—280mm 亮度档级调光:1%—100%(无极调光)灯泡额定功率:3.2V/1WLED 灯组寿命: $\geq 80000$ hLED 灯组数量:700 灯头 $\geq 80$ 个 500 灯头 $\geq 48$ 个 LED 灯组品牌:进口欧司朗	台	1
24	呼吸机	适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机,具备中文操作界面;电动电控呼吸机;吸气阀、呼气阀可徒手拆卸并能高温消毒;彩色触摸控制屏幕 $\geq 12$ 英寸,分辨率 1280*800;具备参数自动关联计算功能,参数设置超限标红提示显示;呼气触发灵敏度可调节,呼气灵敏度具有自动触发模式可供选择;同屏可显示不少于 3 道波形,支持呼吸波形与呼吸环同屏显示;呼吸环可存储不少于 4 个、具有对比显示功能,可冻结及通过 U 盘导出;呼吸机带内置锂电池,整机重量约小于 10Kg,方便手提移动;潮气量:20ml—1800ml;呼吸频率:1—90 次/min;压力支持水平:0—70cmH <sub>2</sub> O;PEEP:0—40 cmH <sub>2</sub> O;压力上升时间:0—2s;呼气触发灵敏度:自动,10%—75%;压力触发灵敏度:—10—0.5cmH <sub>2</sub> O;流速触发灵敏度:0.5—13L/min;最大吸气流速:	台	1

		200L/min。		
25	远程诊疗影像信息化传输平台	<p>室内高清显示屏, 屏体线材辅材, 播控软件, 接收卡, 视频播放器, 多功能卡, 配电柜, 钢结构, 屏体外部电缆+网线, 音频系统, 系统集成, 专业音响★• 额定功率: 300W(AES)• 额定阻抗: 8Ω• 频率响应(±3dB): 65Hz-20kHz• 灵敏度(1W/1M): 95dB• 覆盖角: H90° ×V60°• 最大声压级: 117dB• 分频模式: 两分频• 分频点: 2700Hz• 接线方式: 1×NL4speakon (1+, 1-)• 箱壳: 12mm中纤板• 单元: 高频: 1"×1(25芯, 25mm喉口)90磁钢• 低频: 10"×1(50芯), 126磁钢• 规格(mm): 315*295*504(W×D×H)纯后级</p> <p>功放★• 额定输出功率(1KHz1%THD)立体声8Ω: 330W+330W立体声4Ω: 500W+500W桥接8Ω: 1000W• 峰值功率输出(1KHz1%THD)立体声8Ω: 660W+660W立体声4Ω: 1000W+1000W桥接8Ω: 2000W• 输出接口: Binding for Stereo &amp; Bridge Output• 频响: 20Hz-20KHz• 输入灵敏度: 1.0V; 1.4V• 平衡输入阻抗: 20k/Balanced, 10k/un-Balanced• 信噪比: 100dB• 失真度: &lt;0.03%(8ohm/1KHz/half power)• 额定输出功率8Ω1KHz时分离度: 80dB• 阻尼系数f=1KHz8Ω: 300• 转换速率: 20V/uS电源时序器★• 8路可控通道+2路直通通道;• 8路可控通道每路最大通过电流10A;• 每路有LED显示灯,可直观的看到每个通道的工作状态;• 实时电压显示,可直观的看到设备所处地点的工作电压;• 采用高品质的万用座,对接紧密,不易脱落,适应各种规格电源插头。• 输入电源: AC 220V/50Hz• 电源容量: 总容量220V, 30A• 输入电源电缆: 3×4平方毫米纯铜RVV电缆• 控制路数: 8路• 直通插座: 2个• 插座: 通用三芯插座• 通断指示灯: 8个LED灯(红色),每路对应一个• 输入电源指示灯: 一个LED灯(绿色)抑制器★24段参量均衡、噪声门、移频器、分频器和压缩器• LCD显示屏指示每个通道电平指示、各功能开关状态及功能等级显示、当前模式状态• 2路XLR平衡输入、2路6.35平衡输入,2路XLR平衡输出、2路6.35平衡输出• 配备的PC控制软件,可运行于Win10 64bit操作系统,通过USB接口,可灵活配置设备;并可实现单个或整体模式数据的导入• 所有输入/输出接口都采用完善的RF及静电防护电路,保证设备的可靠运行测试条件: 正常工作</p>	套	1

		<p>环境，平衡输入+4dBu @1kHz 正弦模拟信号，音量 0dB，所有功能 BYPASS 直通状态调音台★▪ 14 路输入，8 个单声道话筒+3 个立体声（AM14）▪ 主声道 L/R，SUB</p> <p>编组，PFL 独奏等母线信号分配按钮 ▪ 内置 99 种 24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏▪ 通道 3 段参量均衡器+四通道独立的压缩器 ▪ SUB1/2 编组输出▪ 双 12 段电平监视▪ PAN 声像定位，静音开关，信号失真监控灯 ▪ 2 路立体声辅助返回输入+ USB-A 2. 0 数据接口+蓝牙输入，可用于 USB 播放，外接其他电子设备，方便使用▪ AUX 辅助发送，效果 FX 发送功能，REC 莲花输入和录音输出 ▪ 监听独立输出，耳机监听输出▪ 60mm 高精度电平衰减推子▪ 48V 幻象供电增益 Gain▪ 单声道话放增益 CH MIC Gain: 10~60 dB▪ 单声道线路增益 CH LINE Gain: -10~40 dB▪ 立体声增益 ST LINE Gain: -20~20 dB。UHF 一拖二手持话筒★• • 所有发射机的电池电量可实时显示在各自的液晶显示屏上，并在电池低电量时发出警告提示；• 系统应用多种抗干扰技术，出厂时系统已预置多个互不干扰的频点，方便用户多系统同时使用；• 音频输出设有 XLR 平衡式插座输出和 6. 3 非平衡式插座输出两种方式，方便用户连接到不同的外部设备上；• 使用 1U 金属机箱，铝合金金属面板，坚固美观及隔离谐波辐射的专业品质。UC-2R 接收机• 杂散抑制：N50dB• 音频输出电平。音响线★▪无氧铜 150 支音响线。机柜★▪全铁防尘机柜。辅材★▪信号传输线 设备连级线卡侬线、莲花线音响支架</p>		
26	办公桌	满足日常门诊、急诊及远程会诊诊疗使用	张	60
27	办公椅	满足日常门诊、急诊及远程会诊诊疗使用	张	80
28	远程诊疗视频会议室桌椅	满足日常远程视频会议及视频会诊病历集中讨论使用	套	50

注：本项目由中标人负责货物、损耗、配件、安装、吊车、运输、搬运、障碍物拆除、垃圾清理、场地复原、税金，质保期维保服务等所有费用。

投标人应如实描述所报产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。证明材料（技术支持资料）

作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应技术文件的技术条款。加★参数如未提供技术支持材料，按加★参数不满足要求。

### 三、供货要求

1、客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，投标人也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所报产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所报产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所报产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所报产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

3、采购人使用中标供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 第四章 合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。

通用合同条款参照国家现行标准执行；专用合同条款由甲乙双方协商确定。

**《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：**

洛阳市政府采购网 (<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“文件下载”栏。

**《洛阳市政府采购合同融资金融产品推介名录（2022.08更新）》下载地址：**

洛阳市政府采购网(<http://luoyang.hngp.gov.cn/>) 首页“通知公告”栏

### 洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购【2021】4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

## 第五章 资格审查与评审办法

### 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但最后报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由评标委员会投票确定中标人。

### 2、资格审查与评审标准

#### 2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、资格审查与评标程序

#### 3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标文件：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通，其投标文件无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理招标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标文件：

- (1) 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

## 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分,评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的,按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的,由评标委员会投票确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评审后,应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于评审报价的说明

#### 4.1.1 价格扣除

依据洛阳市财政局文件[洛阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知](洛财购(2022)6号)的规定,供应商为中小企业的,对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业,应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定提供《中小企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号)。供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的,联合体各方均应为中小企业,否则不适用本款规定。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

同一供应商(包括联合体),中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的,评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

### 4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品:所投货物(除政府强制采购节能产品外)有《中国节能产品认证证书》的加分(以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据;证书不显示规格型号的,还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。

4.2.2 环境标志产品:所投货物有《中国环境标志产品认证证书》(有效期内)的加分(以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据;证书不显示规格型号的,还须同时提供证书配套附件;证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。



## 第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	营业执照	符合投标人须知前附表的规定
	企业证书	符合投标人须知前附表“第1.4.1项”的规定
	委托代理人	符合投标人须知前附表“第1.4.1项”的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
	承诺函	符合投标人须知前附表“第1.4.1项”的规定
	其他要求	符合投标人须知前附表“第1.4.1项”的规定
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），并按规定填报开标一览表、报价明细表
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评		30.0	投标报价	价格扣除: 依据洛阳市财政局文件[洛

分参数				<p>阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知]（洛财购（2022）6号）的规定，供应商为中小企业的，对所报的小型 and 微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商为大型企业的，不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。</p> <p>监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 投标报价权重</p>
技术标评	0.0	30.0	技术参数	投标货物的技术参数、技术性能全部

分参数				满足招标文件要求的得30分, 投标产品关键技术指标(标有“★”的指标, 须提供技术支持材料)有负偏离的, 每项扣1分。注: 所有参数应逐条应答。即: 投标文件中需针对采购需求中所有货物, 按要求填写技术参数偏差表。
	0.0	2.0	售后服务及优惠条件(1)	具有完善、合理的售后服务、提供专人跟踪服务(没有的得0分, 其他由评委横向比较打0.1-2分)。
	0.0	2.0	售后服务及优惠条件(2)	质量保证期内服务内容、标准及承诺(没有的得0分, 其他由评委横向比较打0.1-2分)。
	0.0	2.0	售后服务及优惠条件(3)	提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率, 保修期届满后维修的价格清单及折扣率(没有的得0分, 其他由评委横向比较打0.1-2分)
	0.0	2.0	售后服务及优惠条件(4)	投标人提供的其他实质性优惠条件(没有的得0分, 其他由评委横向比较打0.1-2分)。
	0.0	0.5	节能产品	除政府采购强制节能产品外, 投标产品为节能产品政府采购品目清单内产品, 每有一项加0.5分, 最多加0.5分。应提供所报节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件(认证证书未载明规格型号的, 须同时提供认证证书配套附件), 认证证书应在有效

				<p>期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。</p>
	0.0	0.5	环境标志产品	<p>投标产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加0.5分，最多加0.5分。应提供所报环境标志产品的《中国环境标志产品认证证书》扫描件（认证证书未载明规格型号的，须同时提供认证证书配套附件），认证证书应在有效期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。</p>
综合标评分参数	0.0	5.0	质量保证体系及保证措施	<p>质量标准、质量保证及管理措施是否符合文件要求及国家、行业有关质量管理法律法规的规定，各工序质量标准制定是否合理，针对性强及措施得当的得4-5分，基本可行的得2-3分，差的得0-1分，缺项或不合理的不得分。</p>
	0.0	5.0	供货进度计划及保障措施	<p>供货进度计划合理、保障措施完善的得4-5分，基本可行的得2-3分，差的得0-1分，缺项或不合理的不得分。</p>
	0.0	4.0	设备安装方案	<p>设备安装、调试，方案具体全面、措施得当的得4分，基本可行的得2-3</p>

				分，差的得0-1分，缺项或不合理的不得分。
	0.0	4.0	环境保护措施	环境保护措施是否得力、有效；合理的得4分，基本可行的得2-3分，差的得0-1分，缺项或不合理的不得分。
	0.0	4.0	技术指导与培训	有详细的技术指导与培训计划方案，可行有效且符合本项目实际需要的得4分，基本可行的得2-3分，差的得0-1分，缺项或不合理的不得分。
	0.0	3.0	应急预案	有完整详尽的应急预案的得3分，基本可行的得1-2分，差的得0-1分，缺项或不合理的不得分。
业绩信誉	0.0	6.0	企业业绩	投标人提供2022年以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩（需提供成交结果公告截图、成交通知书和合同的扫描件），每有一项得3分，最多得6分。

## 第七章 投标文件格式

# 投标文件

项目名称:

采购编号:

项目编号:

投标人名称: (企业电子章)

日期:



电话:

传真:

电子信箱:

投标人（企业电子章）:

法定代表人（个人电子章）:

日期:

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

## 附件 2:法定代表人授权书

### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目、标段（采购编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

### 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 附件 4: 资格证明材料

### 资格证明材料

包括但不限于营业执照，承诺函等。（按照前附表中投标人资格要求提供）

注：在投标文件中附扫描件

## 附件：洛阳市政府采购供应商信用承诺函

### 洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 附件5:开标一览表

### 开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
交货期	
质保期	
质量承诺	



## 附件6-1:中小企业声明函

### 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 中小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_（项目名称、标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐一列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。

## 附件 6-2:残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位  
\_\_\_\_\_项目、标段采购活动提供本单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(企业电子章):

## 附件 6-3: 监狱企业证明文件

### 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

## 附件 7:技术要求响应与偏差表

### 技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件技术要求技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商名称	品牌规格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 附件8:商务要求响应与偏差表

### 商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

**附：**

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

## 附件 10:实质性技术要求的支持资料

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告，或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

注：在投标文件中附扫描件

## 附件 11:制造商授权书 (参考)

### 制造商授权书 (参考)

致: \_\_\_\_\_ (采购人及代理机构) \_\_\_\_\_

我们 (制造商名称) 是按中国法律成立的一家制造商, 主要营业地点设在 (制造商地址)。我方在此证明:

按中国法律正式成立的, 主要营业地点设在 (代理商地址) 的 (代理商名称) 就 \_\_\_\_\_ 项目、标段 (采购编号: \_\_\_\_\_) 所包含的 (货物名称品牌型号及原装零配件), 系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内, 没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称 (公章):

签字人部门和职务:

签字人签名:

注:

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号, 否则采购人不予接受。
2. 投标人可参考此授权书格式, 如用其它格式, 须明确此授权书中的相关内容。

注: 在投标文件中附扫描件

## 附件 12: 项目实施方案

# 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：  
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

## 附件 13:售后服务计划

### 售后服务计划

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

## 附件 14:其他需要提供的资料

### 其他需要提供的资料

- 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的政府采购活动。（须附承诺书，格式自拟）
- 2、落实政府采购政策要求：节能环保产品优先或强制采购。节约能源、保护环境等政府采购政策。（供应商自行承诺，格式自拟）
- 3、投标人根据采购项目要求及自身情况自行填报。

## 附件 15:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 附件 15-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

## 附件 16:其他材料