

进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	洛阳市孟津人民医院
拟采购产品名称	眼科超声乳化仪、肌电诱发电位仪
拟采购项目金额	约 88 万元
拟采购进口产品名称及金额	眼科超声乳化仪 约 49 万元 肌电诱发电位仪 约 39 万元
二、申请理由	
1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (<input checked="" type="checkbox"/>)	
原因阐述: 1、进口眼科超声乳化仪具有超声能量稳定、前房稳定性好、术中不易损伤角膜内皮等特点, 手术安全性能更好。 2、进口肌电诱发电位仪专业性较强, 有较强的抗干扰性能, 具备运动诱发电位检查以及对于一些特殊项目视网膜电位图 (ERG)、眼球电位图 (EOG), 碰撞实验, 单纤维肌电图等功能。目前国产设备不能同时满足以上临床需求, 故申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	
<p>眼科超声乳化仪进口和国产相比, 有如下明显优势: 采用一体式设计, 液盒设计, 几乎杜绝液体进入, 确保术中前房极端稳定, 具备冷超声技术, 可明显减少并发症。</p> <p>肌电诱发电位仪进口和国产设备相比, 有如下明显优势: 支持单纤维肌电图、震颤分析、运动单位数量评估等高阶项目。可满足重症肌无力等疾病的辅助诊断。 以上二项由国产设备无法满足以上临床需求。</p> <p style="text-align: right;">专家签字:</p> <p>建议采购进口超声乳化仪、肌电诱发电位仪。满足临床需求。</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">连建学</p> <p style="text-align: right;">2026年 1月27日</p>	