

进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	洛阳市孟津人民医院
拟采购产品名称	眼科超声乳化仪、肌电诱发电位仪
拟采购项目金额	约 88 万元
拟采购进口产品名称及金额	眼科超声乳化仪 约 49 万元 肌电诱发电位仪 约 39 万元
二、申请理由	
1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (<input checked="" type="checkbox"/>)	
原因阐述: 1、进口眼科超声乳化仪具有超声能量稳定、前房稳定性好、术中不易损伤角膜内皮等特点, 手术安全性能更好。 2、进口肌电诱发电位仪专业性较强, 有较强的抗干扰性能, 具备运动诱发电位检查以及对于一些特殊项目视网膜电位图 (ERG)、眼球电位图 (EOG), 碰撞实验, 单纤维肌电图等功能。目前国产设备不能同时满足以上临床需求, 故申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">拟采购的眼科超声乳化仪要求超声能量稳定, 前房稳定性好, 在手术中更好地保护角膜, 避免过度损伤等缺点。国产设备不能达到上述要求。</p> <p style="font-size: 1.2em;">拟采购的肌电诱发电位仪要求具有较強的抗干扰能力、低噪声等特点, 能进行 ERG、EOG 等特殊项目的检查等。国产设备不能完全满足以上要求。</p> <p style="font-size: 1.2em;">综上, 建议采购进口设备。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">专家签字: 马瑞琦</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2026年1月27日</p>	