

进口产品专家论证意见

一、项目基本情况	
申请单位	洛阳市孟津人民医院
拟采购产品名称	眼科超声乳化仪、肌电诱发电位仪
拟采购项目金额	约 88 万元
拟采购进口产品名称及金额	眼科超声乳化仪 约 49 万元 肌电诱发电位仪 约 39 万元
二、申请理由	
1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (✓)	
原因阐述: 1、进口眼科超声乳化仪具有超声能量稳定、前房稳定性好、术中不易损伤角膜内皮等特点,手术安全性能更好。 2、进口肌电诱发电位仪专业性较强,有较强的抗干扰性能,具备运动诱发电位检查以及对于一些特殊项目视网膜电位图(ERG)、眼球电位图(EOG),碰撞实验,单纤维肌电图等功能。目前国产设备不能同时满足以上临床需求,故申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	
此次申请购买的进口设备,不属于国家法律或政策明确禁止或限制进口的产品,医院可以根据临床需求采购,同意采购该类进口设备。	
专家签字: 朱红	
2026年1月27日	