

新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊
能力建设项目、DPCC 标准化建设项目（民生实事）
项目

招标文件

项目编号:新安政采招标(2025)0011 号

政府采购管理部门备案编号:新安政采公开-2025-32



招 标 人:新安县卫生健康委员会
招标代理机构:河南建都工程管理有限公司
日 期:二零二五年六月

目 录

第一章	招标公告	5
第二章	投标人须知	9
	2、招标文件	21
	3、投标文件	22
	4、投标	23
	5、开标	24
	6、资格审查与评标	24
	7、定标及合同授予	25
	8、纪律和监督	26
	9、样品	28
	10、相同品牌产品投标的处理	28
	11、需要补充的其他内容	28
	12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购	28
第三章	采购需求	31
	一、项目概况	31
	二、招标货物清单及技术性能要求	31
第四章	合同（样本）	44
第五章	资格审查与评标办法	45
第六章	资格审查与评审标准	63
第七章	投标文件格式	69
	附件 1: 投标函	71

附件 2: 法定代表人授权书	73
附件 3: 法人被授权人身份证扫描件	74
附件 4: 资格证明材料	75
附件:	76
洛阳市政府采购投标人信用承诺函	76
附件 5: 开标一览表	77
附件 6: 报价明细表	78
附件 6-1: 中小微企业声明函	79
附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函	81
附件 6-3: 监狱企业证明文件	82
附件 7: 技术要求响应与偏差表	83
附件 8: 商务要求响应与偏差表	84
附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表	85
附件 10: 实质性技术要求的支持资料	87
附件 11: 制造商授权书 (参考)	88
附件 12: 项目实施方案	89
附件 13: 售后服务计划	90
附件 14: 其他需要提供的资料	91
附件 15: 参与评审打分的证书 (证件) 一览表	92
附件 15-1: 参与评审打分的证书 (证件) 扫描件	93
附件 16: 参与评审打分的合同业绩一览表	94
附件 16-1: 参与评审打分的合同业绩扫描件	95
附件 17: 其他材料	96

招标文件公平竞争审查自查表

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目(民生实事)		
项目代码	/		
标段名称	新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目(民生实事) (一标段)		
	新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目(民生实事) (二标段)		
招标人	新安县卫生健康委员会	联系人及联系电话	张先生 0379-67280869
代理机构	河南建都工程管理有限公司	联系人及联系电话	都女士 15978611525
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划(采购意向)。		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定, 以及虽然没有直接限制、排斥, 但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式, 对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件; 设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标(采购)项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求, 或设定的资格、技术、商务条件与招标(采购)项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件; 在国家已经明令取消资质资格的领域, 将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件; 将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	将特定行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件; 将政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构, 或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品(法律法规有明确要求的除外)。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构, 在本地拥有一定办公面积, 在本地缴纳社会保险、纳税等。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级, 或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜, 排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件, 排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标, 或者限制投标人之间的竞争。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标(采购)项目向潜在投标(供应商)人或者投标人(供应商)提供有差别的项目信息; 或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
招标人审查意见: 经审查, 本项目招标文件不存在影响市场主体公平竞争条款, 符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。 代理机构: (单位签章) 2025年6月10日			
招标人: (单位签章) 2025年6月10日			

第一章 招标公告

新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目（民生实事）项目 招标公告

项目概况：

新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目（民生实事）项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）获取招标文件，并于 2025 年 07 月 16 日 08 时 40 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：新安政采招标(2025)0011 号

政府采购管理部门备案编号：新安政采公开-2025-32

2、项目名称：新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目（民生实事）项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2450000.00 元

最高限价：2450000.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高 限价 (元)	是否专门 面向中小 企业	采购预 留金额 (元)
1	新安政采招标 (2025)0011 号 -1	DPCC 标准化建设项目（一 标段）	120000 0.00	120000 0.00	否	120000 0.00
2	新安政采招标 (2025)0011 号 -2	乡级急诊能力建设项目（二 标段）	125000 0.00	125000 0.00	否	125000 0.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本项目为新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目（民生实事）项目，位于河南省洛阳市新安县，一标段：县级糖尿病标准化专病门诊建设、乡级糖尿病标准化门诊建设、村级糖尿病监测点建设；建设内容包括 DPCC 糖尿病标准化检测设备购置。二标段：乡级急诊能力建设项目设备购置。详见采购清单。

5.2 资金来源：财政资金+自筹资金。

5.3 包段划分：两个包段：一包段：DPCC 标准化建设项目；

二包段：乡级急诊能力建设项目。

5.4 交货地点：招标人指定地点。

5.5 服务要求：符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求。

5.6 服务期：自合同签订之日起 30 天安装调试完毕。

6、合同履行期限：同服务期。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚；

2.2 根据洛财购[2021]4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业投标人，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网(<http://www.ccgp-henan.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求

3.1 投标人应具备独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照或事业单位法人证书；

3.2 投标人若为生产企业(制造商)须具有《医疗器械生产许可证》，并提供所投产品《医疗器械注册证》或产品注册登记表；投标人若为代理商(销售商)须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，并提供生产企业(制造商)《医疗器械生产许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或产品注册登记表；

3.3 根据洛财购[2021]11 号文件，投标人须按照规定提供“洛阳市政府采购投标人信用承诺函”，（详见响应文件格式）招标人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实其承诺事项的真实性；

3.4 本项目实行资格后审，资格审查不合格的投标人响应文件将按无效处理。

三、获取招标文件

1、时间：2025 年 06 月 25 日 至 2025 年 07 月 01 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）

3、方式：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个包段（包），则应就所投每个包段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册 CA 办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（投标人用）”。

4、售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025 年 07 月 16 日 08 时 40 分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。投标人未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1、时间：2025 年 07 月 16 日 08 时 40 分（北京时间）

2、地点：新安县公共资源交易中心开标一室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息；
2、本次代理服务费参照豫招协[2023]002 号的标准计算，由中标人领取中标通知书时向代理机构支付；

3、提出异议的渠道和方式：投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过交易系统内向招标人或招标代理机构提交异议函（法定代表人签字并加盖单位公章），委托他人提出异议的，需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明，邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。

4、监管部门：新安县财政局

监管部门联系人：新安县财政局

监管部门联系方式：0379-67283936

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 招标人信息

名称：新安县卫生健康委员会

地址：洛阳市新安县

联系人：张先生

联系方式：0379-67280869

2. 招标代理机构信息（如有）

名称：河南建都工程管理有限公司

地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）九都路西元国际 19-1408

联系人：都女士

联系方式：15978611525

3. 项目联系方式

项目联系人：都女士

联系方式：15978611525

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名称	内 容
1.1.2	招标人	<p>名 称：新安县卫生健康委员会</p> <p>地 址：洛阳市新安县</p> <p>联系人：张先生</p> <p>联系方式：0379-67280869</p>
1.1.3	招标代理机构	<p>代理机构：河南建都工程管理有限公司</p> <p>地 址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）九都西路西元国际 19-1408</p> <p>联 系 人：都女士</p> <p>电 话：15978611525</p> <p>邮 箱：hnjdgcg1@126.com</p>
1.1.4	招标项目名称	新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCC 标准化建设项目（民生实事）项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<p>本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚；根据洛财购[2021]4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业投标人，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网 (http://www.ccgp-henan.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的 融资服务内容。</p>
1.1.6	政府采购管理部门备案编号	新安政采公开-2025-32
1.1.7	项目编号	新安政采招标(2025)0011 号

1.1.8	包段划分	<p>本次招标两个包段：</p> <p>一包段：DPCC 标准化建设项目；</p> <p>二包段：乡级急诊能力建设项目。</p>
1.1.9	资金来源	<p>财政资金+自筹资金。</p> <p>一标段：120 万元（财政资金 100 万元+自筹资金 20 万元）；</p> <p>二标段：125 万元（财政资金 100 万元+自筹资金 25 万元）；</p> <p>共计 245 万元。</p>
1.2.1	付款方式	<p>合同签订生效，全部设备验收合格后支付合同总价款的 100%。</p>
1.3.1	服务期（合同履行期限）	<p>自合同签订之日起 30 天安装调试完毕。</p>
1.3.2	交货地点	<p>招标人所在地，具体地点为招标人指定地点。</p>
1.3.3	服务要求	<p>符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求。</p>
1.3.4	履约验收	<p>招标人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
1.3.5	质保期及售后服务	<p>1、投标人须承诺中标后具备 24 小时内到达项目所在地的售后服务能力。</p> <p>2 质保期：自验收合格之日起一年。保修期自验收合格之日起计算。</p> <p>3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为招标人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）电话咨询。中标人应当为招标人提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议和办法。</p>

		<p>(2) 现场响应。招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人售后应在 24 小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作。</p> <p>(3) 投标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p>(4) 技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，投标人应及时通知招标人，如招标人有相应要求，投标人和制造商应对招标人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。</p> <p>4、质保期后应当为招标人提供以下技术支持和服务：</p> <p>(1) 应同样提供免费电话咨询，并以优惠价格应提供产品上门维护服务。</p> <p>(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p>5、备品备件及易损件：</p> <p>投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件。投标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。</p>
1.4.1	投标人资格要求	同招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.11.1	实质性要求和条件	服务期（合同履行期限）；交货地点；服务要求；付款方式；质保期及售后服务；
1.11.3	其他可以被接受的技	/

	术支持资料	
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网(www.hngp.gov.cn)和洛阳市公共资源交易中心网站(www.lyggzyjy.cn)上发布“变更公告”,如需修改招标文件,则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的招标文件)。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”,并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件,造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	招标控制价	预算控制金额:2450000.00元。 一标段:120万元; 二标段:125万元。 投标人的报价超过本预算的,其响应将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价是履行合同的最终报价,无特别注明,均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、仓储、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 备注:依据政府采购货物和服务招标投标管理办法的规定,

		评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内作出相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝
3.4.1	投标保证金	免收
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
3.7.1	签字或盖章要求	响应文件格式中要求企业电子章、法人章的地方，供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子章以及法定代表人的个人电子章（供应商在加盖电子章时尽量不要遮挡关键信息）。 特别提示：供应商不得对响应文件暗标评审部分的内容进行电子签章。
4.1.1	封套上的密封和标记	/
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交远程投标文件地点	电子投标文件递交地点：洛阳市公共资源交易中心远程开标室本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在提交投标文件截止时间前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招

		投标系统进行登录（网址为 http://t.cn/A6huPR0a ），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。
4.2.3	投标文件份数及其他要求	/
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	/
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人 招标人1人，从政府部门组建的专家库中随机抽取专家4人。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 名/包段
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。
7.2	中标结果公布媒介及	公布媒介：河南省政府采购网（ www.hngp.gov.cn ）和洛阳

	期限	市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上公布。 公告期限：1 个工作日
7.4.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 免收履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知招标人、招标代理机构。接受质疑函的招标人、招标代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不提供
10	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 核心产品：一标段：眼底相机 二标段：彩色多普勒超声系统
11	需要补充的其他内容	1. 监管部门：新安县财政局 监管部门联系人：新安县财政局 监管部门联系方式：0379-67283936 2. 代理服务费：本次代理服务费参照豫招协[2023]002 号的标准计算，由中标人领取中标通知书时向代理机构支付； 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字[2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规

		<p>定>的通知》（工信部联企业）[2011]300 号）规定的划分标准为依据。</p>
		<p>根据豫财办[2020]33 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业投标人，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p>
		<p>解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。</p>
		<p>本次招标采用暗标评审，综合标暗标格式要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、不允许出现投标人名称，不得对暗标部分进行电子签章。2、标题字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线。标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号。 <p>正文不得插入图片(招标文件要求有图片除外)。</p> <ol style="list-style-type: none">3、全文字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，全文均为白底黑字。4、图表要求:电脑绘制(不得手绘)，白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线5、行间距采用固定值 28 磅。6、全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5

		<p>厘米，不得出现页眉、页脚、页码。</p> <p>7、段前段后间距为 0。</p> <p>8、暗标内容中均不得出现投标人名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记。</p> <p>9、暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。</p>
--	--	---

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

(1) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）“第七条：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，招标人应当专门面向中小企业采购”。

(2) 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，如本采购项目或本采购包非专门面向中小企业采购，所供的货物由小微企业提供的，对其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。所供的货物既有中小企业提供，也有大型企业提供的，不享受价格扣除。

如本采购项目或本采购包专门面向中小企业采购（即货物全部由中小企业提供的），评审中价格将均不予扣除。

中小企业参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（本次采购标的对应的中小企业划分标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）），否则不享受相关中小企业扶持政策。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.9 包段划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 服务期（合同履行期限）、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 服务期（合同履行期限）：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 服务要求：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.4 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

(5) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(6) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(8) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

(9) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否

则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或评审办法允许的其他形式为准。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评分标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规

定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括的内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 招标人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任，有效期短于该期限的投标将被否决其投标。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（免收）

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人资格评审中须提供的证书、证件扫描件均是指清晰显示的影印件或扫描件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

5.2.1 招标人在招标文件规定的时间和地点远程不见面开标，投标人无须到现场参加开标，投标人持企业 CA 通过网络参加开标，在投标截止时间前登陆洛阳市公共资源交易中心网站远程开标大厅，并在规定时间内及时进行解密。对开标过程有异议的，请远程及时提出。未在规定时间内提出异议的，视同投标人承认开标记录。

5.2.3 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 招标人负责资格审查。招标人组建资格审查小组，可以由招标人代表以及评审专家、招标代理机构组成，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

《中标通知书》由招标代理机构向中标人发出。

7.4 履约保证金（免收）

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起一个工作日内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受投标人或招标代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与招标人、与招标代理机构串通投标；

8.2.3 不得向招标人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与招标人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、招标人或招标代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

- 8.3.2 不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询招标人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- 8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- 8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- 8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- 8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 8.4.1 不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.4.2 不得与投标人、招标代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；
- 8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- 8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；
- 8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

- 8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，

在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向招标人、招标代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1 本项目（包段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，招标人、招标代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，招标人、招标代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判投标文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为投标人）进行评审打分，并按下述程序确定成交投标人。

12.3 谈判的主要程序

12.3.1 谈判小组对投标人的投标文件进行评审。未实质性响应谈判文件的投标文件按无效处理。

12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

12.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经招标人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的投标人。

12.3.4 投标人按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交投标文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的投标人在规定时间内提交最后报价。

12.3.6 最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。

12.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
招标人名称：.....
招标文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
.....
法律依据：.....
.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字（签章）：..... 公章：.....
日期：.....

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCCC 标准化建设项目（民生实事）项目。

2、采购方式：公开招标

3、预算金额：2450000.00 元

最高限价：2450000.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高 限价 (元)	是否专门 面向中小 企业	采购预 留金额 (元)
1	新安政采招标 (2025)0011 号 -1	DPCCC 标准化建设项目（一 标段）	120000 0.00	120000 0.00	否	120000 0.00
2	新安政采招标 (2025)0011 号 -2	乡级急诊能力建设项目 (二标段)	125000 0.00	125000 0.00	否	125000 0.00

3、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

3.1 采购内容：本项目为新安县卫生健康委员会县乡医疗服务提升-乡级急诊能力建设项目、DPCCC 标准化建设项目（民生实事）项目，位于河南省洛阳市新安县，一标段：县级糖尿病标准化专病门诊建设、乡级糖尿病标准化门诊建设、村级糖尿病监测点建设；建设内容包括 DPCCC 糖尿病标准化检测设备购置。二标段：铁门、磁涧、北冶三家卫生院急诊科设备购置。，详见采购清单。

3.2 资金来源：财政资金。

3.3 包段划分：两个包段：一包段：DPCCC 标准化建设项目；

二包段：乡级急诊能力建设项目。

3.4 交货地点：招标人指定地点。

3.5 服务要求：符合国家、行业相关规范合格标准及招标人要求。

3.6 服务期：自合同签订之日起 30 天安装调试完毕。

二、招标货物清单及技术性能要求

一标段：

序号	设备名称	设备规格参数	数量	单位
1	多功能检测仪	1. ★检测系统：透射系统、荧光系统、反射系统 2. 语言：简体中文	5	台

		<p>3. 显示方式：彩色触摸屏，像素$\geq 1024*768$</p> <p>4. 通信接口：2个USB，1个LAN网口，1个RS232，1个级联接口</p> <p>5. WIFI：执行IEEE 802.11b/g/n标准</p> <p>6. 蓝牙：双模，版本4.0</p> <p>7. ★4G：支持TDD~LTE频段，遵循LTE Gate4 4G通信协议</p> <p>8. ★检测仪输入：单台检测仪输入：$\sim 220\text{ V}$，50 Hz，1.2A；级联盒输入：$\sim 220\text{ V}$，50 Hz，4.8A；级联盒上熔断器：$\sim 250\text{ V}$，6.3A（4G网络）；注：连接级联机时才使用级联盒。</p> <p>9. 打印机：内置热敏打印机</p> <p>10. 数据存储量：检测结果80000组，质控结果10000组</p> <p>11. 噪声：$\leq 65\text{ dBA}$</p> <p>12. 测量温度：$37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$</p> <p>13. 试剂有效期：$2\sim 8^{\circ}\text{C}$条件下储存，未开封试剂有效期为$\geq 12$个月</p> <p>14. 工作环境：环境温度$15^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$；相对湿度25%~85%</p> <p>15. 运输和储存条件：环境温度$-20^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$；环境湿度：85%以下</p> <p>16. 仪器使用期限：≥ 5年</p> <p>17. 配套iPOCT系统，数据通过无线/有线方式上传到系统，并实现与管理平台（DPCC）的数据自动传输</p>		
2	智能身高体重计	<p>1. ★超声波感应身高测量</p> <p>2. 语音播报身体数据</p> <p>3. 内置WiFi/BT双通讯模块</p> <p>4. 测量范围：$5\sim 180\text{ kg}$</p> <p>5. 身高范围75-200cm</p> <p>6. 身高测量：超声波测量</p> <p>7. 测量指标：≥ 15项</p> <p>8. 显示屏：LCD</p> <p>9. 电极：金属2电极</p> <p>10. 播报方式：语音播报</p> <p>11. 供电电源：$12\text{ V}/2\text{ A}$适配器，$3.7\text{ V}/2500\text{ mAh}$可充锂电池</p> <p>12. 可应用于多终端系统连接，支持SDK集成APP使用，检测数据可通过蓝牙或者5G技术实时自动同步至管理平台（DPCC）</p>	5	台
3	神经筛查包	<p>1. 尼龙丝：10 g</p> <p>2. 音叉：神经病变半定量音叉128Hz</p> <p>3. 温度感觉检查器</p> <p>4. 叩诊锤</p> <p>5. 痛觉针：40 g</p>	5	台
4	眼底相机（五年免	<p>1. 类型：免散瞳</p> <p>2. 最小瞳孔直径：3 mm</p>	5	台

	AI 智能 诊断服务 费)	<p>3. 视场角度： 50°</p> <p>4. 固视点： 内置固视点</p> <p>5. 屈光度调节范围： -20D~+20D</p> <p>6. ★调焦方式： 自动对焦</p> <p>7. ★相机像素： 1500 万</p> <p>8. 眼底照明方式： 自然白光 LED</p> <p>9. ★显示屏： 全触摸液晶屏（可翻转）</p> <p>10. 图片格式： JPEG,DICOM</p> <p>11. 图片类型： 彩色</p> <p>12. 内存： 内部存储 不低于16G</p> <p>13. 数据传输形式： WiFi</p> <p>14. 语言： 中文，英文</p> <p>15. 续航时间：≥ 4 小时(根据使用环境和条件的不同可能存在差异)</p> <p>16. 配备不小于 5 年免费 AI 智能阅片使用，AI 系统支持与眼底照相机对接，包括后极部眼底相机和超广角眼底相机，自动获取病人拍的眼底照片。</p> <p>17. AI 支持与现有糖尿病信息管理平台对接，实现患者的眼底报告数据结构化存储，并自动上传至糖尿 DPCC 病信息管理平台 。</p>		
5	智能血压 计	<p>1、测量方法：示波法</p> <p>2、记忆功能:90 组*2 人,最近三组平均值</p> <p>3、外接电源: 支持 (Type-c 接口)</p> <p>4、背光功能: 蓝色背光</p> <p>5、蓝牙功能: 支持</p> <p>6、测量范围: 压力值: 0mmHg (0kPa)~ 280mmHg (0~37. 3kPa) ; 脉搏: 40~199 次/分钟</p> <p>7、测量精度: 压力值: ±0. 4kPa (± 3mmHg); 脉搏: ± 5%</p> <p>8、使用环境: 温度: +5℃~+40℃; 湿度: 10%RH~90%RH</p> <p>9、设备配备蓝牙传输模块, 检测数据可通过加密传输协议自动同步至管理平台 (DPCC)</p>	139	台
6	智能血糖 仪	<p>1、设备用途: 一机三测, 用于监测血糖、尿酸、血酮数值</p> <p>2、报警及自动关机功能: 拔条关机。滴血等待时间约 3 分钟, 3 分钟无动作, 自动关机。</p> <p>3、存储量: ≥300 个血糖数值、≥100 个尿酸数值、≥100 个血酮数据</p> <p>4、传输方式: 蓝牙上传结果, 轻松实现数据共享</p> <p>5、具有血酮预警功能</p> <p>6、仪器使用期限: ≥10 年</p> <p>7、校正类型: 免调码</p>	139	台

		8、电池：两节7号碱性电池 9、加样方式：顶端加样+自动虹吸 10、蓝牙上传结果，可通过蓝牙实时自动同步至管理平台（DPPC）		
7	腰围尺	彩色皮带，印单色logo，200个/件，彩色纸盒包装	139	台

二标段：

序号	设备名称	设备规格参数	数量	单位
1	彩色多普勒超声系统	<p>1. 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机：显示器≥10英寸高清晰度医用显示器，显示器可独立于主机上翻90°。主机内置标准化探头接口≥2个，且主机上配有可拆卸探头挂杯，可同时放置≥2把探头。操作面板具有按键式键盘，主机亮度可调，具有音量开关。二维灰阶成像，谐波成像单元，M型模式，彩色M型，彩色多普勒成像（包括能量多普勒、方向能量多普勒），频谱多普勒（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒）等，空间复合成像≥9条偏转线，扩展成像（支持凸阵、线阵、腔内探头）。具有组织特征性成像功能，一键优化二维、彩色、频谱。支持全局及局部放大功能。预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可自定义名称。</p> <p>2. 二维灰阶成像模式：最大显示深度：≥40cm，动态范围：30-180 dB，斑点噪声抑制：≥6级可调，空间复合成像：≥7级可调</p> <p>3. 彩色多普勒成像模式：显示模式：彩色双幅，彩色四幅，B+C双实时显示，壁滤波：≥7级可调，灵敏度：≥4级可调，余辉：≥5级可调，血流状态：≥3级可调，彩色基线：≥17级可调，支持B/C同宽功能。</p> <p>4. 频谱多普勒成像模式：频谱多普勒显示格式：≥5种不同的显示格式；支持快速角度矫正；取样角度：≥±80°可调；支持线阵探头下自动翻转功能；频谱动态范围独立调节：24-72dB4，支持三同步显示，零位移动：≥16级。</p> <p>5. 测量/分析和报告：常规测量，血管内中膜自动测量，彩色模式下具有定点测量血流速度功能，测量角度可视可调，具有频谱实时自动包络测量，同时支持冻结状态下频谱自动包络测量及手动描记测量功能。支持测量结果框，体标位置任意移动；支持自定义参数保存，并显示在相应探头下。</p>	3	台

		<p>6. 电影回放及连通性要求: 电影回放≥6000 帧, 支持逐帧手动回放和速度可调的自动回放, 可手动选择起始帧、结束帧, 多种图像导出格式: 无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。 硬盘容量: ≥500GB。</p> <p>7. 探头规格: 频率: 频率带宽 1.0-15.0MHz; 腹部凸阵探头: 频率 1.0-7.5MHz; 线阵探头: 频率 4.2-15.0MHz; 腔内探头: 频率 2.5-13.0MHz; 相控阵探头: 频率 1.0-6.5MHz</p> <p>★8. 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机: 穿刺引导功能, 支持单线和双线引导, 穿刺线角度和位置可调。测量/分析和报告: 产科测量: 支持胎儿各项指标的测量, 支持多胞胎测量, 支持胎儿生长曲线及生理评分等分析功能。</p> <p>★9. 彩色多普勒成像模式: 线阵探头彩色取样框偏转: ≥±28 度。高分辨率血流成像技术, 与普通彩色多普勒成像一键切换。频谱多普勒成像模式: 4.2 时频分辨率≥5 级可调。多普勒取样容积宽度: 0.5-80mm, 分级可调 (提供最大值图片证明)</p>		
2	ABS 床头方管双摇床	<p>ABS 床头方管双摇床详细性能如下: 规格: ≥2070*960*500mm; 调节范围: 背部倾斜度 75±5°, 腿部倾斜度 45±5°。载重: 床体承载重量: ≥300kg。护栏: ≥5 档铝合金折叠式护栏, 防夹手功能; 双按键保险快速开关, 其上可根据需要覆盖餐桌板。床头床尾板: 采用 ABS 吹塑成型, 具有快捷拆卸功能, 必要时可作为心肺复苏板使用。床板: 采用 ≥1.2mm 厚冷轧钢管, 并具有防滑功能。床架: 采用 40*80*1.5mm 厚的冷轧钢管。配置: 床底具备左右两个引流袋挂钩, 配有左右 2 个点滴架插孔。床高度: 床面整体离地距离 ≥50cm; 床腿: 采用 ≥1.5mm 厚的冷轧钢管; 脚轮: 采用静音万向轮, 带刹车装置。</p> <p>床垫: 材质: 床垫分二折、四折和平床, 表面床垫罩为防水布, 防水、防滑, 防渗透, 擦拭容易, 透气, 内部结构采用 4cm 高分子丝环保椰棕和 4cm 高弹度海绵。</p>	9	张
3	多功能医用单臂吊塔	<p>1. 技术要求: 主体采用高强度铝合金工艺, 模具挤压成型; 表面处理采用高压静电粉末喷塑技术; 制动刹车系统, 无漂移现象; 横梁封闭设计, 内置 LED 照明灯带, 亮度可调; 箱体模块化设计, 电源、气源、网口等终端安装在独立的模块上; 仪器平台表面无螺钉, 两侧配有不锈钢边轨, 带防撞条, 可调整高度; 气体终端按照接口颜色和形状区</p>	9	台

		<p>分, 插拔≥ 5 万次以上。</p> <p>2. 技术参数: 横臂: 大臂$\geq 900\text{mm}$, 可 340° 旋转 可定制长度; 工作电压: $220\text{V } 50\text{Hz}$; 刹车: 机械阻尼刹车; 设备承载: 呼吸机、监护仪、输注泵等; 最大承载: $\geq 150\text{Kg}$; 气电线路: 气电分离; 终端箱体: 旋转 340° ; 仪器平台: ≥ 2 层, 载重$\geq 80\text{Kg}$/首层, $\geq 50\text{Kg}$/二层 ; 可定制层数, 高度可调; 自吸抽屉≥ 1 个, 载重$\geq 20\text{Kg}$/层; 气体终端: 氧气 2 个, 负压吸引 2 个, 压缩空气 2 个, 国标, 插拔≥ 5 万次可定制数量、德/美标; 电源: 万能插座 10 个, 国标: $220\text{V } 10\text{A}$, 可定制数量; 网络端口: ≥ 2 个 可定制数量; 等电位端口≥ 2 个; 不锈钢输液架: 1 个, 旋转半径 300mm, 载重$\geq 25\text{Kg}$。</p>		
4	多功能抢救车	<p>规格尺寸: $750*480*930\text{mm}$ 左右; 适用于医护人员对病人急救护理换药等; ABS 一体化台面, 可防止物品滑落, 两侧带推手, 台面配有软玻璃垫子一张; 中控锁, 三折静音轨道, 五层抽屉, 台面上有 ABS 除颤仪平台可 360° 旋转方向, 隐藏式伸缩不锈钢输液架 , 针头处置器; 氧气瓶支架一个, 心肺复苏按压版一个, 电源插座一个; 隐藏式副工作写字台, 文件资料盒一个, 两只 ABS 污物桶, 锐器盒一个; 万向轮插入式静音脚轮, (二只带刹车功能, 二只不带刹)。</p>	6	台
5	麻醉视频喉镜	<p>1. 显示屏: 尺寸: ≥ 3.0 英寸高清彩色 LCD 显示器或≥ 3.5 英寸高清彩色触摸显示屏; 分辨率 $640*480$; 空间分辨率 $9\text{PL}/\text{mm}$; 上下转动角度$\geq 0-150^\circ$; 左右转动角度$\geq 0-270^\circ$; 整机防水设计 IPX7 级。</p> <p>喉镜片 (含摄像头): 采用 CCD (防水) 摄像头, 分辨率≥ 200 万像素。视场角 $\geq 90^\circ \pm 15\%$; 光照度 $\geq 500\text{LUX}$, $h=30\text{mm}$ (光源距离照度计探头 30mm 的距离, 照度不低于 500LUX); 图片文件保存格式: JPG; 视频文件保存格式: MP4; 视频喉镜内置锂电池, 可重复充电不少于 500 次; 充电时间 ≤ 4 小时; 放电时间 ≥ 4 小时; 软件功能: 拍照、录像、图片及视频回放、Type C 接口数据导出, 时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能; 防雾功能: 具有; 摄像头的位置: 视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于 $30-45\text{mm}$。拍照摄像功能: 手柄具备快捷一键快速拍照摄像功能。镜片与手柄连接: 镜片与手柄采用一体式设计, 确保良好接触效果。手</p>	3	台

		柄为防滑设计 机身采用PC材质制成。工作环境 温度：-5℃—+50℃；湿度：10%—85%（非冷凝）；存储卡 ≥16G SD卡；可存储≥10万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片或其他可存储最长≥4小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频 ★2. 显示屏与手柄组件采用分体直插式设计。可选喉镜片：重复使用喉镜片，一次性使用喉镜片。		
6	输液泵	1. 屏幕≥3.0英寸，全中文显示。速度范围：0.10mL/h~2000mL/h（最小步进0.01ml/h）。快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h~2000mL/h（最小步进0.01ml/h）。输液精度≤±4.5%。动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力。≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。具有排气功能。在线滴定功能，更改速度时不需要中断输液。气泡检测：可探测≥20 μL的单个气泡，单个气泡大小多档可调。夜间模式：具有；药物库功能：可存储≥3000种药物。 日志记录：可存储≥2000条操作信息。自动计算≥四种累计量；电池工作时间≥5小时；整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手。通过EN1789救护车标准认证；无线模块，实现无线联网通讯。 ★2. KVO速度设定范围：0.1mL/h~30ml/h 可调。具有≥10种输液模式可选。防尘防水等级：IP44。	9	台
7	数字式多道心电图机	1. 基本要求： 须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。显示屏≥7.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音输入法。患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。支持有线和无线联网。支持心电数据传输；支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 2. 性能要求： A/D转换：24bit。采样率：≥20000Hz。频率响应：0.01Hz~310Hz。内部噪声：≤15μV _{p-p} ；时间常数：≥3.2s。耐极化电压：±810mV；输入电流：≤0.01μA；抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。具备自适应工频滤波技术。除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 3. 功能要求： ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时	3	台

		<p>具备导联标识自定义功能。采集时间设置：波形实时采集和冻结时长$\geq 60s$，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。可同屏显示12导同步心电波形，同时支持多种显示布局。屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。具有自动异常报警功能；支持起搏检测功能。设备内置存储器，存储病历≥ 1000例，可循环存储。支持U盘、SD卡的扩容存储。支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。支持波形冻结与波形浏览功能。具有病历管理功能</p> <p>4. 电源：交直流两用且自动转换，电源要求100-240（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作≥ 4小时。</p> <p>★5. 基本要求：同屏显示，同步采集，同步热敏记录12导心电波形。支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。</p>		
8	注射泵	<p>1. ≥ 3.0英寸显示屏，全中文显示。适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。速度范围：0.10~2000mL/h，最小步进0.01ml/h。快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h~2000mL/h，最小步进0.01ml/h。注射精度$\leq \pm 1.8\%$。KVO速度设定范围：0.1mL/h~30ml/h可调。动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力。≥ 15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。具有排气功能。在线滴定功能，更改速度时不需要中断输液。夜间模式功能；药物库功能：可存储≥ 3000种药物。日志记录：可存储≥ 2000条操作信息。自动计算≥ 4种累计量；电池工作时间≥ 6小时；整机重量$\leq 1.6kg$（含电池），主机自带提手。通过EN1789救护车标准认证；无线模块，实现无线联网通讯。</p> <p>★2. ≥ 9种注射模式可选：至少包含速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。防尘防水等级：IP44。</p>	9	台
9	多参数监护仪	<p>1. 应用范围：可用于监护成人、儿童、新生儿患者，适用于术后观察室、ICU/CCU病房、急诊室等。</p> <p>2. 显示：屏幕尺寸：≥ 10英寸彩色LED屏，分辨率$\geq 800*600$，≥ 6通道波形显示。界面选择：≥ 7种显示界面，至少包括常规界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、ECG全屏7导界面、ECG</p>	9	台

		<p>半屏7导界面、动态短趋势界面等。</p> <p>3. 参数: 3.1 测量参数: 心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。心率范围: 成人 15bpm-300bpm, 儿童/新生儿 15bpm-350bpm。心率测量精度: 不大于±1bpm 或±1%, 取大者。3.6、心电波形增益: 1. 25mm/mV, 2. 5mm/mV, 5. 0mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 自动。呼吸率测量范围: 成人 0-120rpm, 儿童/新生儿 0-150rpm, 在 8-150rpm 范围内, 测量误差为±2rpm 或±2%, 取大者。血压测量范围: 收缩压: 40-255 mmHg; 舒张压: 10-195 mmHg; 具有手动/自动间隔/连续测量模式。</p> <p>脉搏氧饱和度测量范围: 30%-100%, 70%-100%范围内精度不大于±2%。</p> <p>4. 系统功能: 支持3通道记录仪, 记录波形可选择。具有待机功能; 具有演示模式和夜间模式。具有高/中/低三种级别的生理报警及技术报警, 并提供提示信息。报警参数可调。具有护士呼叫、日志导出等功能。</p> <p>★5. 参数: 共模抑制比≥105dB。5导联/3导联模式都能实现多导同步分析。系统功能: 数据管理: 具备掉电存储功能; 支持≥120小时趋势图表、≥200个报警事件、≥2000组NIBP测量数据、≥120分钟动态短趋势、≥48小时全息波形存储与浏览。具有有线联网、无线联网和无需布线的电力联网功能, 可实现同科室所有床位联网。支持救护车和远程中央监护功能。支持与第三方集成平台数据对接及监测信息实时显示功能。</p>		
10	模块化监护仪	<p>1. 整机要求: 模块化监护仪, 主机集成内置2槽位插件槽, 可支持参数模块的即插即用。整机无风扇设计, 防水等级≥IPXI。内置锂电池, 插槽式设计, 锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。安全规格: ECG, TEMP, SpO2, NIBP, CO2 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。监护仪设计使用年限≥10年。监护仪清洁消毒维护支持消毒剂≥10种。</p> <p>2. 监测参数: 配置心电, 呼吸, 无创血压, 血氧饱和度, 脉搏和双通道体温参数监测。心电支持3导、5导及12导ECG导联线作为ECG输入来源, 支持导联模式自动识别, 支持导联脱落智能检测。心电监护支持心率连续实时测量和对应报警功能, 心率测量范围: 成人 15-300bpm, 儿童 15-350bpm。心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验</p>	3	台

		<p>证。提供过去 24 小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果。提供 SpO₂, PR 和 PI 参数的实时监测。血氧测量范围 0-100%，在 70%-100% 的范围内，测量误差为 ±2%；脉率测量范围 30bpm-250bpm。支持指套式血氧探头，≥IPX7 防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。提供 SpO₂ 统计分析功能。对最近 24 小时内 SpO₂ 和 PR 进行统计分析。无创血压成人测量范围：收缩压 30-260mmHg，舒张压 10-220mmHg，平均压 20-235mmHg。提供双通道体温和温差参数的监测。</p> <p>3. 系统功能：支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。支持药物计算、肾功能计算、通气计算、氧合计算、血流动力学计算功能；支持 ≥120 小时趋势图和趋势表回顾。≥2000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 ≥15 秒所有相关参数波形，以及报警触发时所有测量参数值。≥3000 组 NIBP 测量结果。支持 48 小时全息波形的存储与回顾功能。支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过 USB 接口将历史病人数据导出到 U 盘。支持 RJ45 接口进行有线网络通信。支持网络打印病人报告。支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。支持与护士站中央监护系统联网，实现集中监护和报警管理。</p> <p>★4. 整机要求：≥13 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率 ≥1920*1080 像素，≥8 通道波形显示。屏幕具备 ≥175 度宽视角。监测参数：心电增益至少支持 1.25 mm/mV (×0.125)、2.5 mm/mV (×0.25)、5 mm/mV (×0.5)、10 mm/mV (×1)、20 mm/mV (×2)、40 mm/mV (×4) 以及自动增益，误差均小于 ±5%。提供手动、自动、连续、序列、整点等测量模式。</p> <p>提供 24 小时血压动态分析功能。系统功能：支持它床观察，可同时监视 ≥12 它床的报警信息。</p>		
11	除颤仪	<p>1. 物理功能：整机重量（含电池）≤3kg。设备具备便携把手。有机盖保护装置，电极片具有收纳仓。抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受 ≥1.5 m 跌落冲击。符合 RTCA/DO-160G, Section21 的适航要求。工作温度 -25℃~ 60℃，从室温环境下进入 -25℃ 环境后，至少能工作 60 分钟。</p> <p>2. 操作显示：主机可以通过病人类型一键切换按钮进行成人/儿童切换。可显示操作步骤提示画面、按压提示次数、呼吸提示次数、除颤次数和病人类型、电池电量、ECG 波形。语言一键切换，支持 3 种以上语言。设备可根据周围噪音自动调节音量，设备可根据环境光自动</p>	3	台

		<p>调整屏幕亮度。CPR 按压模式 30:2,15:2 和仅按压模式可调, 按压速率 100、110、120 可调。待机状态, 电极片采用预插方式, 无需现场连接。语音提示功能: 操作设备时应有语音提示以指导操作者使用, 并发出蜂鸣声。</p> <p>3. 设备性能: . 开机到 200J 放电准备就绪用时<7s, 开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间<5s, 除颤后恢复时间<2s。使用年限≥5 年, 电池容量≥4500mAh。在适合条件下, 工作时间≥10 小时, 可提供≥200 次 360J 除颤或 400 次 150J 除颤。首次出现电池电量低报警时, 主机至少还可以持续工作 30 分钟或至少提供 10 次 200J 的电击。电极片有效期≥36 个月; 电极片有效期到期前设备发送提醒。主机上有电极片粘贴位置动画提示。</p> <p>4. 设备自检: 设备每天、每周、每月都会进行自检, 并且主机状态指示灯可以显示自检结果。方便工作人员线下巡检, 主机具有不同颜色的指示灯可自行判断设备状态, 主机上具有电量显示屏, 具有电极片查看窗, 不开机不开柜即可查看。</p> <p>5. 数据传输和存储: 具备录音功能, 可保存≥60 分钟抢救现场录音。支持 USB 接口, 设备配置了蜂窝移动模块和 Wi-Fi 模块, 可通过 USB 和蜂窝移动网络、Wi-Fi 多种方式导出数据, 满足无线和有线的各种突发情况。</p> <p>★6. 物理功能: 主机使用期限≥10 年。操作显示: 屏幕尺寸≥7 英寸彩色显示屏, 分辨率≥800×480 像素, 支持动画指导用户执行急救操作。设备性能: 采用双相波技术, 成人除颤最大能量≥360J, 儿童除颤最大能量≥100J。数据传输和存储: 数据存储内存容量≥10G, 可存储≥1500 条事件记录, 或≥2000 份自检报告, 可记录至少 8h ECG 波形记录, 保存至少 8h 心肺复苏数据。</p>		
12	肺功能检测仪	<p>1. 完整的肺功能检测: VC (肺活量)、MVV (最大通气量)、MV (静息通气量)、FVC (用力肺活量)、F-V (流速容量曲线)、舒张试验;</p> <p>2. 容量: (0~10)L, 误差不大于±3%或者±0.05L, 取其大者; 采用压差式流量传感器, 双向测试; 气流阻力: 测量范围内的气流阻力不超过 0.35kPa/ (L/s); 流量: (0~14)L/s, 误差不大于±5%或者±0.17L/s, 取其大者;</p> <p>3. 手柄内置蜂窝状滤芯, 可与机身分离, 可浸泡消毒; 主机具有≥8 寸彩色电容触摸屏; 内嵌热敏打印机; 频率相应: 不超过 0.25L/s 或者 12%; 可连接电脑操作, 可直接进行 A4 报告打印; 免费连接医院</p>	3	台

		<p>HIS、LIS 系统；主机可存储≥1000 条测试历史记录；</p> <p>4. 常规及舒张测试项目</p> <p>A. 肺活量. 曲线 VC VC、VCPR、VC%、IRV、ERV、VT、IC</p> <p>B. 每分钟静息通气量. 曲线 MV MV、BR、VR、VT、RR</p> <p>C. 每分钟最大通气量. 曲线 MVV MVV、MVVPR、MVV%、BSA、MVV/BSA、VT、RR</p> <p>D. 用力肺活量. 曲线 FVC FVC、FEV1、FEV2、FEV3、FEV1%、FEV2%、FEV3%、MMEF、FEV50、FEV75</p> <p>E. 流速容量. 曲线 F-V PEFR、FEF75、FEF50、FEF25、FEF10、FEF50/25、PEFR/HFEF75/H、FEF50/H、FEF25/H、MVV</p>		
13	多功能溶栓床	<p>1. 主要功能：背部升降：升降角度≥0~75°±5°；腿部升降：升降角度≥0~45°±5°；整体升降：升降范围为≥270mm；整体前倾：≥12±2°；整体后倾：≥12±2°；左翻身：≥38±2°；右翻身：≥38±2°；承重 0-400gk。</p> <p>2. 主要参数：床体：床体双层结构；床体四角有输液架插孔。床面板：采用≥1.2mm 的冷轧钢板一次冲压而成。床头尾板：PP 工程材料整体吹塑成型，插式结构。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，四角均有防撞轮。护栏：阻尼护栏、电控护栏，护栏带电控按键。</p> <p>电机：低噪音，低 EMI（电磁辐射），可选配蓄电池；</p> <p>操作手柄：可起背、起腿、整体升降、腿背联动、前后倾斜、左右翻身、电动一键 CPR、称重、床底灯等多种功能。脚轮：配有万向和全锁定功能，床尾两侧控制四轮刹车及解锁。</p>	3	台
14	洗胃机	<p>1. 全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU 控制，具有压力可调控制系统；机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；独立接口，药污分离。泵结构：无油膜式泵；洗胃压力：0-50KPa；洗胃频次：≤20S；输入功率：150VA；噪音：≤55dB；配备专用洗胃台车 1 个。</p> <p>★2. 洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。具有定期自动开机保养功能。进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，吸液</p>	3	台

		量（出胃） $\leq 450\text{ml}/\text{次}$		
15	中央监护系统	<p>1. 支持对监护设备心电 (ECG), 心率(HR), 呼吸 (RESP), 血压 (NIBP), 血氧(SpO2), 脉率(PR), 体温(TEMP) 等参数值及波形的显示。支持全系列尺寸液晶显示屏显示 (17、19、21、24、32、48 等等), 宽屏和普屏均可以支持。支持有线、无线wifi、电力联网等方式联网通讯, 同时支持混合组网。监护设备所有报警在中央站显示, 提供生理报警, 技术报警。可根据空床位自由选择床旁监护仪, 显示病人姓名、性别、年龄及床位号等信息。支持单床全信息显示。病人区段可支持病人信息录入, 并与监护仪病人信息同步。具有双向通讯功能, 支持远程启动/停止血压测量、报警、静音等远程控制功能。具有趋势图、趋势表、参数波形以及报警事件的存储及回顾功能, 存储时间≥ 10天。具有病例管理功能, 支持查询、筛选、回顾和删除等功能。支持远程监护功能, 无空间限制, 在可联网的任一客户端通过浏览器实现远程监护和显示。具有中央站日志管理功能。具有数据备份和还原功能。支持外接激光打印机, A4 纸打印报告。</p> <p>★2. 中央监护系统单屏最大支持 32 床, 具有 4/8/12/16/24 床位同屏显示功能。支持多用户自定义监测床位, 提高同一平台资源的多用户有效利用并保护不同病人隐私数据只给单一用户查看。支持与第三方信息平台对接, 并在平台实时显示病人信息。</p>	3	台

第四章 合同（样本）

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

第五章 资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
- (2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单及中标人。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

支持中小微(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)企业,支持脱贫攻坚、符合节约能源、保护环境等政策要求,本项目对小微企业提供的服务给予 20% 的价格扣除,用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。.

①涉及价格评审优惠的相关单位应出具《中小企业声明函》(或《残疾人福利性单位 声明函》或《监狱企业证明文件)。

②依法享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。③招标人在相关条件具备时,优先对中小企业在资 金支付期限、预付款比例方面给予优惠措施。.

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除。

附件：

郑州银行股份有限公司洛阳分行政府采购融资贷

联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话
王剑	主任	洛阳市洛龙区关林路	13838808890
杨洋	业务负责人	与厚载门街交叉口隆	15896531927
周宜辉	客户经理	安大厦	15036316707

二、融资产品介绍：

“E 采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履行，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

“E 采贷”五大特点：1. 纯信用：无需抵押、担保；2. 更灵活：随借随还，按需支用；3. 额度高：最高为上年度中标额的 1.3 倍，单笔最高 1000 万元；4. 适用广：在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）有备案信息即可准入；5. 效率高：绿色通道，保证时效。

业务流程：

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3 个工作日反馈审批结果。
3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

利率及优惠政策：

贸易类不低于 5.5%，工程类不低于 6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融

政采通宝业务服务方案

准入标准：

1. 持续经营 2 年（含）以上。

2. 客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。

3. 最近年度纳税申报收入不低于 200 万元。

4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。

5、单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过 1000 万元

6、单笔贷款期限不超过一年。

7、根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

中国银行联系人：

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

平顶山银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式

机构名称：平顶山银行洛阳分行

联系人：刘亚兴

联系电话：13837937717（微信同号）

二、产品介绍

“银政易贷”是指平顶山银行针对中标政府采购合同的企业实际控制人发放的，专项用于履行政府采购合同的个人贷款业务。

1、目标客户：中标优质县区或区级（含）以上政府采购合同的企业实际控制人

2、采购合同项目：包括货物类，服务类和工程类等

3、贷款额度：最高 500 万元（含）

4、借款期限：不超过 2 年（参考中标合同约定付款期限）

5、贷款利率：综合年利率不低于 7%

6、还款方式：按月付息，到期一次性还本或根据客户实际经营情况不规则还款

恒丰银行政府采购融资贷联系方式

及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
-----	----	----	----	----

张龙妹	客户经理	洛龙区展览路泉舜 186 西侧裙楼	18538882575	
张浩	公司金融部负责人		18937966885	
裴绍辉	分管行长		18637904888	

二、融资产品介绍

1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

2. 准入标准

- (1) 企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。
- (2) 企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。
- (3) 我行信用评级结果在 B3 三级以上。
- (4) 企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。
- (5) 近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

兴业银行洛阳分行

政府采购融资联系方式及产品介绍

分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；
具体联系人：张海峰（产品经理、18603794400）

三、产品介绍

四、授信额度：最高不超过 500 万元（含）。

五、期限：主体授信额度有效期不超过 1 年

六、利率：自动生成贷款利率。

七、用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

八、担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

九、支付方式：采用受托支付方式

十、还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合

同或订单项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

工商银行洛阳分行“政采贷”产品

工商银行“政采贷”简介：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于投标人中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为政府投标人提供的融资贷款金融服务。

- 1、适用范围：投标人目前仅限于小微企业，后续将结合市场需要，适时拓展至大中型企业。
- 2、融资额度：投标人融资最高不超过订单金额 70%。
- 3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以 5 年。
- 4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。
- 5、办理手续：①投标人与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。②与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。③工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至投标人工行账户。

分管领导：李亚琼：16603797557

李若明：13233995266

信贷经理：朱建国：13653893229

张佩兰：15603799799

平安银行“政采E贷”产品介绍

平安银行“政采E贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

产品优势：

- 1、额度高：线上最高 500 万元。
- 2、申请易：5 分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快 1 天生效。
- 4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

产品申请资格：

- 1、我行白名单财政项下的政府采购项目融资。
- 2、有历史中标采购记录的政府采购投标人。
- 3、企业及申请人信用良好。

期限、利率和还款方式：

期限：1 个月到 1 年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至 6%。

举例 1：贷款 100 万元，3 个月（先息后本，利率 6%），前两个月需要支付利息 5000 元/月，到期还本付息。

举例 2：贷款 100 万元，1 年期限（等额本息，利率 6%），每个月需要支付本息约 86035 元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

浙商银行“政采贷”

一、贷款产品介绍

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以招标人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

二、适用对象

连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

三、贷款期限

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

四、产品特点

中标即贷，最高可贷 1000 万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩 联系电话：18538198600

信贷经理：郭利波 联系电话：15937918530 具体负责人：李超峰 联系电话：15538530

广发银行“政采贷”

一、广发银行“政采贷”

1、对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业投标人提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

3、授信额度：单户敞口授信额度不超过 1000 万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的 90%

4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后 3 个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后 3 个月

5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

二、准入标准

- 1、企业成立且持续经营满 3 年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地
- 2、政府采购历史超过一年或进入政府采购投标人名单时间超过一年，实际履约不低于一次
- 3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正
- 4、资产负债率不超过 70%
- 5、在我行评价不低于 BB+级
- 6、企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产
- 7、不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

三、授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

四、业务流程

- 1、业务访谈，确定贸易真实性
- 2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料
- 3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批
- 4、授信审查审批
- 5、按照要求出账

主管行长：李文强 18137865269

具体负责人：何俊杰 13838894026

信贷经理：姜晓凤 15103799119

中信银行洛阳分行“政采贷”

一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游投标人的融资难题。

二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

三、产品内容

金额最高1000万元（含）、贷款期限最长1年（含）、无需抵质押物

四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营6个月（含）以上或实际控制人从业2年以上

从事政府采购活动1年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

中信银行洛阳分行“政采贷”联系人：

高晋卿 洛阳分行副行长 18637127868

闫恺 洛阳分行普惠金融部总经理 15837959999

陈幽静 洛阳分行普惠金融部信贷经理 15838817353

洛阳银行“政采贷”

（一）资料清单

- 1、借款人依法成立并有效存续的相关材料；
- 2、经政府采购项目中标的证明材料；
- 3、以往参加政府采购项目的履约情况；
- 4、其他洛阳银行认为需要提供的资料。

（二）授信要素

1、贷款额度：

原则上不超过政府采购合同金额的70%。

2、期限与还款方式：

与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式等相匹配。

3、担保方式：

法定代表人、实际控制人提供连带责任保证，放款前完成应收账款质押登记手续。

(三) 联系方式

分管领导：陈经理 15837979663

信贷经理、具体负责人：任经理 18738439998

邮储银行行政采贷

贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作1年（含）以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额70%，最高额度300万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉 职务：总经理

电话：13598159333

中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

一、融资机构基本情况及联系人联系电话

1. 融资入口：

<http://www.zybank.com.cn/zyyh/gsyw55/xqyjr/xqyzcd/382690/index.html>

2. 融资机构业务人员信息列表：

序号	业务联系人	联系方式	地址
1	岳恒志	17737799828	洛阳市洛龙区长兴街66号
2	许然涛	19903896628	洛阳市洛龙区长兴街66号
3	柴碧林	13271555838	洛阳市洛龙区长兴街66号

二、融资流程及各环节办结时间

客户通过“中原银行公司金融公众号”、“中原银行小微金融公众号”或“中原银行官方网站”等渠道申请即可办理。对于申报资料齐全，符合标准的业务，5个工作日即可完成审查审批。

建设银行政府采购合同融资

产品介绍及联系方式

1、业务流程

- (1) 招标人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 投标人与政府采购部门签署采购合同。
- (3) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (4) 采购投标人依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- (5) 建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。
- (6) 业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

2、产品优势

- (1) 无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）；
- (2) 放款快（在线审批，快捷放款）；
- (3) 额度高（单笔合同贷款金额最高3000万元）；
- (4) 操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；
- (5) 还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）；

3、借款人基本条件

(1) 投标人经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。

(2) 投标人未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。(3) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。(4) 投标人企业具有持续经营能力，信用记录良好，近2年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。(5) 投标人企业主个人信用记录良好，近2年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过2（含）次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。(6) 投标人与招标人具有长期稳定合作关系，原则上要有2次及以上的历史政府采购中标记录。(7) 投标人及招标人为本地注册企业。(8) 投标人成立一年以上。(9) 投标人具有明确的还款来源和风险缓释措施。

4、申请路径：建行集团供应链平台

5、利率：针对不同客户差异化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

6、联系方式：分管领导：马顺超 13693835688

信贷经理：张翠荣 13937942294

招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、 联系方式：

分管领导	职务	地址	电话	备注
彭国庆	公司业务分管行长	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦	15236667303	
王伊宁	客户经理	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦	13683861133	

二、审批流程

1、申请路径：（1）手机扫描二维码申请



（2）网页版申请<https://sme.cmbchina.com/>;

2、授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，额度最高可达到3000万，线上自助模式最高1000万；

3、利率：为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

4、风控措施：

（1）回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；（2）在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；（3）实际控制人夫妇提供连带担保；

5、客户准入

（1）采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的三甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位；付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

（2）采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购；未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务；

8、政采自助贷：

（1）线上申请及预授信，额度最高1000万；（2）网银端线上自助提款，10分钟内即可到账；（3）基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的80%；（4）利率优惠，线上可随借随还，更加符合政采投标人需求并降低企业成本。

浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
苏冰	高级产品经理	洛阳市洛龙区展览路211号	18623790623	微信同手机号
汪乐阳	普惠金融部总经理	洛阳市洛龙区展览路211号	13698889966	微信同手机号

二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

(一) 产品介绍:

“政采e贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为投标人提供的信用贷款。

(二) 产品优势:

- 1、融资期限最长可达1年。
- 2、货物、服务类最高1000万元，工程类最高1500万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

(三) 适用客户:

- 1、在河南省境内注册的投标人，未列入河南省政府采购投标人黑名单。
- 2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。

3、政府采购中标区域:

- (1) 河南省省直、郑州市(含市内各区)项目
- (2) 洛阳市市直项目
- (3) 河南其他地市市直项目
- (4) 林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

(四) 申请路径

1、投标人首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。

2、投标人来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。

（若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更）

3、授信审查和放款（资料齐全一周时间）

交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购投标人中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人： 周贯超 联系方式： 15538830369

联系人： 顾 伟 联系方式： 18037558778

魏柴扉 18837923035

洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业投标人取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800

信贷经理：常洁 13721681719

具体负责人：娄艳阁 13526989222

农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：指境内购销双方签署订单后，农业银行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源，为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资。

2、贷款期限：一年以内。

3、适用对象：地市级（含）以上政府的采购部门统一组织的政府采购行为形成的订单等。

4、办理条件：（1）在农行开立基本结算账户或一般结算账户。（2）借款人符合国家产业政策及我行信贷政策，生产经营正常，具备购货方认可的供货能力。（3）订单项下商品属于销货方营业执照经营范围内，商品质量稳定，符合国家及行业标准。（4）与购货方有两年以上稳定的供销关系，合作期间的履约交货记录及销售回款情况良好。（5）在金融机构无不良信用记录，或虽然有过不良信用记

录，但不良信用记录的产生并非由于主观恶意且已全部偿还。

5、业务流程：客户申请—银行调查—业务审查审批—合同签署—贷款发放。

三、业务分管及联系人

分管领导：蔡浩洋 18567663969

客户经理：张琦颖 18567663732

华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

产品特点

融资便捷快捷

线上提交融资申请，线上反馈审批额度

审批手续简便

审批手续及所需的资料相对简便

融资比例合理

最高融资比例可达订单金额的80%

价格合理灵活

按实际融资天数计息，低于同业平均水平

还款灵活方便

按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款

无需抵押担保

凭订单即可申请，无需追加抵押担保

申请条件 and 资料

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类投标人；

未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；

企业近三年中标数不少于2次；

企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

申请资料：营业执照正副本、法人身份证

申请流程：通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

联系方式：分管领导：马鲜平副行长

部门经理：杜青青营销管理部经理 13633790075

具体负责人联系方式：谢逸伦客户经理 15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品

介绍及联系方式

一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标投标人提供流动资金贷款。

二、借款人基本条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所;
- (二) 企业成立1(含)年以上,且实际控制人有3年以上实际行业经验,具有良好的纳税记录、工商登记记录;
- (三) 企业具有履行合同所必需的设备和服务能力;
- (四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求,符合我行信贷政策;
- (五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录;政府采购履约行为无不良记录;
- (六) 中标投标人在我行信用评级应在B-级(含)以上;
- (七) 我行要求的其他条件。

三、业务流程

- (一) 投标人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (二) 投标人与政府采购部门签署采购合同。
- (三) 采购合同在公开平台进行公示或者备案。
- (四) 投标人依托采购合同,向光大银行申请融资。
- (五) 光大银行对采购商进行调查,根据政府采购中标合同金额扣除预付款*一定比例发放融资款项。
- (六) 中标投标人须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户,回款至该账户。

四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平,执行总行贷款利率授权管理政策。

五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配,最长不超过合同约定付款日期后两个月。

六、联系方式

1、分管领导：王慧 18837902280

2、信贷经理：刘勇 18837995809

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	营业执照	符合投标人资格要求的规定
	资质证书	符合投标人资格要求的规定
	信用承诺函	符合投标人资格要求的规定
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	签字或盖章要求	符合投标人须知前附表的规定
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.0	投标报价	<p>满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价÷投标报价)×30%×100</p> <p>备注：依据政府采购货物和服务招标投标管理办法的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响</p>

				<p>产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内作出相关说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。注：价格扣除：投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予20%的扣除，监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品价格给予20%的扣除。同一投标投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。投标人所提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受价格优惠。</p>
技术标评分参数	0.0	30.0	技术指标响应情况	<p>技术参数基本分30分，带“★”号条款为重要技术参数，每有一项不满足扣1分，其余条款每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。</p>

				注：带“★”号的条款须提供技术白皮书或厂家彩页或第三方检测报告，否则视为该项技术参数不满足。
	0.0	2.0	节能环保	<p>节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加1分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据，并加盖公章；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。</p> <p>环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加1分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据，并加盖公章；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。</p>
综合标评分参数	0.0	8.0	供货方案	供货方案包括但不限于统一进行送货到指定地点的实施办法；保证按时完工的措施；安装方案；因产品质量问题引起纠纷时提供的应急解决方案等进行评审。

				<p>方案、措施及承诺全面、合理、可行、可实施性强，有详细的方案及措施，能较好的满足本项目要求的得8分；</p> <p>方案各方面安排较合理，方案及措施简单、可实践实施的得6分；方案各方面安排一般、措施实践实施性较差的得4分；有方案，但内容与本项目有不符，操作性较差的得2分；若有缺项或不响应，该项为0分。若有缺项或不响应，该项为0分。</p>
	0.0	6.0	培训方案	<p>根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价，培训方案应至少包括①培训时间、地点；②培训的主要内容（至少包含使用及日常维护内容、注意事项、紧急处理措施）；③培训讲师的资历；④预期培训效果。</p> <p>方案、措施及承诺全面、合理、可行、可实施性强，有详细的方案及措施，能较好的满足本项目要求的得6分；</p> <p>方案各方面安排较合理，方案及措施简单、可实践实施的得4分；方案各方面安排一般、措施实践实施性较差的得3分；有方案，但内容与本项目有不符，操作性较差的得1分。若有缺项或不响应，该项为0分。</p>
	0.0	6.0	应急预案	<p>针对本项目实施供货期间、设备安装、调试期间的安全应急预案。</p> <p>方案、措施及承诺全面、合理、可行、</p>

				<p>可实施性强，有详细的方案及措施，能较好的满足本项目要求的得6分；</p> <p>方案各方面安排较合理，方案及措施简单、可实践实施的得4分；方案各方面安排一般、措施实践实施性较差的得3分；有方案，但内容与本项目有不符，操作性较差的得1分。若有缺项或不响应，该项为0分。</p>
	0.0	6.0	售后服务方案	<p>根据投标人针对本项目提供的售后服务方案和售后服务机构，结合售后服务响应模式、售后服务响应速度、故障维修时间，配件到货时间、配备人员、服务机构覆盖面等进行评审。</p> <p>售后服务方案描述详细，售后服务机构专业性强，售后服务响应速度、故障维修时间、配件到货时间快，配备人员专业性、服务机构能为招标人提供非常便捷的售后服务的得6分；</p> <p>售后服务方案描述一般，售后服务响应速度一般、故障维修时间较慢、配件到货时间较慢，配备人员专业性、服务机构便捷度一般得4分；</p> <p>售后服务方案描述存在缺陷，售后服务响应速度、故障维修时间、配件到货时间差，配备人员专业性、服务机构便捷化差得2分。若有缺项或不响应，该项为0分。</p>
	0.0	6.0	优惠承诺	根据投标人提供的详细说明内容、优

				<p>惠措施, 优惠条件, 优惠可行性进行评审。</p> <p>方案、措施及承诺全面、合理、可行、可实施性强, 有详细的方案及措施, 能较好的满足本项目要求的得6分; 方案各方面安排较合理, 方案及措施简单、可实践实施的得4分; 方案各方面安排一般、措施实践实施性较差的得3分; 有方案, 但内容与本项目有不符, 操作性较差的得1分。若有缺项或不响应, 该项为0分。</p>
业绩信誉	0.0	6.0	企业业绩	<p>投标人2021年以来具有类似业绩的每有一项得2分, 最多得6分。(须提供合同, 时间以合同签订时间为准)</p>

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：

标段：

项目编号：

投标人名称：

日期：

附件 1: 投标函

投标函

致：_____（招标人）

根据贵方项目编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4:资格证明材料

资格证明材料

须知

格式自拟

附件：

洛阳市政府采购投标人信用承诺函

致（招标人或招标代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（公章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
服务期	
服务要求	

附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写：							

投标人（企业电子章）：

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件6-1:中小微企业声明函

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务条款	招标文件商务要求内容	投标人响应具体内容	偏差说明
1				
2				
3				
4				
...				
...				

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 10:实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

注：在投标文件中附扫描件

附件 11:制造商授权书 (参考)

制造商授权书 (参考)

致:

我们(制造商名称)是按中国法律成立的一家制造商,主要营业地点设在(制造商地址)。我方在此证明:

按中国法律正式成立的,主要营业地点设在(代理商地址)的(代理商名称)就_____项目(项目编号: _____)所包含的(_____货物名称品牌型号及原装零配件),系由我方制造。

在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内,没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称(公章):

签字人部门和职务:

签字人签名:

注:

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号,否则采购人不予接受。
2. 投标人可参考此授权书格式,如用其它格式,须明确此授权书中的相关内容。

注:在投标文件中附扫描件

附件 12: 项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

附件 13:售后服务计划

售后服务计划

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

附件 14:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 15:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 15-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件

附件 16:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 16-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 17:其他材料