

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市眼科医院
拟采购产品名称	前节眼科手术显微镜、后节眼科手术显微镜、视觉质量分析仪
拟采购产品金额	390 万元
采购项目所属项目名称	安阳市眼科医院手术显微镜、视觉质量分析仪项目
采购项目所属项目金额	390 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 一、眼科手术显微镜：安阳市眼科医院作为三级眼科专科医院，患者多手术量大，要求设备不间断连续工作时间长，对设备分辨率、延续性及稳定性要求较高；进口显微镜具备多涂层防反光镀膜技术、采用复消色差技术，在成像的景深、清晰度、分辨率以及色彩还原度等方面更需达到技术要求；在玻切、视网膜、黄斑等相关的复杂眼后节手术方面，进口产品具有内调焦非接触广角镜、内置倒像镜系统等复杂眼科手术必备之功能配置。 二、视觉质量分析仪：安阳市眼科医院作为三级眼科专科医院，患者多，就诊患者病情复杂多变，有相当部分患者不但对视力有较高要求，对视觉质量也有较高要求，在高端 IOL、ICL/TICL、角膜激光手术等方面，能够更精确提供个性化治疗方案；在 OK 镜/RGP 验配及验光配镜方面提供更精准参数。在全眼波前像差（角膜波前像差和眼内波前像差）、光程差屈光分析、辅助人工晶体植入轴向标定及轴位偏差分析等方面。进口设备能够提供更精准数据，满足实际工作需要。	

三、专家论证意见

经审查认为资料，招标人等的描述
进口设备型号符合实际情况，因此进口
设备符合招标文件要求。

专家签字

李丰艳

2015年6月19日