



采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市肿瘤医院
拟采购产品名称	3D 胸腹腔镜手术镜头(两根)
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	安阳市肿瘤医院 3D 胸腹腔镜手术镜头采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 由于院手术室现配有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜手术系统(主机: TC200、模块: TC302) 该系统的正常运行依赖于 3D 电子胸腹腔镜镜头, 由于 3D 镜头是电子镜, 摄像头和镜头是一体的, 须与现有产品摄像主机配套使用。搭配该系统主机使用 3D 镜头须是生产商家配套产品, 其他品牌镜头无法与现有主机连接。目前国内设备无法全部满足临床使用要求, 同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》国家禁止进口和限制进口产品, 建议购买进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购的设备胸腹腔镜镜头与原摄像头及主机配套使用, 所用 3D 镜头须与原设备配套, 国内其他品牌设备无法满足适配要求, 建议可采购进口产品 拟采购的设备不在国家禁止采购产品目录	
专家签字	
	2025 年 9 月 30 日


采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市肿瘤医院
拟采购产品名称	3D 胸腹腔镜手术镜头(两根)
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	安阳市肿瘤医院 3D 胸腹腔镜手术镜头采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 由于院手术室现配有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜手术系统(主机: TC200、模块: TC302) 该系统的正常运行依赖于 3D 电子胸腹腔镜镜头, 由于 3D 镜头是电子镜, 摄像头和镜头是一体的, 须与现有产品摄像主机配套使用。搭配该系统主机使用 3D 镜头须是生产商家配套产品, 其他品牌镜头无法与现有主机连接。目前国内设备无法全部满足临床使用要求, 同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产目录》国家禁止进口和限制进口产品, 建议购买进口设备。	
三、专家论证意见	
该进口产品在书有技术以及书有配置书, 具有唯一性和不可替代性。其他品牌镜头无法与现有主机连接。建议信用原有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜 3D 电子胸腹腔镜镜头。	
专家签字	
2025 年 9 月 30 日	

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市肿瘤医院
拟采购产品名称	3D 胸腹腔镜手术镜头(两根)
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	安阳市肿瘤医院 3D 胸腹腔镜手术镜头采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 由于院手术室现配有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜手术系统(主机: TC200、模块: TC302) 该系统的正常运行依赖于 3D 电子胸腹腔镜镜头, 由于 3D 镜头是电子镜, 摄像头和镜头是一体的, 须与现有产品摄像主机配套使用。搭配该系统主机使用 3D 镜头须是生产商家配套产品, 其他品牌镜头无法与现有主机连接。目前国内设备无法全部满足临床使用要求, 同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》国家禁止进口和限制进口产品, 建议购买进口设备。	
三、专家论证意见	
采购单位现配有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜手术系统, 此次采购的 3D 胸腹腔镜镜头, 是摄像头和镜头一体的, 为保证手术效果, 建议采用原品牌配套配件, 且国产其他品牌 3D 胸腹腔镜镜头无法与现有主机连接, 同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》进口产品, 建议购买进口设备。	
专家签字	姚锐栋
	2025 年 9 月 30 日

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市肿瘤医院
拟采购产品名称	3D 胸腹腔镜手术镜头(两根)
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	安阳市肿瘤医院 3D 胸腹腔镜手术镜头采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：由于院手术室现配有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜手术系统（主机：TC200、模块：TC302）该系统的正常运行依赖于 3D 电子胸腹腔镜镜头，由于 3D 镜头是电子镜，摄像头和镜头是一体的，须与现有产品摄像主机配套使用。搭配该系统主机使用 3D 镜头须是生产商家配套产品，其他品牌镜头无法与现有主机连接。目前国内设备无法全部满足临床使用要求，同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》国家禁止进口和限制进口产品，建议购买进口设备。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">3D 腹腔镜镜头同多品牌与进口品牌在图像质量、性能稳定性、技术成熟度与可靠性等方面相比尚有差距。技术差异直接关系到高难度手术的成功率与安全性。且采购进口产品是与现有摄像主机配套使用。同时该产品不属于国家禁止进口和限制进口产品。故建议采购进口产品。</p>	
专家签字	<div style="text-align: center;">  2025 年 9 月 30 日 </div>

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市肿瘤医院
拟采购产品名称	3D 胸腹腔镜手术镜头(两根)
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	安阳市肿瘤医院 3D 胸腹腔镜手术镜头采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 由于院手术室现配有德国 KARL STORZ 3D 腹腔镜手术系统(主机: TC200、模块: TC302) 该系统的正常运行依赖于 3D 电子胸腹腔镜镜头, 由于 3D 镜头是电子镜, 摄像头和镜头是一体的, 须与现有产品摄像主机配套使用。搭配该系统主机使用 3D 镜头须是生产商家配套产品, 其他品牌镜头无法与现有主机连接。目前国内设备无法全部满足临床使用要求, 同时该产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》国家禁止进口和限制进口产品, 建议购买进口设备。	
三、专家论证意见	
本次拟采购的进口 3D 胸腹腔镜镜头, 由于其所依赖的系统封闭性、硬性兼容要求以及对医疗安全的极端重要性, 且本产品不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》的范畴。本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定。	
专家签字	2025 年 9 月 30 日
