

淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目

采购文件

项目编号：淇财招标采购-2025-1

采购人：淇县西岗镇中心卫生院

代理机构：中伟诚工程管理有限公司

日期：二零二四年十二月

目录

第一章 采购公告	2
第二章 投标须知	6
第三章 评标办法	23
第四章 项目需求	30
第五章 合同格式（仅供参考）	33
第六章 投标文件格式	35

第一章 采购公告

淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目

采购公告

项目概况：

淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）或河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）获取采购文件，并于2025年2月17日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：淇财招标采购-2025-1（项目编号：QXCG-2025-1）
- 2、项目名称：淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、标准划分：本项目共分为二个标段
- 5、预算金额：2000000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业
一标段	QXCG-2025-1-01	淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目	1234680.00	1234680.00	是
二标段	QXCG-2025-1-02	淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目	763166.00	763166.00	是

6、采购需求：

一标段：购置彩色多普勒超声诊断仪1台；

二标段：购置多功能数字化透视摄影X射线机1套。

（具体技术参数要求详见第四章内容）

7、合同履行期限：合同签订后 30 日历天

- 8、质量要求：符合国家、行业相关规范合格标准及采购人要求
- 9、质保期：三年
- 10、本项目是否接受联合体投标：否
- 11、是否接受进口产品：否

二、 申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、促中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1、具有有效的营业执照。
 - 3.2、具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证及有效的医疗器械经营许可证；
 - 3.3、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定，提供相关证明或承诺。
 - 3.4、依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商未列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供信用承诺书，无需提供截图资料，由采购人或代理机构在资格审查时现场核查。（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn））。

注：本项目投标人可以对二个标段进行投标，但只能按顺序中一个标段；若投标人在前一个标段中排名第一，则不再参与后一个标段的评审（评标顺序从一标段开始评审）。

三、 获取采购文件：

- 1、时间： 2025 年 01 月 28 日至 2025 年 2 月 10 日,每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
- 2、地点：鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>）或河南省 政府采购网（www.hngp.gov.cn）
- 3、方式：潜在投标人凭本单位 CA 数字证书，请在有效时间内登录鹤壁市公共资源交易服务平台（<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>），点击“政府采购”，登陆鹤壁市政 府采购交易系统后自行下载采购文件、答疑文件及其他资料；

- 4、售价： 0 元

四、 投标截止时间及地点：

- 1、截止时间： 2025 年 2 月 17 日 09 点 00 分（北京时间）

2、地点：潜在投标人应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市) (<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>) 网站上传加密电子投标文件。

五、开标时间及地点：

1、时间：2025年2月17日09点00分（北京时间）

2、地点：淇县公共资源交易中心**第一**远程开标室，投标人自行选择任意地点参加远程开标。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》上发布。

公告期限为五个工作日：2025年01月28日至2025年2月10日。

七、其他补充事宜：

1、投标供应商有政府采购合同融资意向的，请登录鹤壁市政府采购网进行融资意向登记，或者在通知公告栏目中获取融资渠道和联系方式。

2、电子标说明：

①本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理CA数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)“服务指南”相关说明；

②关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》网站进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件）；

③各潜在供应商可在获取采购文件有效期内自行下载招标（采购）文件，因鹤壁市政府采购交易系统在开标前具有保密性，各潜在供应商在“递交响应文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等，因供应商未及时查看造成的后果由供应商自己承担。

④本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅的网址为https://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login，投标人无需到淇县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。采购人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

⑤远程不见面开标的具体手册查阅“鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”(https://ggzy.hebi.gov.cn:8060)网站-服务指南-操作手册及视频栏目。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下联系方式：

1. 采购人信息

名称：淇县西岗镇中心卫生院

地址：淇县西岗镇 006 县道东50 米

联系人：张先生

联系方式：18623926506

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中伟诚工程管理有限公司

地址：淇县金湖国际广场

联系人：赵女士

联系方式：15649228884

3. 项目联系方式

项目联系人：赵女士

联系方式：15649228884

第二章 投标须知

投标人须知前附表

序号	名 称	内 容
1	项目编号	淇财招标采购-2025-1
2	项目名称	淇县西岗镇中心卫生院购置医疗设备项目
3	包段划分	本次招标采购共分为二个包段
4	采购方式	公开招标
5	资金来源	财政资金
6	采购人	采购人：淇县西岗镇中心卫生院 联系人及联系方式：张先生 18623926506
7	代理机构	招标代理机构：中伟诚工程管理有限公司 联系人及联系方式：赵女士 15649228884
8	采购内容	详见采购文件第四章项目需求
9	投标供应商资格条件要求	详见采购公告
10	采购控制价	一标段控制价为： 1234680.00元 二标段控制价为： 763166.00元 采购控制价是供应商报价的最高限价，等于或低于该价格的报价为有效报价
11	合同履行期限和地点	地点：采购人指定地点 合同履行期限：合同签订后 30 日历天。
12	投标文件递交截止时间及地点	详见采购公告
11	开标时间及地点	详见采购公告
12	开标程序	(1) 公布投标单位信息； (2) 投标文件解密； (3) 唱标； (4) 供应商对开标过程进行确认； (5) 开标结束； 注： ①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统在线。 ②在评审过程中，请潜在供应商保证登陆并保持“政府采购交易系统”在线，专家会对潜在供应商发起询标、澄清，要求供应商对专家提出的询标、澄清及时做出响应、答复；

13	投标文件的份数	无需递交纸质文件，潜在供应商应在投标文件提交截止时间前，通过鹤壁市公共资源交易公共服务平台政府采购交易系统上传加密电子投标文件
14	签字和盖章	符合投标文件格式中要求。
15	投标文件有效期	投标文件递交截止时间后60日历天
16	付款方式	项目实施结束后，由业主组织验收，验收合格后一次性付清全款。。
17	投标人提出问题或要求澄清采购文件的截止时间	投标供应商应至少在开标前一个工作日提出问题，要求采购人对采购文件予以澄清。
18	供应商代表出席开标会的要求	本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址（ http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login ），供应商无需到淇县公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。
19	采购文件的补充、修改和澄清发出的形式	关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在《鹤壁市公共资源交易公共服务平台全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》网站进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“答疑文件”形式告知各潜在供应商，各潜在供应商应及时关注并下载“答疑文件”（即最新的采购文件），并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
20	评标委员会的组建	1. 评标委员会成员人数：共 5 人，其中采购人代表 1 人、经济、技术类专家 4 人。 2. 评审专家确定方式从政府采购专家库中随机抽取评审专家。
21	评标办法	详见采购文件的评标办法

22	确定中标候选人	<p>推荐的中标候选人人数：3 名</p> <p>1. 采购人将确定排名第一的中标候选人为成交供应商。</p> <p>2. 如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等况，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序依次确定排名第二的中标候选人为成交供应商；依次类推。</p> <p>3. 当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标</p>
23	中标公示及中标通知书	<p>代理机构在接到采购人通知后，将在公告信息发布同一媒体上发布结果公示，中标公告期限为 1 个工作日，并同时发布中标通知书。</p>
24	采购文件质疑	<p>供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。</p>
25	解释权	<p>构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。不论中标与否，响应性文件均不退还。</p>
26	注意	<p>1. 供应商须知前附表与正文部分出现不一致时，以供应商须知前附表为准。</p> <p>2. 供应商如认为本采购文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害，请于下载采购文件后，至少开标前一个工作日以书面形式提出澄清要求，否则将视为对本采购文件要求无</p>

		<p>任何异议。</p> <p>3. 采购文件及响应文件法定代表人同等经营者或负责人。4. “采购人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”，“采购文件”与“采购文件”，“投标文件”与“报价响应文件”按照同一意思理解。</p>
27	其他说明	<p>电子招标说明：1. 本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载采购文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。</p> <p>2. 潜在供应商首次网上报名前需办理CA数字证书（进入河南互认的CA数字证书），在“《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》”点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》下载中心的相关说明。</p> <p>3. 潜在供应商须登录“《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》”-“交易系统”选择登录鹤壁市政府采购交易系统，领取采购文件。</p> <p>4. 登录《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》网站，下载“制作软件”，制作所投标段电子投标文件。电子投标文件制作流程详见采购文件有关要求。</p> <p>5. 请供应商根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。</p> <p>6. 本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为(https://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login)，供应商无需到公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅《鹤壁市公共资源交易公共服务平台-全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》“下载中心”专区的相关说明。</p>

一、总则

1. 项目说明:

1.1 项目名称: 见投标人须知前附表

1.2 采购方式: 见投标人须知前附表

1.3 资金来源: 见投标人须知前附表

1.4 采购人: 见投标人须知前附表

1.5 代理机构: 见投标人须知前附表

1.6 采购内容: 见第四章项目需求

1.7 交货时间和地点: 见投标人须知前附表

2. 投标人资格要求

投标人参加本招标活动应当符合投标人须知前附表中投标供应商资格条件要求的规定。请投标人务必仔细阅读本采购文件的全部条款,以减少不必要的失误。凡参加本次投标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

3. 费用承担

3.1 投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何,代理机构和招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.2 招标代理服务费、场地使用费由中标方支付;

二、采购文件

4. 采购文件的构成

采购文件由下述部分组成:

(1) 采购公告

(2) 投标人须知

(3) 评标办法

(4) 项目需求

(5) 合同格式

(6) 投标文件格式

根据本章对采购文件所作的澄清、修改,构成采购文件的组成部分。

三、投标文件

5. 投标文件的构成

投标文件应包括下列内容（但不限于）：

- 1) 目录
- 2) 投标函
- 3) 投标报价书
- 4) 投标报价明细表
- 5) 货物技术偏离表
- 6) 投标承诺函
- 7) 法定代表人身份证明
- 8) 授权委托书
- 9) 资格证明材料
- 10) 技术部分
- 11) 商务部分
- 12) 其他材料

投标文件应以中文书写。除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

6. 投标报价

6.1 投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价；估算错误或漏项的风险由投标人自行承担；

6.2 除本文件另有规定外，投标报价应是本采购文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括人工费、各种保险、管理费、必要的物料费、相关税费、运费、检测费等完成本采购项目的全部费用、有关部门规定必须缴纳的强制性费用、管理费、税金、各种风险等本文虽未提及但在完成本项目服务过程中必须支付的与本项目相关的其他一切费用。

6.3 投标报价为一次性报价，均不得超过采购控制价。投标文件递交截止时间后不得更改，否则，其投标报价将被拒绝。

6.4 小微企业价格折扣

6.4.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关文件要求：对小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予

10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。计算结果保留小数点后 2 位（采用四舍五入法）。

6.4.2 属于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的供应商，按照折扣后的价格参与评审。

6.4.3 供应商若不提供中小企业声明函的，将不能享受政府采购扶持小微企业的政策。

7. 供应商证明文件

7.1 供应商提交的证明文件应满足采购文件中的要求，包括但不限于营业执照副本复印件、授权委托书、及其他采购文件中要求提供的证明文件。

7.2 供应商须对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在招标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，仍可追究供应商的法律责任。

8. 投标文件有效期

8.1 在供应商须知前附表规定的投标文件有效期，供应商不得要求撤销或修改投标文件。

8.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标文件有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

9. 投标文件编制一般要求

9.1 投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

9.2 投标文件应以中文编写。如投标文件出现中英文不一致的，以中文为准；

9.3 投标文件应当按照本文件指定的方式进行上传和递交，采购人不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标；

9.4 本项目投标文件以加密电子投标文件为准，开标、评标均使用加密电子投标文件。

9.5 除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10. 投标文件的编制及组成

10.1 投标文件应标明项目名称、项目编号、投标人名称全称等字样。

10.2 投标文件应包括的内容详见本文件“第六章投标文件格式”和采购文件中规

定的其他内容，未按照采购文件规定的格式要求编制且影响项目评审或项目履约的，按照无效投标处理。

10.3 投标文件的制作流程。本项目采用电子化招投标，潜在投标人须通过网上报名方式进行报名、下载采购文件、制作电子投标文件、网上加密上传等相关事宜。

10.3.1 办理 CA 数字证书、企业入库：本项目使用电子交易系统进行业务办理，供应商需先完成办理 CA 数字证书办理，并在鹤壁市政府采购交易系统中进行企业注册入库，详见《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)“服务指南”相关说明；

10.3.2 报名和下载采购文件。点击“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台（河南省·鹤壁市）”(<https://ggzy.hebi.gov.cn:8060/>)”上的“政府采购”按钮选择进入该系统后即可找到对应的项目公告，在公告上方点击【我要投标】按钮进入系统找到该项目进行报名及采购文件下载。

10.3.3 编制电子投标文件。供应商须登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台(<http://ggfw.ggzy.hebi.gov.cn>)”网站，点击“下载中心”，下载“鹤壁投标文件制作软件”，安装该客户端制作电子投标文件，制作完成后，须导出（*.已加密投标文件）加密电子投标文件，电子投标文件制作流程详见“下载中心”-“投标文件制作手册”。

10.3.4 上传加密电子投标文件。登录“鹤壁市公共资源交易公共服务平台”网站，点击“政府采购登陆”按钮选择进入“鹤壁市政府采购交易系统”，插入 CA 数字证书，点击 CA 登录，进入系统上传电子投标文件，上传加密的电子投标文件（*.已加密投标文件）。上传时必须点击“保存”并提示“保存成功”显示二维码、文件名称、文件大小、上传时间方为上传成功。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。

10.3.5 依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购（2021）6 号文要求，供应商存在下列情形之一的，其响应文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应

商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

11. 投标文件的递交及撤回

11.1 截止投标文件递交截止时间，投标人未按采购文件要求完成加密电子投标文件上传的，视为其撤回投标文件，交易中心将拒绝其参加后续采购活动。

11.2 电子投标文件上传后至文件解密前，供应商不能对电子投标文件进行加密时所使用的 CA 数字证书进行更新、续费，可能引起的投标文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

11.3 递交文件截止时间前，供应商可对投标文件进行补充、修改或撤回；

11.4 供应商在投标文件递交截止时间前可通过鹤壁市政府采购交易系统撤回其已成功递交的电子投标文件，鹤壁市政府采购交易系统将予以记录。

11.5 如果在递交文件截止时间前需要对已经成功递交的电子投标文件进行修改、补充的，投标人应当重新制作导出完整的电子投标文件，并按要求重新上传至鹤壁市政府采购交易系统。

11.6 鹤壁市政府采购交易系统以投标人最后上传成功的投标文件为准。

12. 开标程序

12.1. 本项目采用“远程开标”开标方式，远程开标大厅的网址为

（http://zgcg.ggzy.hebi.gov.cn/bidopen_login），供应商无需到鹤壁市公共资源交易中心现场参加开标会议，采购人或代理机构和所有供应商应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。

12.2 供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

12.3 没有提交网上加密电子响应文件，响应无效。

特别提醒：

投标人代表应使用制作加密投标文件时的 CA 数字证书对电子投标文件进行解

密。

(1) 投标文件递交截止时间前，各投标人代表应提前进入远程开标系统（大厅）进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈，在线准时参加开标活动。

(2) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出的投标文件解密的指令后由投标人自行实施远程解密，因投标人未按规定远程操作解密，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标。

(3) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件。

(4) 各投标人的授权委托人或法人代表未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人承担由此导致的一切后果。

(5) 因系统故障、投标人数量较多或其它非人为因素导致解密时间需要延长的，采购人（代理机构）有权适时延长解密、确认开标时间。

(6) 开标会议结束后，主持人将在系统内通过开标会议区发出确认开标的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程确认开标（投标人远程确认开标方法详见操作手册），投标人确认开标限定在倒计时发起后规定的时间内（在收到主持人在系统内通过开标会议区发出的确认开标的指令后自行实施远程确认开标，因投标人未按规定远程操作，主持人可以通过系统内的开标会议区发出催办指令，发出的催办指令后五分钟内仍未响应的，视为供应商放弃投标）在线确认开标。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件 CA 锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成确认等自身原因，导致投标文件在规定时间内未确认开标的，视为供应商放弃投标。

注：①供应商的法定代表人或委托代理人在开标前及开标过程中必须保证全过程登陆系统求在线。

(7) 电子开标的应急措施电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，采购人、招

标采购监管部门和交易中心应采取以下应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现由安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或收到外来的攻击；

(5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。出现上述情况时，应对为未开标的项目暂停开标。已在系统内开标的立即停止，经采购人、招标采购监督部门、代理机构和市公共资源交易中心确认后，对原有资料及信息做出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。

13、签订合同

13.1 成交通知书、采购文件、成交供应商的投标文件均应是合同的组成部分。

13.2 采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起 7 日内，根据采购文件和成交人的投标文件订立书面合同，否则给采购人和代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。成交供应商和采购人不得私下订立背离合同实质性内容的协议，不得变更采购文件和报价文件的实质性内容。

13.3 供应商签订合同后，不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

附件 1:

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表: _____

联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: _____

质疑项目的编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

采购文件获取日期: _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: _____

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2:

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人: _____

地 址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地 址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1: _____

地 址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2

.....

相关供应商: _____

地 址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____ 包号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告:是/否 公告期限: _____

采购结果公告:是/否 公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于__年__月__日,向_____提出质疑,质疑事项为: _____

采购人/代理机构于__年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内

作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章: _____

日期: _____

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附件 3:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法

一、评审专家

依据相关法律法规组建评标委员会，评标委员会由采购人代表 1 名，经济、技术类专家 4 名，共计 5 人组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家负责对各供应商的报价、技术方案及服务进行评审。

二、评审程序

1、资格审查

开标结束后，采购人（代理机构）依据采购文件的有关规定对投标人的资格进行审查。若投标人资格审查不通过，则不进入下一步符合性评审程序。

2、符合性评审

评标委员会根据下列表格中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性评审，并记录评审结果。

	评审因素	评审标准
资格评审	营业执照	具有有效的营业执照
	资质证书	提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证及有效的医疗器械经营许可证
	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	提供相关证明或承诺书
	信用中国承诺	提供承诺书
符合性评审	投标供应商名称	投标供应商名称与营业执照一致
	投标文件签字盖章	按照采购文件中明示的要求签字盖章
	投标文件格式	符合采购文件规定的“投标文件格式”的要求
	投标内容	符合采购文件要求，满足第四章项目需求内容要求，参数负偏离视为无效标
	合同履行期限	合同签订后 30 日历天
	质保期	三年

	投标有效期	投标文件递交截止时间后 60 日历天
	有效报价	等于或小于最高投标限价的投标报价投标供应商视为有效报价
	其他要求	符合采购文件中规定的其他要求
注：上述资格性审查、符合性审查因素中任何一项不合格，其供应商投标文件将由评标委员会按无效标处理,即不再参与下一步评审。		

3.详细评审

详细评审是对资格及符合性评审合格投标人的投标文件的评审因素进行量化评分。

总 分 100 分，其主要内容和分值如下：

分值构成 (总分 100 分)		报价部分： 30 分 技术部分： 50 分 商务部分： 20 分
评分因素	评分内容和分值	评审标准
报价部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100

技术部分 (50分)	技术参数 (25分)	<p>根据投标人提供的能体现技术指标的相关证明材料进行评审。</p> <p>完全满足或优于招标文件技术指标及参数要求的得基本分 25 分，</p> <p>投标技术参数有负偏差，经评委会评审在不影响使用的情况下，重要参数每一项减 3 分，一般参数每一项减 1 分，减完为止；</p>
	供货方案 (5分)	<p>根据投标人提供的供货方案进行评审（包含货物供应的时效性保证措施、货物供应的质量保证措施、货物供应及质保人员的人员配置、现场安装调试方案、验收承诺）</p> <p>方案完整、条理清晰、科学合理可行的得 5 分；</p> <p>较完整合理、符合本项目要求的得 3 分；</p> <p>缺项或未提供得 0 分。</p>
	技术方案 (5分)	<p>根据投标文件技术规格方案阐述包括但不限于产品的主要配置和功能设计。</p> <p>响应内容齐全且详细、全面且完整合理可行的，得 5 分；</p> <p>响应内容符合项目需求、基本可行的，得 3 分；</p> <p>不提供不得分。</p>

	<p>培训方案 (5分)</p>	<p>根据投标人提供的培训方案进行评审（包含培训时间、培训内容、培训方式、培训人员投入、培训成果）方案内容完整科学合理、条理清晰、有针对性、可行性强的得 5 分； 内容较科学合理、符合本项目要求、可行的得 3 分； 缺项或未提供得 0 分。</p>
	<p>应急方案 (5分)</p>	<p>应对突发事件（如自然灾害、设备损坏等）紧急处理方案， 应急处理方案详细，具备较强的实施性的，得 5 分； 应急处理方案基本合理，具备可实施性的，得 3 分； 未提供得 0 分。</p>
	<p>质量保证与管理措施 (5分)</p>	<p>根据投标人所投产品质量保证措施、质量管理措施，条理清晰、内容明确、内容完整且符合本项目要求的，得 5 分， 内容合理且符合本项目要求的，得 3 分， 缺项或未提供得 0 分。</p>

商务部分 (20分)	售后服务内容及保证措施 (14分)	<p>根据投标人提供的项目售后服务、质保期内外内容及保证措施评审（注：在采购文件质保期要求的基础上，1.（1）质保期外投标人所报维修保养费用合理的；（2）有维保内容及相关的服务承诺的；（3）维保人员配备齐全的；2.故障排除时间承诺：供应商须承诺设备出现问题能够在半小时内（含）响应并在1小时内（含）到达现场。满足以上两项内容得基本分4分，提供不全不得分）</p> <p>条理清晰、内容明确、内容完整且符合本项目要求的，得10分；</p> <p>内容合理且符合本项目要求的，得5分；</p> <p>内容一般、较可行的得2分；</p> <p>缺项或未提供得0分。</p>
	业绩 (6分)	<p>提供2021年1月1日以来完成的类似项目业绩，提供一项得2分，最高得6分，不提供的不得分。</p> <p>（提供中标通知书或合同扫描件）</p>
<p>注：1、各供应商的最终得分：评标委员会对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。</p>		

2、小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

价格扣除：供应商为小型和微型企业，则给予报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商投标报价给予10%的扣除。

小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-10%），其余单位投标报价=投标报价,同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

3、未按照上述要求将证明材料做入投标文件的不得分。

4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会按照中标候选人的顺序对各响应文件依次进行评审。评审结束后由评标委员会出具评标报告。

4、对投标文件错误的修正

4.1对投标文件中明显的文字和计算错误，评标委员会可按下述原则修正：

4.1.1投标文件中内容与报价一览表相应内容不一致的，以报价一览表为准；

4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.1.5对明显且可以推知其原义的笔误，依据其原义进行修正。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定修正。修正后的价格应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标文件无效。

5、对投标文件的澄清、说明或者更正

5.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

5.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，该答复应由法定代表人或授权代表人按照评标委员会通知的内容30分钟内在远程开标大厅里询标记录中通过pdf格式进行答复。作为投标文件的组成部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过有效性和完整性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将按无效投标处理。

三、确定中标候选人

评标委员会严格按照采购文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的由采购人决定。

评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和中标候选人名单。

四、纪律

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对投标供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3. 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守：影响评标程序正常进行。

第四章 项目需求

采购需求：

一标段：购置彩色多普勒超声诊断仪1台；

二标段：购置多功能数字化透视摄影X射线机1套。

项目控制价：

一标段控制价为：1234680.00元

二标段控制价为：763166.00元，

高于控制价的报价为无效投标。

合同履行期限：合同签订后 30 日历天。

质保期：三年。

设备名称	技术参数	数量	单位
彩色多普勒超声 诊断仪	<p>一、用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。</p> <p>二、系统技术规格及概述：</p> <p>2.1 主机成像系统</p> <p>2.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit</p> <p>2.1.2 多倍信号并行处理</p> <p>2.1.3 彩色多普勒成像技术；</p> <p>2.1.4 彩色多普勒能量图技术；</p> <p>2.1.5 解剖M型技术，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。</p> <p>2.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括 PW、CW和 HPRF）</p> <p>2.1.7 自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。</p> <p>2.1.8 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度</p> <p>2.1.9 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度</p> <p>2.1.10 ※自动 workflow，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。</p>	1	台

<p>2.1.11 支持语音注释,可将语音注释信息保存到电影文件中,支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。</p> <p>2.1.12 标配防病毒安全组件,降低网络安全隐患</p> <p>2.1.13 可选配支持容积造影功能,可以支持3D输卵管造影及妇科造影。</p> <p>2.1.14 ※高分辨率液晶显示器≥23.5英寸,分辨率1920×1080,屏幕亮度和对比度数字可调,显示器亮度可根据环境光自动调节,可上下左右任意旋转,可前后折叠。</p> <p>2.1.15 操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸,触摸屏可独立调节角度≥20度</p> <p>2.1.16 触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页,可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上,通过手指进行放大,描述测量等操作。可自定义手势操作功能。</p> <p>2.1.17 控制面板全空间调节,可旋转升降。旋转角度 ≥160度,上下移动≥20cm。</p> <p>2.1.18 控制面板上可自定义按键≥7个(含小键盘)。</p> <p>2.1.19 连接同品牌或其他品牌超声工作站,通过控制面板上的按键可直接存储静态/动态超声图像到工作站。</p> <p>2.1.20 内置数字录像机可用于教学,存储时间≥60分钟。</p> <p>2.1.21 探头接口≥5个,全激活、相互通用</p> <p>2.1.22 无需开机,即可在控制面板上显示电池的剩余电量</p> <p>2.2 测量/分析和报告</p> <p>2.2.1 一般测量:距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量</p> <p>2.2.2 自动产科测量,要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标</p> <p>2.2.3 自动NT测量</p> <p>2.2.4 ※管中内膜自动测量,可同时自动描记血管前、后壁的内中膜,自动生成测量数据,测量结果参数≥7项。</p> <p>2.2.5 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。</p> <p>2.2.6 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面,自动识别心肌边界,并进行自动描述,无需手动选择切面和手动描记。</p> <p>2.2.7 IVF卵泡专业分析软件包,具备专业卵泡评估报告,多项IVF评估指标及发育趋势分析</p> <p>2.2.8 自动盆底解决方案,通过选取特征点,即可快速建立参考线,并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行自动描述和自动测量。</p> <p>2.2.9 小儿髋关节自动测量功能,可自动计算α角,β角,自动进行临床分型。</p> <p>2.3 电影回放和数据存储</p> <p>2.3.1 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放,电影回放支持编辑和剪接功能</p> <p>2.3.2 电影回放: ≥1000秒</p> <p>2.3.3 ※支持向后存储和向前存储,时间长度可预置,向后存储≥6分钟的电影,对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑;图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储,并且具有独立的存储功能键</p> <p>2.3.4 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像</p> <p>2.3.5 ※硬盘: ≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G</p> <p>2.3.6 多种导出图像格式: 动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时,可进行实时检查,不影响检查操作</p> <p>2.3.7 支持多设备图像对比功能, 可导入MRI, CT等影像学图片,与实时超声图片进行对比显示。</p> <p>2.4 连通性要求</p> <p>2.4.1 ※支持移动设备无线传输,一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备;</p> <p>2.4.2 ≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口</p> <p>2.5 系统技术参数及要求</p> <p>2.5.1 二维灰阶模式</p> <p>2.5.1.1 数字化全程动态聚焦,数字化可变孔径及动态变迹, A/D≥12 bit</p> <p>2.5.1.2 接收方式: 发射、接收通道≥1024, 多倍信号并行处理</p> <p>2.5.1.3 扫描线: 每帧线密度≥512超声线</p> <p>2.5.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳图像检查条件</p> <p>2.5.2 彩色多普勒成像</p> <p>2.5.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等</p>		
---	--	--

<p>2.5.2.2 ※取样框偏转: $\geq \pm 30$度, 取样框可根据探头血流方向自动调节</p> <p>2.5.2.3 速度标识功能, 标识不同血流速度边界, 观察血流分布及速度梯度</p> <p>2.5.3 频谱多普勒模式</p> <p>2.5.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒</p> <p>2.5.3.2 显示方式: B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等</p> <p>2.5.3.3 取样容积: 0.5-20mm, 支持所有探头</p> <p>2.5.3.4 偏转角度: $\geq \pm 30$度 (线阵探头), 并支持快速角度校正</p> <p>2.5.4 探头规格</p> <p>2.5.4.1 频率: 超宽频带或变频探头, 所配探头均为宽频变频探头, 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频, ≥ 3段</p> <p>2.5.4.2 扫描频率: 单晶凸阵探头: 带宽: 1.3-5.8MHz 单晶相控阵探头: 带宽: 1.5-4.5MHz 线阵探头: 带宽: 3-13 MHz; 可选配一线一凸双平面探头: 线阵带宽: 5.0-11MHz, 凸阵带宽3.5-9.0MHz;</p> <p>2.5.5 应变式弹性成像</p> <p>2.5.5.1 ※支持探头: 浅表探头、腹部探头、心脏探头</p> <p>2.5.5.2 弹性成像图谱≥ 5种可选。</p> <p>2.5.6 ※剪切波弹性成像</p> <p>2.5.6.1 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像</p> <p>2.5.6.2 支持探头: 凸阵探头, 线阵探头;</p> <p>2.5.6.3 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像, 图像布局包括上下, 左右多种方式可调。</p> <p>2.5.6.4 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据, 保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。</p> <p>2.5.7 3D/4D成像</p> <p>2.5.7.1 支持探头类型: 腹部容积探头、腔内容积探头</p> <p>2.5.7.2 常规成像模式: 表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式</p> <p>2.5.7.3 支持3D/4D数据离线处理, 对存储的数据再调节成像再存储</p> <p>2.5.7.4 胎儿中枢神经系统专业筛查软件, 可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥ 4项常用测量指标</p> <p>2.5.8 造影成像及定量分析功能</p> <p>2.5.8.1 支持多种探头: 凸阵探头、线阵探头, 腔内探头, 心脏探头。支持微血管造影增强功能</p> <p>2.5.8.2 支持向后存储, ≥ 6分钟电影; 支持向前存储</p> <p>2.5.8.3 双计时器</p> <p>2.5.9 TDI组织多普勒成像</p> <p>2.5.9.1 TDI成像模式: 彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图</p> <p>2.5.9.2 ※TDI组织多普勒定量分析软件: 支持运动追踪功能; 同步显示≥ 6段心肌组织运动速度曲线图</p> <p>2.5.10 组织追踪成像单元</p> <p>2.5.10.1 二维模式下追踪心肌运动, 支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹</p> <p>2.5.10.2 具有组织向量图 (箭头显示) 和曲线图分析, 数据包括速度、位移、应变及应变率</p> <p>2.6 外设和附件</p> <p>4.2.6.1 主机操作面板一体化耦合剂加热装置, 耦合剂温度≥ 2挡可调;</p> <p>2.6.2 腔内探头放置架, 可左右互换</p>		
---	--	--

<p>多功能数字化透 视摄影X射线机</p>	<p>项目说明 设备名称：数字化透视摄影X射线机 数量：套 内容：采购数字化透视摄影X射线机，用于对患者进行常规、胃肠道X射线透视及摄影检查，获得单幅影像供临床诊断用。具体要求如下 序号 招标技术参数及配置 技术参数： 1 动态平板探测器 1.1 闪烁体：CsI 1.2 像素尺寸$\leq 139\mu\text{m}$ 1.3 像素矩阵$\geq 3070 \times 3070$ 1.4 成像尺寸$\geq 17 \times 17$英寸 1.5 A/D$\geq 16\text{bit}$ 1.6 最大采集帧数$\geq 30\text{fps}$ 2 高压发生器 ★2.1 最大输出功率$\geq 65\text{kW}$ 2.2 工作频率$\geq 500\text{kHz}$ 2.3 最大输出管电压$\geq 150\text{kV}$ 2.4 最大输出管电流$\geq 800\text{mA}$ 2.5 最大时间电流积$\geq 800\text{mAs}$ 2.6 最大透视电压$\geq 125\text{kV}$， 2.7 高压支持连续透视和脉冲透视 3 X线球管 3.1 双焦点球管，焦点尺寸：$\leq 0.6/1.2\text{mm}$ 3.2 最大焦点功率$\geq 74\text{kW}$ 3.3 阳极靶面热容量$\geq 300\text{kJ}$ 3.4 阳极最高转速$\geq 8000\text{rpm/min}$ 4 机械UC臂 4.1 探测器中心距地最低距离：≤ 450 4.2 横臂旋转角度范围：-30° 至$+135^\circ$ 4.3 最大SID$\geq 1800\text{mm}$ ★4.4 平板探测器电动旋转角度$\geq \pm 45^\circ$ 4.5 拔插式滤线栅：具备 4.6 触摸式显示屏尺寸≥ 10英寸 4.7 具备两种操作方式：触摸式+无线遥控式 4.8 具备多个快捷摆位功能：具备 5 摄影床 5.1 可移动式 5.2 床面板尺寸$\geq 2000 \times 600\text{mm}$ 5.3 床高度$\leq 680\text{mm}$ 6 图像采集工作站 6.1 显示器尺寸≥ 19寸液晶 6.2 CPU\geq双核3.0GHz 6.3 内存$\geq 4\text{G}$ 6.4 硬盘$\geq 1\text{T}$</p>	<p>1</p>	<p>套</p>
----------------------------	---	----------	----------

	<p>6.5 操作系统: Windows 10</p> <p>7 软件功能</p> <p>7.1 软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、图像自动优化、胶片打印、报告管理功能</p> <p>7.2 患者登记: 包含本地登记、Worklist网络检索、支持条码扫描</p> <p>7.3 影像采集: 在软件界面中可设置高压参数</p> <p>7.4 影像处理: 鼠标右键亮度/对比度的调整、LUT、ROI、注解、标记、比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量</p> <p>7.5 胶片打印: 鼠标拖拽式操作</p> <p>7.6 报告管理: 具备图文诊断报告编辑、存储功能, 看图及编辑报告可同时进行</p> <p>7.7 符合国际标准DICOM3.0协议</p> <p>7.8 多任务并行处理功能</p> <p>7.9 广角无痕长骨及全脊柱拼接功能</p> <p>7.10 具备尘肺检查组件</p> <p>8 其它</p> <p>★8.1 为保证整机兼容、售后保障及系统可靠性, 要求投标产品高压发生器、平板探测器、X线球管、限束器、机架系统、采集软件等均为同一厂家原厂生产。(提供第三方检测报告, 扫描件加盖公章做入投标文件中)</p>		
--	---	--	--

第五章 合同格式（仅供参考）

甲方（采购人）： 合同编号：

乙方（成交供应商）： 签订地点：

乙方在_____采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

一、依据询价文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/工程/服务）。 单位：元

序号	设备名称	型号规格	技术参数	数量	单价	总价	备注
合计金额（大写）：						小写	

二、交货及安装、调试完成时间：_____按采购文件要求_____。

三、交货地点及方式：_____按采购文件要求_____。

四、产品质量保证：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在实际安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以询价文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。

五、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

六、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。并且乙方应对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

七、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按照投标报价文件

的规定办理。

2、甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在__天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方验收合格。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门，否则视为违约。

八、结算方法及期限

付款人及付款方式： _____

九、违约责任

1、乙方不能按时交付合同约定的产品的，每延误一天应向甲方偿付不能按时交付部分款项 2%的违约金。

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定，且未及时调整的，按违约处理，应承担不符合合同约定部分货款 20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

十、本合同的其他组成文件：

1、询价文件（含补充、修改文件）

2、乙方的投标报价文件（含澄清、补充文件）

3、 _____

十一、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十二、未尽事宜：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定选择向当地人民法院提起诉讼。合同如有未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

十三、合同份数及生效：本合同一式五份，甲方、乙方各贰份，政府采购管理部门壹份。

甲方（盖章）

授权代表（签字）：

联系电话：

单位地址：

签订时间：

乙方（盖章）

授权代表（签字）：

联系电话：

单位地址：

签订时间：

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、投标报价书
- 三、投标报价明细表
- 四、货物技术偏离表
- 五、投标承诺函
- 六、法定代表人身份证明
- 七、授权委托书
- 八、资格证明材料
- 九、技术部分
- 十、商务部分
- 十一、其他材料

一、投标函

淇县西岗镇中心卫生院：

我方收到_____（招标项目名称） 采购文件，经详细研究，决定参加该招标项目第_____包的投标。

1、我方全面研究了采购文件，并能够正确理解其全部内容。我方根据采购文件中的各项要求，对所投标段的投标总价见投标总价，投标单价见报价明细表，我方报价包括项目价格、税费等一切费用。

2、我方现提交的投标文件为：电子加密投标文件一份。

3、我方完全同意采购文件中规定的评标办法；愿意自行承担我方在参与此次投标活动过程中所发生的一切费用。

4、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

供应商（电子签章）：

地址：

电话：

年 月 日

二、投标报价书

致：淇县西岗镇中心卫生院：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（包号）招标文件的全部内容，愿意就本采购项目以人民币（大写）_____元；（小写）：¥_____的报价。按合同约定实施和完成本项目。

2. 我方承诺在报价文件有效期内不修改、撤销报价文件。

3 合同履行期限：_____日历天。

4.质保期：三年。

5.投标有效期：自递交投标文件之日起 60 日历天。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并声明以下几点：

1. 我方已详细阅读本采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2. 我方同意提供按照贵单位可能要求的与我方投标报价有关的一切数据或资料，我方完全理解不一定接受最低价格因素。

3. 我方同意在本项目投标文件中规定的投标文件有效期内遵守本投标报价文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

4. 我方完全理解报价超过采购预算价时，投标将被拒绝。

5. 我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

投标供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____(电子签名或电子印章)

日 期： 年 月 日

三、投标报价明细表

投标供应商名称： _____(电子签章)

货币单位：元/人民币

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	合同履行期限	备注

该项目总报价(元)：大写： _____ 小写： _____

注：报价为目的地交货价，应包括全部货物、服务的价款、税费、运费、检验等交付使用前的全部费用。

投标供应商： _____ (电子签章)

法定代表人： _____ (电子签名或电子印章)

日期：_____年_____月_____日

四、货物技术偏离表

项目名称 _____

序号	设备名称	采购文件 技术参数	投标文件 技术参数	偏离情况	备注

注：本表将作为评比和签订采购合同的重要依据，请供应商实事求是填写。页数不够时请自行复印。

投标供应商： _____（电子签章）

法定代表人： _____（电子签名或电子印章）

日 期：_____年_____月_____日

五、投标承诺函

致淇县西岗镇中心卫生院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目要求的资格条件，完全响应采购文件第四章项目需求的全部内容。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目管理等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、参加本次采购活动要求在近三年内企业和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

八、采购文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应（投标）文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- (三) 由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在采购文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标有效期内，供应商（投标人）在采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名或电子印章）

日 期： 年 月 日

六、法定代表人身份证明

投 标 人: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: ____年____月____日

经营期限: _____

姓 名: _____性 别: _____

年 龄: _____职 务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: _____ (电子签章)

年 月 日

七、授权委托书

致：淇县西岗镇中心卫生院：

本人（姓名）系_____（公司名称）的法定代表人，
现授权_____（被授权人姓名） 前来办理关于_____（项目
名称，包号）项目的一切工作。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证。

投标供应商： _____（电子签章）

法定代表人： _____（电子签名或电子印章）

日 期： 年 月 日

八、资格证明材料

应附采购文件要求的投标供应商具有的资格证明材料及供应商认为需要提供的其它材料。包括营业执照、资质证书等证件的复印件。

资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1. 具有有效的营业执照，独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称： （盖章）

年 月 日

九、技术部分

- (一) 供货方案
- (二) 技术方案
- (三) 培训方案
- (四) 应急方案
- (五) 质量保证与管理措施

十、商务部分

(一) 售后服务内容及保证措施

(二) 业绩

(三) 综合实力

十一、其他材料

附件：

货物适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	() 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。			
	() 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5. 无适用政府采购政策产品，可不填。

中小微企业声明函

(属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

说明：

- 1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业产品投标时不用提供该声明。
- 2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业，①从业人员(X)(人)。大型企业为： $X \geq 300$ ，中型： $100 \leq X < 300$ ，小型 $10 \leq X < 100$ ，微型 $X < 10$ 。
- 3、企业划分指标以现行统计制度为准。
 - 1 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。
 - 2 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。
 - 3 资产总额，采用资产总计代替。
 - 4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

注：若不能提供或无需提供声明函时，投标时不用提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：“残疾人福利性单位”投标时填写此声明函；非“残疾人福利性单位”投标时可不填写。