

浚县人民医院手术室设备采购项目-更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：浚财招标采购-2025-64
- 2、原公告的采购项目名称：浚县人民医院手术室设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025 年 09 月 05 日、《河南省政府采购网》
《鹤壁市政府采购网》《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2025 年 09 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☒采购公告☒采购文件
- 2、原文件获取时间：2025 年 09 月 05 日-2025 年 09 月 12 日（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2025 年 09 月 30 日（北京时间）

- 3、原开标时间：2025 年 09 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）

开标时间变更为：2025 年 10 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）

4、原采购信息内容

1) 招标文件 38 页 ★2.1.5 具有 ELC 功能电子亮度控制，实时影像处理功能较少眩光并增强景深。

2) 招标文件 38 页 ★3.1.4 19.5mm 可高温高压灭菌耦合器，具备布鲁斯特角设计，提高灵敏度，减少反射的偏振光。

3) 招标文件 41 页 1. 荧光摄像头（不含电缆）重量 $\leq 240\text{g}$ ，线缆长度 $\geq 400\text{cm}$ 。

4) 招标文件 42 页 ★5. 具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量 $\geq 9\text{L/min}$ ；

5) 招标文件 43 页 1. 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备；

变更为

1) 招标文件 38 页 ★2.1.5 具有亮度控制功能。

2) 招标文件 38 页 ★3.1.4 可高温高压灭菌耦合器。

3) 招标文件 41 页 1. 荧光摄像头(不含电缆)重量 $\leq 240\text{g}$, 线缆长度 $\geq 300\text{cm}$ 。

4) 删除招标文件 42 页 在负压吸力为 $0.04\text{--}0.06\text{MPa}$ 的情况下, 最大排烟流量 $\geq 9\text{L/min}$;

5) 招标文件 43 页 1. 台车具有多层设计, 具有摄像头挂架;

5、更正日期: 2025 年 9 月 24 日 (北京时间)

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 浚县人民医院

地址: 浚县浚州大道西段

联系人: 田若宇

联系方式: 13140420707

2. 采购代理机构信息名称: 鹤壁市浚州工程管理服务有限公司

地址: 浚县民生路中段

联系人: 李瑞

联系方式: 18739249087