

# 河南大学淮河医院 GE 数字血管造影机球管采购项目

## 单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 01 月 09 日

|          |                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 河南大学淮河医院 GE 数字血管造影机球管采购项目                                                                                                                                                        |
| 预算金额     | 125 万元                                                                                                                                                                           |
| 单一来源采购原因 | 球管不是单独存在能使用的设备是 DSA 的重要组成部分要达到和 DSA 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。DSA 对球管有严格的精准和匹配性的要求。GE 原厂球管获得了国家食品与药品监督管理局严格认证的整机 CFDA 证书。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，保证原有采购项目一致性或服务配套的要求拟采用单一来源采购方式采购。 |
| 拟定供应商名称  | 河南斑鸥商贸有限公司                                                                                                                                                                       |
| 专家论证意见   | <p>该项目采购的球管是业主单位 DSA 的专用配件，目前该 DSA 使用的球管没有同类型可替代产品，因此同意采用单一来源采购方式进行。</p> <p>专家姓名：<u>袁国</u> 联系方式：<u>18738255637</u><br/>             工作单位：<u>漯河市新亚医院</u></p>                      |