

河南大学淮河医院 GE 数字血管造影机球管采购项目

单一来源采购专家论证意见表

时间：2025 年 01 月 09 日

|          |                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 河南大学淮河医院 GE 数字血管造影机球管采购项目                                                                                                                                                                            |
| 预算金额     | 125 万元                                                                                                                                                                                               |
| 单一来源采购原因 | 球管不是单独存在能使用的设备是 DSA 的重要组成部分要达<br>到和 DSA 整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。<br>DSA 对球管有严格的精准和匹配性的要求。GE 原厂球管获得了<br>国家食品与药品监督管理局严格认证的整机 CFDA 证书。根据《中<br>华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，保证原有采购项目<br>一致性或服务配套的要求拟采用单一来源采购方式采购。 |
| 拟定供应商名称  | 河南斑鸥商贸有限公司                                                                                                                                                                                           |
| 专家论证意见   | <p>该院拟采购的数字血管造影机球管是 DSA 的配套部件，必须与原厂生产的球管配套，因此建议采用单一来源采购。</p> <p>专家姓名：李红 联系方式：15138683005<br/>工作单位：新乡医学院</p>                                                                                          |