

合同编号(校内): HW416250074



郑州大学第五临床医学院郑州大学 神经与康复融合创新研究院科研设 备采购项目



甲 方: 郑州大学

乙 方: 河南采集科技有限公司

生效日期: 2025年07月31日

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南采集科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学第五临床医学院郑州大学神经与康复融合创新研究院科研设备采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件1、附件2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于2025年10月10日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在20日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为国产设备质量保证期3年，进口设备质量保证期1年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年2次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及3人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2025年10月10日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：陆拾贰万肆仟伍佰元整（小写：624500元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

本合同适用情况二履约担保方式。

情况一：总价款为10万元（含10万元）至100万元（不含100万元）的合同，不强制提供履约担保，由发包人和承包人双方协商；

情况二：总价款为100万元以上（包含100万元）的合同，履约担保金额为合同总额的5%，以银行转账或保函形式提供履约担保，验收合格，正式交付使用后

退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 19 页，一式 8 份，甲方执 6 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 2 份，招标公司执 0 份。

4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 100 号 1 号楼 2 单元 13 层 1320 号。

甲方：  郑州大学

乙方：  河南采集科技有限公司

地址： 河南省郑州市高新区科学大道 100 号

地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 100 号 1 号楼 2 单元 13 层 1320 号

签字代表（或委托代理人）：

签字代表： 赵艳辉

电话： 18337174305

电话： 18537330650

开户银行： 工商银行郑州中苑名都支行

开户银行： 上海浦东发展银行郑东新区支行

账号： 1702021109014403854

账号： 76190078801900000179

合同签订日期：2025年07月31日

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价（元）	合计（元）	是否免税
1	小型台式高速离心机	Dynamica/Velocity 15 plus	上海天美生化仪器设备有限公司	中国	1.0	台	30000.0	30000.0	否
2	小型台式高速冷冻离心机	Dynamica/Velocity 15R plus	上海天美生化仪器设备有限公司	中国	1.0	台	54500.0	54500.0	否
3	超高灵敏化学发光成像系统	Biorad/ChemiDoc	Bio-Rad Laboratories, Inc.	新加坡	1.0	台	330000.0	330000.0	是
4	蛋白电泳套装	Biorad/Mini-PROTEAN Tetra cell、Mini Trans- Blot cell、PowerPac Basic	Bio-Rad Laboratories, Inc.	新加坡 & 中国	5.0	台	24000.0	120000.0	否
5	PCR 仪	Biorad/T100	Bio-Rad Laboratories, Inc.	新加坡	2.0	台	38000.0	76000.0	否
6	核酸电泳槽	Biorad/Wide Mini-SubCellGT	Bio-Rad Laboratories, Inc.	中国	2.0	台	7000.0	14000.0	否
合计：624500 元									

附件2

设备技术参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	小型台式高速离心机	一.主要用途：混匀离心；核酸提取(酚氯仿抽提/离心柱提取)；组织匀浆细胞裂解物去除。 二.工作条件 1 环境温度 5 -40℃ 室温 2 湿度最高可达 80% 3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1 或-1)电源条件下； 三.性能与参数 1 最高转速：15000rpm 2 最大离心力： 21000x g 3 最大容量： 60ml（12x5ml） 4 速度/RCF 可转换，可按离心力进行参数设定，1xg 步进 5 彩色触摸屏设置参数 6 具有瞬时离心功能 7 加减速速率：2 级加速，2 级减速 8 定时功能：1 秒-99 小时 59 分 59 秒，及连续离心功能 9 运行噪音：<53dB(A) 10 具有转头自动识别功能，可显示转头编号 11 计时模式：正计时或倒计时两种模式可选，启动计时或到达设定转速开始计时两种模式可选择 12 存储程序：可存储 100 组程序 13 具有节能模式：当节能模式启用，可以选择温度保持时间（2-8 小时），长时间无操作时机器停止制冷。 14 运行记录存储：可存储 1000 个运行记录 15 界面语言可选择中文或英文 16 错误代码直接显示，可通过错误代码判断仪器问题	台	1

2	小型台式高速冷冻离心机	配置清单：主机 1 台；24x2ml 转子 1 个，最高转速 14000rpm，最大离心力 19000×g；转子更换扳手 1 个；电源线 1 根；操作说明书 1 份。 一. 主要用途：混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除。 二. 工作条件 1 环境温度 5-40° C 室温 2 湿度最高可达 80% 3 220V (+10%或-10%)，50Hz (+1 或-1) 电源条件下； 三. 性能与参数 1 最高转速：15800rpm 2 最大离心力：22310×g 3 最大容量：60ml (12x5ml) 4 控温范围：-20 度到 40 度 5 速度/RCF 可转换，可按离心力进行参数设定，1×g 步进 6 彩色触摸屏设置参数 7 具有瞬时离心功能 8 加减速速率：2 级加速，2 级减速 9 定时功能：1 秒-99 小时 59 分 59 秒，及连续离心功能 10 运行噪音：<53dB (A) 11 具有转头自动识别功能，可显示转头编号 *12 计时模式：正计时或倒计时两种模式可选，启动计时或到达设定转速开始计时两种模式可选择 13 具有预冷功能 *14 预约预冷：可预先定时设置预冷程序的开始时间 15 存储程序：可存储 100 组程序 16 具有节能模式：当节能模式启用，可以选择温度保持时间（2-8 小时），长时间无操作时机器停止制冷。 17 运行记录存储：可存储 1000 个运行记录	台	1
---	-------------	---	---	---

3	超高灵敏化学发光成像系统	18 界面语言可选择中文或英文 19 错误代码直接显示，可通过错误代码判断仪器问题 配置清单：主机1台；24×2ml 转子1个，最高转速15000rpm，最大离心力22310×g；转子更换扳手1个；电源线1根；操作说明书1份。 1. 工作温度：10-28° C； 2. 工作和存储湿度：10-85% 3. 功能：采集化学发光、比色及Stain-Free 免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。 4. CCD 检测器：增强型超冷 CCD 检测器，分辨率6.1M pixel (2,758x2,208) 5. 12.1 英寸触摸屏控制，支持多点触控功能 6. CCD 暗电流：0.002 e/p/s；CCD 读出噪音：6 e-rms，提供弱光成像所需 7. 16bit 数据采集 (65,536 灰度级，4,800)，所有样品动力学范围>4 个数量级 8. 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能；三种样品托盘可选：Chemi/UV/Stain-Free 样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料） 9. 光源：反射白光，透射紫外 10. 滤光片转轮位置：8 位（5 色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光） 11. 最大成像面积：16.8 x 21cm 12. 自定义曝光区域：成像时，可自定义曝光区域，对感兴趣的条带进行优化曝光。 13. Stain-Free 成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 14. 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全 15. 系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合 FDA CFR21 PART11 对电子签名要求 16. 图像及数据输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn、剪贴板输出、数据库输出、Excel 表格式输出、PDF 输出 17. 软件可输出PulseNet 格式数据，以便使用PulseNet 软件进行分析	台	1
---	--------------	---	---	---

		18. 中文版、英文版软件自由切换，免费升级，可自由安装于多台电脑，同时分析 19. 操作软件包括标准化的总蛋白及管家蛋白归一化定量流程，标准化的操作流程简单、易用，保证定量结果的准确性。 配置清单：化学发光成像仪主机1台（含中/英文分析软件）；印迹/紫外/免染样品盘：1个。		
4	蛋白电泳套装	一. 工作环境 1 工作温度：0-40° C 2 工作和存储湿度：0-95 % 3 工作电源：100-240V 二. 小型垂直电泳槽参数： 1. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 2 性能指标： 2.1 同一槽内可同时进行4块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验 2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 2.3 玻璃板：封边垫条永久性地在长玻璃板上 2.4 灌胶系统：平行排列的设计，能同时看到正在灌制的两块凝胶 2.5 模块化：可换置转印（western blot）等模块； 三. 小型湿转槽参数： 1、用途：提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。 2 性能与技术要求 2.1 转印条件：200V 电压转移，仅需1个小时，30V 电压，过夜转移。 2.2 电极材质： 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。 2.3 缓冲液体积：450 ml；胶容量：2 块小胶 四. 基础电泳仪参数： 1、输出范围：电压 10-300 V；电流 4-400mA；功率：75 W	台	5

		2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时 1-999 分钟 3、有暂停/继续功能 4、有断电后自动恢复功能 配置清单：小型垂直电泳槽：1套；小型湿转槽：1套；基础电泳仪：1台。		
5	PCR 仪	1、标准反应模板：96-well 0.2 ml 反应板或 96 个 0.2ml PCR 管； 2、最大升降温速率：4℃/秒； 3、温度梯度：同时运行 8 个不同温度；温度梯度范围：30-100℃；温差范围：1-25℃； 4、温度范围：4-100℃； *5、彩色液晶显示屏：5.5 英寸，能够文字及温度曲线全信息动态显示，实时控制实验过程； 6、可存储 500 个用户程序； 7、接口：1 个 USB； 配置清单：PCR 仪主机 1 台。	台	2
6	核酸电泳槽	1、凝胶托盘：紫外透明，带有荧光标尺，便于紫外灯下观察及条带定位 2、可兼容的胶盘尺寸：15×7cm 或 15×10cm 3、配套梳子：15 孔和 20 孔的梳子 4、样品通量：10-60（每块凝胶 1-2 个电泳梳的通量值） 5、基座缓冲液容量：650ml 6、溴酚蓝迁移率：4.5cm/hr (at75V) 7、系统兼容两种制胶方式 8、配置胶盘尺寸：15×10cm 配置清单：核酸电泳槽 1 台。	台	2

附件 3

售后服务计划及保障措施

致： 郑州大学（采购人名称）

我单位参加项目编号为 （豫财招标采购-2025-549） 的 （郑州大学第五临床医学院郑州大学神经与康复融合创新研究院科研设备采购项目、豫政采（20250759-2） 投标，采购人为 （郑州大学）。特承诺如下：

1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质量保证期限均为合同生效后/验收合格后 国产设备质量保证期 3 年，进口设备质量保证期 1 年。
（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 0.5 小时
（填写具体数字，以下类同）内响应， 2 小时内到达现场，解决问题时间不超过 6 小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质量保证期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件/备品在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修（售后）单位名称： 河南采集科技有限公司

售后服务地点： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 100 号 1 号楼 2 单元 13 层 1320 号 联系人： 邓鑫鑫

联系电话： 15378731362

4、我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率最大化，每年内不少于 4 次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为： 为加强我公司供货工作的管理,提高工作效率,保质保量完成整个项目，特制定了以下配送方案/安装方案：

我单位承诺在合同签订后所有设备 80 日历天交付验收，供货、安装调试完毕并交付使用，交货地点为采购人指定地点。

（1）由公司专业人员组成针对本项目的专项负责团队，对对仪器设备要求的进场空间、方式核实，按照技术要求和学校需求设计合理的方案；同时设备到达用户前，我公司协助用户做好设备安装前准备工作，包括对电源、工作环境的要求

等。设备到达用户后，公司按合同要求派经过资格认证的工程师现场安装、调试培训，我公司提供“交钥匙”式调试方法，调试完成后的设备可以立刻用于工作。

(2) 专业人员勘察现场，按照设备制造厂商的标准要求进行落实，核实的现场情况我方将向制造商负责人汇报书面情况，同时抄报最终用户设备管理负责人，对于不符合安装条件的用户现场，项目总工程师负责协调指导最终用户改进现场技术条件，以保障按计划进行设备安装。

(3) 交货信息

交货地点：采购人指定地点

交货时间：合同签订后80日历日内供货、安装调试完毕并交付使用。

交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格后方可交货。

运输条件：空运+专车公路运输，运费由我方承担。

(4) 安装方案：合同签订以后，我公司项目负责人及相关参与本项目人员将共同对设备方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，提前考虑到各项问题，及时排除万难，保证安装调试工作的顺利进展。

【安装现场环境调查】

为确保设备到达现场后能够尽快展开工作，保证项目顺利进行，我公司将在实施前7天对设备安装环境进行调查，填写安装环境调查表。同时，我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求，在用户单位的积极配合下，确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。

安装前设计：安装前现场资料将由我们工程师负责，按照设备制造厂商的标准要求到用户现场进行核实，并向制造商负责人汇报书面批准，同时抄报最终用户设备管理负责人。对于不符合安装条件的用户现场，项目总工程师负责协调指导最终用户改进现场技术条件，以保障按计划进行设备安装。工程师会协助最终用户建立设备管理档案、售后服务应用支持标签和售后服务维修报告标签。

资料的准备：收集与到货设备筹备有关的文件资料。如招标文件、订货合同、合同备忘录、运输提货单、装箱单、使用说明书等有关文件资料。

在验收前详细阅读招标文件和订货合同，熟悉相关文件及技术资料，了解设备的各项技术性能。大型的设备会事先安排搬运和人力以及运输通道等事项。

设备到位前对场地有相应规划措施，按厂方要求的安装图纸做好布局改造，

室内装修、水、电、气的安装，防护的准备等。

安装现场清点检查

由安装工程师及我们驻点工程师负责进行现场安装服务。并要求最终用户指定设备管理人员的用户参与设备的安装活动。

在安装之前，我们工程师会与厂商共同开箱、按装箱单、配置订单查验货物数量对于任何货物、配件、耗材都会用数码相机进行拍照记录。对于任何异常，立即通知相关人员进行全面检查，并出具报告。基本验收程序如下：

根据订货合同核对商标、标志、收货单位名称、品名、箱号、箱总件数及分号等有关的外包装标记及批次是否相符。

检查设备包装情况：是纸箱还是木箱包装或是塑料包装，有无油污、水渍等情况，对不可倾斜运输的设备，检查外包装上的倾斜运输的“变色”标记是否变色。

检查设备外观情况：表面是否清洁、外壳是否光滑无划痕，各按钮旋键是否无损、新旧程度如何等。

设备包装情况和外观情况如果出现与合同不符或者有破损时，做好现场记录，记入验收报告并拍照或录像以便分清责任。拍照和录像应能表达破损的各个方向与部位。

检查与清点：以合同、合同配置要求为依据，按装箱单或使用说明书上的附属器材或零配件的名称、规格型号、数量等逐项进行核对并作记录。留意质量与性能是否完好，如出现数量或实物与单据不符的，会做好记录并保留好原包装。包装箱内有下列文件：使用手册及出厂鉴定证书、检验合格证（合格证有的标志生产厂商名称、产品名称和型号、检验日期、检验员代号），维修手册、维修电路图纸等。

设备的到货验收管理是以合同为依据，详细参考招标文件及合同配置要求，随货的各种单据以及设备确认清单逐项进行详细的核对，同时设备验收安装到位后，满足以下条件：

- (1) 全机完好无损，技术性能完全符合所规定的技术指标。
- (2) 所有的文件技术资料和设备附属器材或零配件齐全。
- (3) 安装场地和使用条件符合设备的安装使用环境的技术要求。
- (4) 符合安全用电要求。

【现场安装调试】

设备到达用户前，我公司协助用户做好设备安装前准备工作，包括对电源、工作环境的要求，实验台设计安排等。设备到达用户后，公司按合同要求派经过资格认证的工程师现场安装、调试，我公司提供“交钥匙”式调试方法，调试完成后的设备可以立刻用于工作。

【到货验收】

在合同设备到达用户指定的地点后，我公司负责人和用户将共同开箱验货，根据合同要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料文件(如装箱单、保修单、随箱介质等进行验收，并对其产品的性能和配置进行测试检查，并做出测试方案和测试报告，保证所有软硬件设备在用户所规定的地点和环境下，实现正常运行。

6、项目所提供的其它免费物品或服务 热线电话服务方式- ---网上远程技术支持 -----现场服务方式，三种相结合的方式，7*24 小时技术援助电话

18039518822，在接到用户的服务要求后，售后服务部门的相关技术项目工程师通过电话、网络等通讯工具了解现场情况，根据获取的现场信息对故障的症结进行判断与分析，确定其原因，找出解决的办法并最终解决它。若远程无法解决，我公司将在第一时间安排售后服务部门的相应技术人员赶到现场对故障进行排查，并在尽可能短的时间内排除故障。为用户最大限度的节省时间，使用户获得更快捷、更方便的技术服务。；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质量保证期过后的售后服务计划及收费明细： 质保期过后，正常提供日常巡检工作，如果配件损坏，配件按照低于市场价的优惠价格，为客户更换，不收人工费用 ；

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

10、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

供应商：_____河南采集科技有限公司_____（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章或电子签章）

日期： 2025 年 7 月 21 日

(由制造商及中标商签字盖章确认)

附件 4

郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位	第五临床医学院	使用人	张白森	合同编号	豫财招标采购-2025-549	
供货商	河南采集科技有限公司			合同总金额	624500.00 元	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
1	小型台式高速离心机	Dynamica/Velocity 15 plus	上海天美生化仪器设备工程有限公司	1	台	30000
2	小型台式高速冷冻离心机	Dynamica/Velocity 15R plus	上海天美生化仪器设备工程有限公司	1	台	54500
3	超高灵敏化学发光成像系统	Biorad/ChemiDoc	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1	台	330000
4	蛋白电泳套装	Biorad/Mini-PROTEAN Tetra cell、Mini Trans- Blot cell、PowerPac Basic	Bio-Rad Laboratories, Inc.	5	台	120000
5	PCR 仪	Biorad/T100	Bio-Rad Laboratories, Inc.	2	台	76000
6	核酸电泳槽	Biorad/Wide Mini-SubCellGT	Bio-Rad Laboratories, Inc.	2	台	14000
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					

技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。		
初步验收情况	☐通过验收 ☐整改后再组织验收 ☐不通过验收 索赔要求 ☐其他结论		
验收小组成员签字		供货商授权代表签字	

中标（成交）通知书

河南采集科技有限公司：

你方递交的郑州大学第五临床医学院郑州大学神经与康复融合创新研究院科研设备采购项目(标包2)投标文件，经专家评标委员会（或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组）评审，被确定为中标人。

主要内容如下：

项目名称	郑州大学第五临床医学院郑州大学神经与康复融合创新研究院科研设备采购项目(标包2)
采购编号	豫财招标采购-2025-549
中标（成交）价	624500 元(人民币) 陆拾贰万肆仟伍佰元整(人民币)
供货期（完工期、服务期限）	自合同签订生效之日起 80 日历天
供货（施工、服务）质量	合格，符合国家、行业规定的规范标准
交货（施工、服务）地点	采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起国产设备质量保证期 3 年，进口设备质量保证期 1 年

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话：王双 18337174305

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

2025 年 7 月 8 日

中标单位签收人：赵艳辉