

新乡医学院第一附属医院
医疗设备安装使用验收报告

填表时间: 2025 年 9 月 11 日

医疗设备所在科室及部门: 疼痛科	
医疗设备名称: 高频手术设备 射频消融治疗仪 质保年限: 3 年	
国别及品牌: 等离子手术设备 杰西	规格型号: ZS-100、RF6-4-220V、RS-100A
生产厂家: 北京康吉瑞科技有限公司 杰西国际医疗器 天津西普基中科技有限公司 (杰西)有限公司	供应商: 李明普仁德(北京)医疗技术 有限公司
数量: 3 台	单价及总价: 762000 元
到货时间: 2025.8.7	启用时间: 2025.8.7
使用科室验收意见	医疗设备是否符合合同要求: 是
	配件及附件是否齐全, 有无损坏: 无损坏
	到货设备参数是否与合同及招、投标文件一致: 一致
	医疗设备的性能、指标是否达到使用科室要求: 是
	医疗设备安装后是否使用正常: 正常
	设备最终验收结论 (是否合格): 合格
	使用科室负责人对以上验收结果确认签字: 岳力
供应商授权人签字: 樊瑞敏	联系电话: 15910852686
修配组负责人签字: 蔡荣斌	医学装备部验收人签字: 贾文豪
医学装备部负责人签字: 李法 2025.9.12	招标办公室负责人签字: /
固定资产办负责人签字: /	
设备采购费用是否走科研经费: (如“是”与财务部核实经费是否够用后需标注; 如“无”填写“否”即可)	
备注事项: 400 万及以上大宗采购项目招标办公室及固定资产办参与验收。	

新乡医学院第一附属医院医学装备制表