

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：黄淮学院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：河南崇胜仪器设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：黄淮学院 202505—食品营养与检测综合实践创新平台

采购项目编号：豫财竞谈-2025-25

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的的品牌、规格型号、数量、技术要求、商务要求（详见附件 1：《项目供货清单与技术要求表》）。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号（详见附件 2：《信息类产品关键部件清单表》）。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：/

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：/ 金额：/

国别：/ 品牌：/ 规格型号：/

☒否

（10）是否涉及节能产品：

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: /

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: /

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: /

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥920000.00

大写: 玖拾贰万元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 /

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 乙方先供货,甲方验收合格后,30个工作日内支付货款。

☐分期付款: /,其中涉及预付款的: /

☐成本补偿: /

☐绩效激励: /

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年8月26日,完成日期: 2025年9月26日。

(2) 履约地点: 黄淮学院

(3) 履约担保:是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: 详见【政府采购合同专用条款】

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 黄淮学院组织

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: / ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, /

☒否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: /

(4) 履约验收程序: 按照学校二级验收制度, 以终验结果为准

(5) 履约验收的内容: 每一项技术和商务要求的履约情况 (详见附件 1:《项目供货清单与技术要求表》)

(6) 履约验收标准: 符合合同标的的特定标准 (详见附件 1:《项目供货清单与技术要求表》)

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标 (成交) 通知书

(5) 投标 (响应) 文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签订盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 七 份，甲方执 五 份，乙方执 二 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 8 月 26 日

合同订立地点： 黄淮学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	 黄淮学院	单位名称（公章或合同章）	 河南崇胜仪器设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住 所	/	住 所	/
联 系 人	李同彪	联 系 人	王刘江
联系电话	15608209581	联系电话	13903863435
通信地址	河南省驻马店市开源大道 76 号	通信地址	河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路 138 号 1 号楼 1 单元 19 层 1906 号
邮政编码	/	邮政编码	/
电子邮箱	/	电子邮箱	/
统一社会信用代码	/	统一社会信用代码	9141010531738011XM
/	/	开户名称	河南崇胜仪器设备有限公司
/	/	开户银行	华夏银行郑州高新区支行
/	/	银行账号	15560000000484209
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	甲方验收合格后，30 个工作日内支付合同金额的 100% 货款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	按合同约定
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	按合同约定
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	按合同约定
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	按合同约定
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	按合同约定
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	按合同约定
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	按合同约定
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 <u>/</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>/</u> ； （2）向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1:

黄淮学院 202505—食品营养与检测综合实践创新平台项目供货清单与技术要求表

序号	设备名称	品牌	规格型号	原产地	规格参数	数量	单价(元)	金额(元)
1	显微镜 1	明美	ML11	广州	必要功能: 具备观察微物体结构的功能,如细胞、细菌等。 主要技术指标: 1. 一体化机身设计。 2. 放大倍数: 40×-1000×。 3. 双目镜观察筒: 配备 2 个 10×/Φ18mm 的大视场平场目镜。 4. 物镜 4 只: 4×、10×、40×、100×。 5. 物镜转换器: 四孔内定位转换器。 6. 载物台: 机械移动载物台。 7. 聚光镜组: 可降式阿贝聚光镜,带可变光栏。 8. 调焦机构: 粗微动同轴式调焦。 9. 照明系统: LED 光源。 10. 目镜观察筒: 镜筒 30° 倾斜,瞳距调节范围 50mm-70mm。 11. 高、低倍物镜间转换无需亮度调节。	30 台	3300	99000
2	显微镜 2	明美	ML31	广州	必要功能: 除具备观察微物体结构的功能外,还具有演示和辅助教学功能。 主要技术指标: 1. 主机采用一体式设计,将机头部分与主体的外形融合。	1 套	26500	26500

						2. 主机：数码芯片和显微镜集成一体，显微镜下图像和电脑屏幕显示的图像能自动同步清晰。 3. 光学系统：无限远色差矫正光学系统。 4. 大视野三目镜观察筒：其中2只观察筒均配备WF10×/Φ18mm目镜（其中一只带教学指针），视度可调屈光度；观察筒30°倾斜，瞳距调节范围50mm-70mm。另外1只观察筒可连接照相机进行拍照。 5. 放大倍数：40×-1000×。 6. 聚光镜：阿贝式聚光镜，带可变光栏。 7. 载物台：可移动，移动范围50×76mm；游标最小读数0.1mm，双片夹结构。 8. 物镜转盘：四孔转换器。 9. 焦距调节：左右均配置粗微调手轮。粗调行程40mm，微调格值2um。 10. 物镜4只：4×、10×、40×、100×。 11. 专业显微镜彩色相机 11.1 最高分辨率：5480×3648，像元尺寸（L×W）：2.5μm×2.5μm，传感器有效影像区域：8.0mm(H)×6.5mm(V)。 11.2 图像帧率：4fps @2592×1944, 35fps @300×200，信噪比：62dB。 11.3 接口：USB3.0高速接口，操作系统：Windows10/11(64bit)。 12. 软件功能要求 12.1 预览：实时动态预览和静态预览，预览过程支持动态测量和实时参数调整。 12.2 采集：一键采集，图像格式可选择：JPEG/BMP/PNG/TIFF/GIF/TGA/SFT。			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

				12.3 录影及定时拍摄：高清晰录影，WMV或AVI格式。定时采集最小间隔时间3s。 12.4 测量：支持静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式，在40×的物镜下最高测量精度1 μm。 12.5 自动计数：可精确统计样品的个数、面积和周长。 12.6 视野图像：后台可自动拼接动态地捕捉定量位移后的图像后，完美展现视野全景显微图像。 12.7 景深图像：可融合不同焦平面的光学显微镜图像（同一视场），以实现在高倍（400×）显微镜下对大落差样品表面的整体观察。 12.8 比例尺：通过校核显微镜和成像装置，可在图片中自动生成比例尺和日期，实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。 13. 台式电脑 一台 13.1 处理器：主频2.5Hz，内核16 核心，线程24线程，三级缓存30M。 13.2 内存：DDR4，容量16G。 13.3 显示器：LCD液晶屏，屏幕比例16:9，尺寸27 英寸，分辨率2560×1440，与主机同品牌。 13.4 硬盘：512G SSD+1T 机械硬盘。 13.5 配备与主机同品牌键盘鼠标。				
3	多功能食品安全检测仪	普赞	PZ-DSA	北京	必要功能： 用于各种食品以及农产品中亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、甲醛、农药残留等40 多项食品安全检测项目的快速定量分析。 主要技术指标：	1 台	10600	10600

					1. 显示方式: 8 寸彩色电容触摸液晶显示屏 2. 测量光源: LED 光源 3. 输入方式: 电容触摸屏 4. 样品参数: 8 通道比色皿 5. 数据存储: 500 个以上测试项目, 1000 万个以上测试数据 (可扩展) 6. 光源: 单光源 7. 波长范围: 400nm-800nm 8. 测量范围: 0.000-4.000Abs 9. 波长误差: $\pm 1\text{nm}$ 10. 稳定性: $\pm 0.003\text{Abs}$ 11. 准确性: $\pm 0.008\text{Abs}$ 12. 重复性: $\leq 0.2\%$ 13. 通道差异: $\leq 0.01\text{Abs}$ 14. 打印功能: 内置热敏打印机 15. 通讯接口: RS-232、USB 接口、以太网接口。 16. 自动判定结果: 内置国家规定的有害成分限量标准, 自动判定样品是否合格, 可持续更新国家标准。			
4	万分之一分析天平	普海	FA1204N	上海	必要功能: 具备称量固体药品的功能, 绝对精密度值达到 0.1mg。 主要技术指标: 1. 校准方式: 外校。 2. 称量范围: 0-120g。 3. 读取精度: 0.1mg。 4. 重复性: $\pm 0.1\text{mg}$ 。 5. 线性误差: $\pm 0.2\text{mg}$ 。	6 台	1600	9600

					主要技术指标: 1. 温控范围: 4℃~60℃。 2. 温控精度: 0.1℃。 3. 温度均匀度: ±0.5℃ (@37℃)。 4. 旋转转速: 0rpm, 30~400rpm。 5. 摆振幅度: φ 26mm。 6. 配置万能弹簧夹 1 个。 7. 摇板尺寸 (L×W): 450×400mm。 8. 无霜设计, 无需定时除霜。 9. 具有来电自动恢复功能。 10. 可编程段数: 6 段。 11. 内腔工作高度 (摇板表面到内腔顶面距离): 400mm。 12. 数显方式: LCD。 13. 定时范围: 0~1000h。 14. 外形尺寸 (W×D×H): 700×650×620mm。			
23	垂直电泳槽	森西泰智	SINSAGE-PR2	北京	必要功能: 可用于制备蛋白电泳凝胶。 主要技术指标: 1. 凝胶数量: 2 块。 2. 凝胶板规格 (L×W): 厚板 100mm×83mm、薄板 100mm×73mm。 3. 凝胶面积 (L×W): 手罐胶 80mm×73mm、预制胶 80mm×73mm。 4. 加样梳: 10、15 齿。 5. 凝胶厚度: 1.0mm 厚。 6. 缓冲液总容量: 750mL。	2 台	2200	4400
24	超净工作台	BIODASE	BBS-SDC	济南	必要功能: 为微生物实验提供无菌环境。	2 台	7500	15000

						主要技术指标: 1. 外部尺寸 (L×W×H) : 1460mm×620mm×1850mm。 2. 内部尺寸 (L×W×H) : 1335mm×530mm×650mm。 3. 过滤器尺寸 (L×W×H) : 1300mm×450mm×69mm。 4. 过滤效率: 过滤器均采用无隔板高效过滤器, 对直径 0.3 μm 颗粒过滤效率为 99.995%。 5. 额定功率: 750W。 6. 气流流速: 0.30~0.45m/s。 7. 紫外灯功率: 40W。 8. LED 日光灯功率: 16W。 9. 前窗玻璃最大开口高度: 400mm。 10. 前窗玻璃开口安全操作高度: 200~350mm。 11. 噪音≤60dB。 12. 工作台到地面高度: 750mm。 13. 产品安全性: 菌落数≤0.5CFU/30min。 14. 照明: ≥300lx。 15. 洁净等级: ISO5 级 (ISO Class5)。 16. 具有预过滤器, 能够有效拦截大的颗粒物及杂质。 17. 工作区台面: 304 不锈钢材质。 18. 控制面板: 轻触式开关, 按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成; 显示屏显示内容: 风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的.工作时间。 19. 风机 8 挡调速, 适配不同的实验类型。 20. 紫外灯与风机、日光灯互锁功能, 即当风机、日光灯工作时, 紫外灯无法开启。 21. 具有紫外灯、风机预约定时功能。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

