

三、专家论证意见

专家姓名:

梁敬方

专家工作单位:

河南省医疗器械检验所

专家意见:

目前, 国产脉冲染料激光 激光波长材料在 10nm, 进口产品 波长材料可达 1nm, 良好的波长控制 可精确控制 治疗深度, 在能量控制上进口产品也优于国产产品, 可以精确控制 温度的均匀性, 确保治疗的 安全性, 在智能冷却技术, 智能操作 系统 都优于国产产品, 可满足特殊病人的 治疗要求, 同意引进进口产品。

技术专家签字:

梁敬方

2015 年 10 月 17 日