

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	综合验光仪
拟采购产品金额	¥750000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院2025年医学装备采购项目（综合验光仪）
采购项目所属项目金额	¥750000.00元

二、申请理由

☐1. 中国境内无法获取：

☐2. 无法以合理的商业条件获取：

☒3. 其他。

原因阐述：综合验光仪主要用于精准屈光测量。是眼镜验配的重要设备，市场上进口产品具有测定时间短，精准度高。操作更方便的特性，性能稳定，使用年限长，主流产品多为进口品牌，国产品牌在技术和质量上尚不能满足大型专科医院的需求。

三、专家论证意见

综合验光仪主要用于精准屈光测量，对参数的精度和临床适配性较高，目前国内产设备高屈光度覆盖范围不足，精度较低，轴向很难达到1°步长，与进口产品存在一定的差距。国产设备在某些技术参数上无法完全满足采购人需求，同意采购进口产品。

专家签字：

李永平

2025年 11月21日