

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	综合验光仪
拟采购产品金额	¥750000.00元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院2025年医学装备采购项目（综合验光仪）
采购项目所属项目金额	¥750000.00元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：综合验光仪主要用于精准屈光测量。是眼镜验配的重要设备，市场上进口产品具有测定时间短，精准度高。操作更方便的特性，性能稳定，使用年限长，主流产品多为进口品牌，国产品牌在技术和质量上尚不能满足大型专科医院的需求。	
三、专家论证意见	
综合验光仪进口设备具备精准的屈光测量，测量范围达到$\pm 27.00D$（$0.25/1/2/3D$步长）目前国产设备尚不能满足需求。另外进口设备测定时间短，精准度高，操作更方便，性能稳定。目前国产同类设备，在技术成熟度和质量要求上尚不能满足医院的需求。同意采购进口设备。	
专家签字： 	2025年11月24日