

集中采购项目验收单

使用科室：电生理科

放置地点：

验收日期：2025 年 12 月 9 日

项目名称	北京大学第六医院河南医院国家区域医疗中心二期项目第二批医疗设备采购项目包一	项目编号	豫财招标采购-2025-1100
合同编号	ZBB-2025-21	供应商	河南博奥贸易有限公司
设备名称	便携式多导睡眠呼吸监测仪 4 台	品牌型号	菲诗奥 iRem-A
数 量	4 台	金 额	1338000 元
资金来源	中央预算内资金	生产单位	杭州菲诗奥医疗科技有限公司
出厂日期	(供货前 3 个月内) 2025.9.1.	质保期	验收合格后整机原厂质保 7 年
验收内容	项 目		验收意见 (合格打“√”，不合格打“×”)
	是否通过初步验收（附初步验收单）		√
	单证是否齐全（产品合格证或质量保证书、说明书等）		√
	是否满足招投标文件及合同需求（设备配置清单及技术参数等）		√
	是否完成设备培训调试并正常运行		√
	整机原厂质保 7 年（相关承诺书原件）		√
最终验收结论	合格 ☒ 不合格 ☐		
供货人及电话	张静：13838035283 15938741558		
验收小组意见	验收小组成员单位	是否同意验收结论	签名
	招标采购部门	是 ☒ ；否 ☐	张静
	职能管理部门	是 ☒ ；否 ☐	郭子梅
	使用部门	是 ☒ ；否 ☐	王磊
组织验收	国有资产管理科		王磊
监督验收	审计事务部		孟帆
备 注			