

第五临床医学院政府采购合同履行验收报告

项目名称: 郑州大学第五临床医学院郑州大学神经与康复融合创新研究院科研设备采购项目包1

资金来源: 教学经费 合同金额: 96.3 万元

中标供应商: 河南开荣启元商贸有限公司

组织单位: 资产与财务部

验收工作组: 资产与财务部、审计处

技术专家: 杜斌、葛铁柱

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求, 2025年11月26日, 由资产与财务部牵头, 抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组, 对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财招标采购-2025-549包1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等, 已经由第五临床医学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后, 使用单位组织技术人员进行了初步验收, 提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报, 复核了项目招标文件、投标文件和合同内容, 查看了文本资料, 现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中, 发现:

1. 本次验收的仪器设备交接货物清单不完善
2. 操作使用培训记录不完善
3. 进口设备文本资料不齐全
4. 部分价格较低进口产品不免税, 需提供相关补充说明
5. 部分技术性能测试报告不完善

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议:

针对以上问题进行逐项整改, 符合合同规定后, 本合同的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人: 王建华

采购单位主管领导: 张伟宏

采购单位监督人: 王建华

采购单位签章: 

验收工作组签名:

葛铁柱

杜斌

王建华

傅峰

中标供应商项目负责人: 曹丽敏

2025年11月26日

郑州大学第五临床医学院郑州大学神经与康复融合创新研
究院科研设备采购项目-包 1

整改情况说明

整改内容及结果概述

1. 本次验收的仪器设备交接货物清单不完善，整改结果详见附件 1
2. 操作使用培训记录不完善，整改结果详见附件 2
3. 进口设备文本资料不齐全，整改结果详见附件 3
4. 部分价格较低进口产品不免税，需提供相关补充说明，整改结果详见附件 4
5. 部分技术性能测试报告不完善，整改结果详见附件 5

项目单位：郑州大学第五临床医学院

签字：

韩晔

供应商：河南开荣唐元商贸有限公司

签字：

曹月敏



专家签字：

葛铁柱 . 杜 立