

附件 2-4

牧原实验室政府采购科研仪器设备技术性验收报告


验收日期: 2025年11月28日

采购单位	牧原实验室	使用部门	徐鹏课题组
项目名称	牧原实验室色谱分析平台建设(一期)项目	合同编号	豫财磋商采购-2024-680-B
供应商	河南富德科技有限公司	中标(成交)通知书号	豫财磋商采购-2024-680
规格型号	GCMS-TQ8050NX	设备生产商	株式会社岛津制作所 SHIMADZU
合同金额	RMB1348000 元	设备数量	1 台
存放地点	6 楼 602	运行使用时间	2025.3.26
设备名称	气相色谱质谱联用仪		
配件清单	GCMS-TQ8050 NX 主机 (EI 模式) 1.GCMS-TQ8050 NX: EI 源, 无 RP, 高能柱温箱, 标配智能灯, 230V; 含 Nexis GC-2030 (带 AFC), SPL-2030, 双进口涡轮分子泵 200L/sec + 200L/sec*1 2.SPL-2030, 分流/不分流进样口 (配备智能锁) *1 3.ClickTek Starter Kit, For SPL, SPL/WBI 用 ClickTek 启动包; 含 SPL/WBI 智能扣及基座组件*1		

	4.GHD-031BSC 机械泵*1 软件 1.中文工作站*1 2.NIST 质谱谱库, 2023 版*1 安装启动包 1.Tool Kit for NX, 扳手等工具包*1 2.含进样垫、石墨压环、O 型圈、微量进样针等消耗品*1 3.含 AFC 分流过滤器、灯丝、金箔、铝箔等消耗品*1 4.He 专用过滤器 (除氧, 除湿, 除烃) *1 5.Exhaust Duct, GC-2030 ASSY*1 6.载气管, 5m*2 7.SH-I-5Sil MS Cap. Column, 30m×0.25mm×0.25um*1 8.SH-1-624SiMSCap.Column,30m×0.25mm×1.4um*1 AOC-20 液体自动进样器,塔+样品盘 (150 位) 1.自动进样塔(带 6 位样品瓶位)*1 2.自动进样塔支架*1 3. AOC-20sU 样品盘支架*1 4. 150 位样品盘, 含 6 块 1.5mL 样品盘架*1 5.Additional board for GC-2030 with AOC-20 sampler
--	--

	AOC-20s 样品盘附加基板*1 消耗品包 1.1.5mL 样品瓶套装,带盖和隔垫 (100 个/包)*10 2.4mL 溶剂/废液瓶套装,带盖和隔垫 (50 个/包)*1 3.AOC-20i 用 10ul 进样针*5 4.Topaz Liner Splitless Single Taper w/Wool,5-pk ; Topaz Liner,超惰性不分离衬管,含石英棉 (5 根/包) *1 5.分流不分流 (5Pc/包) *1 顶空进样器 HS-10 (20 位) 1.Head Space Sampler HS(1.4m) Chinese; HS-10 主机 (1.4 米) (中文版) *1 2.ACCESSORIES KIT,HS-10/GCMS; HS-10 连接 GCMS 套件 (中文) *1 3.HS-10 Attachement Kit 2030; HS-10 for 2030 安装包 4.AUX-APC 1ch for 2030; 气路附件*1 Vials and Tools 样品瓶及工具 1.VIAL,HS-20 20ml 样品瓶 (圆底), 透明 (100pcs) *5 2.plane Cap + Septum(SILI/PTFE), 100pc,200°Cmax, 盖 (含垫) *5
--	--

	3.Crimper 专用封盖器*1 4.Decapper 专用启盖器*1 气体分析用进样阀装置 MGS-4 1.MGS-4 Gas Sampler,气体进样器*1 2.Attachment to Fix MGS-4 to GC-2010/2030*1 3.PIPING ASSY WELD PUG*1 4.INJ PORT ASSY, WBI-2030*1 5.Adapter nipple*1 6.1.6FN*1 7.FERRULE,1.6F*1 8.气密针*5 9.气体采样袋（1L）*50 仪器配套 1.电脑打印机*1 2.空气发生器*1 3.氢气发生器*1 4.激光打印机*1 5.氮气钢瓶及减压阀*1
--	--

项目 负责人意见	上述所到仪器设备品牌型号、参数、性能指标符合合同要求，经试用或测试后，运行正常，无其他需要说明的问题。	
验收结论	设备已安装、调试完毕，品牌型号、参数、性能指标符合合同要求，经试用或测试后，运行正常，具备使用条件，随机资料完整，符合合同规定，验收通过。	
验收人签名		
监督人签名		
公共技术平台 负责人意见	所采购的设备符合合同要求，同意验收意见。	

21

附件 2-5

牧原实验室政府采购科研仪器设备符合性验收报告

2025 年 12 月 10 日

1348W

项目申请单位: 牧原实验室 使用单位: 徐鹏课题组
项目名称: 建设(二期)项目 合同编号: 豫财磋商采购-2024-680-13

一、实地实物验收符合情况		
1. 实地验收情况	是否与资产入库信息一致	一致
2. 实物验收情况	是否与采购文件、合同要求一致	一致
3. 验收结论	本项目所交付的货物符合相关要求, 验收合格	
验收小组人员(签名)	于立 李博超 杨蕊	
监督人员(签名)	周磊	
二、相关资料符合情况		
核查项目	要求	是否符合
1. 合同	原件	符合
2. 发票	原件(进口仪器设备为免税发票及免税证明、报关单等)	无
3. 资金支付申请	纸质版一份	符合
4. 中标通知书	原件	符合
5. 符合性验收报告	原件	符合
6. 资产出入库单	纸质版两份、电子版	符合
7. 资产影像资料	按照入库单所列顺序提供资产照片电子版(整体照及设备铭牌局部照等至少两张)	符合
8. 银行保函	原件	符合
9. 其他	根据项目情况提供相关资料	无
10. 技术性验收报告	原件	符合
核查人员(签名)	于立 李博超 杨蕊	

本报告是在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。