

附件 2-4

牧原实验室政府采购科研仪器设备技术性验收报告

验收日期： 2025年11月28日

采购单位	牧原实验室	使用部门	交叉学科研究中心 蒋增良课题组
项目名称	牧原实验室色谱分析 平台建设(二期)项目	合同编号	豫财招标采购 -2024-786-A
供应商	河南豫招进出口有限公司	中标（成交） 通知书号	豫财招标采购 -2024-786
规格型号	SCIEX、 TripleQuad6500+	设备生产商	AB SCIEX (DISTRIBUTION)
合同金额	3546000 元	设备数量	1 套
存放地点	602	运行使用时间	2025.3.25
设备清单	超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪		
配件清单	1 三重四极杆质谱主机 1 套（包括离子源接口、三重四极杆质量分析器、涡轮分子泵、注射泵、电缆安装启动包等） 2 独立的 ESI 和 APCI 源 1 套 3 仪器控制及数据采集工作站 1 套 4 泵油 2 瓶 5 Office 软件 6 调谐液 1 套 7 备用进样针 1 支 8 ESI 探针 5 支 9 APCI 探针 1 支 10 测试液 1 个 11 FG 测试液 1 个 12 超高效液相色谱仪主机 1 套（包括溶剂泵、真空脱气机、自动进样器、		

	柱温箱、溶剂切换阀、管线及工具等) 13 计算机 2 套 14 激光打印机 1 套 15 UPS 电源 (6KAV, 2h) 1 套 16 氮气发生器 1 套 17 C18 column 2.1 mm × 100 mm, 1.7 μm 色谱柱 2 根 18 C18 column 2.1 mm × 50 mm, 1.7 μm 色谱柱 2 根 19 进样瓶 1000 个 20 在线过滤器 2 套 21 1L 溶剂瓶 6 个 22 全氟管路包 1 套	
项目 负责人意见	所到仪器设备品牌型号、参数、性能指标符合合同要求;经试用或测试后,运行正常,无其他需要说明的问题。	蒋增良
验收结论	设备已安装,调试完毕,品牌型号、参数、性能指标符合合同要求,经试用或测试后,运行正常,具备使用条件,随机资料完整,符合合同规定,验收通过。	
验收人签名	郑旭 刘富良 吕文坤	
监督人签名	赵和峰	
公共技术平台 负责人意见	运行正常,同意验收	程钢

22

附件 2-5

牧原实验室政府采购科研仪器设备符合性验收报告

2025年12月10日

项目申请单位: 牧原实验室色质谱分析台 使用单位: 交叉学科研究中心蒋增良课题组 354.6w
项目名称: 建设(二期)项目 合同编号: 豫财招标采购-2024-786-A

一、实地实物验收符合情况		
1. 实地验收情况	是否与资产入库信息一致	一致
2. 实物验收情况	是否与采购文件、合同要求一致	一致
3. 验收结论	本项目所交付的货物符合相关要求, 验收合格	
验收小组人员(签名)	于超 李博强 杨嵩	
监督人员(签名)	周磊	
二、相关资料符合情况		
核查项目	要求	是否符合
1. 合同	原件	符合
2. 发票	原件(进口仪器设备为免税发票及免税证明、报关单等)	无
3. 资金支付申请	纸质版一份	符合
4. 中标通知书	原件	符合
5. 符合性验收报告	原件	符合
6. 资产出入库单	纸质版两份、电子版	符合
7. 资产影像资料	按照入库单所列顺序提供资产照片电子版(整体照及设备铭牌局部照等至少两张)	符合
8. 银行保函	原件	符合
9. 其他	根据项目情况提供相关资料	无
10. 技术性验收报告	原件	符合
核查人员(签名)	于超 李博强 杨嵩	

本报告是在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。