

进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜系统
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院电子支气管镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他	
<p>原因阐述：</p> <p>进口电子支气管镜能够提供更清晰、更细腻的图像，可使气道粘膜的微小变化都能在图像上得到反映，极大地提高了发现气道微小病变的能力，包括早期肺癌，有助于医生进行早期诊断和精准治疗。进口产品在图像质量清晰度、设备稳定性、兼容性方面能达到医院高水平诊断要求；而目前国产产品性能不够稳定，图像质量不够清晰，故障率高，不利临床需求。</p> <p>综上所述，我院申请购置进口的电子支气管镜。</p>	

技术专家 3

郑州第六人民医院所采购的电子支气管镜对设备的要求较高。目前国产设备在图像分辨率、精确度和技术性能稳定性等方面与进口产品存在一定的差距，不能完全满足采购人的临床检查和治疗要求，同意采购进口产品。

专家姓名：吴世
工作单位：河南中医药大学
联系方式：13783589267
职称：副教授

2025年4月18日