

表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省中西医结合医院
拟采购产品名称	数字减影血管造影（DSA）球管
拟采购产品金额	80 万元
采购项目所属项目名称	河南省中西医结合医院 DSA 球管及维保项目
采购项目所属项目金额	130 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口 DSA 的生产企业，相关球管安全指标和性能指标与整机 CFDA 注册证完全匹配，一旦使用非进口的球管，一方面有可能为废旧翻新球管，无法保证设备安全稳定运行，给设备和患者带来安全隐患，另一方面备件来源渠道无法查证，设备将即刻成为无证产品，即原整机注册证失效，备件与整机匹配无法保证。	

三、专家论证意见

由于球管为DSA介入设备之最主要部件，是为主机系统成像装置之核心部件。目前，国产球管热容量不足，球管误差尺寸过大，误差最大功率可工作时间很短。国内球管生产厂家不具备生产此类配套球管的能力。鉴于核心部件球管必须具有高度专一性，原使用系统为进口品牌，只有进口产品才能与之相匹配。为保证图像质量和手术安全，建议购买与原有DSA系统相配套的进口球管。

专家签字：



2026年 2 月 16 日