

网上通过
26.1.26

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）稳态瞬态荧光光谱仪和紫外/可见/近红外分光光度计设备采购项目学院合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）稳态瞬态荧光光谱仪和紫外/可见/近红外分光光度计设备采购项目

资金来源：拔尖人才科教融合基地 合同金额：131.8 万元

中标供应商：河南科垠仪器设备有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：王时征 侯桂琴

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 1 月 21 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-856”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
2. 供货日期晚于合同约定日期；
3. 交接货清单不完善；
4. 需明确质保期外的售后服务具体内容；
5. 培训记录不完善。

四、验收工作组建议：

以上问题逐项整改，整改完成满足合同要求后，予以通过。

采购单位项目负责人：郝叶豪

采购单位主管领导：李朝辉

采购单位监督人：郭峰

采购单位签章：

验收工作组签名：王时征 侯桂琴 乔志旗

廖加华 傅峰 孟昭来

中标供应商项目负责人：王文海

2026 年 1 月 21 日

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）稳态瞬态荧光光谱仪和紫外、可见、近红外分光光度计设备采购项目整改报告

合同编号：豫财招标采购-2025-856。本项目于 2026 年 1 月 21 日，经学校有关部门领导及技术专家验收中发现本项目存在以下问题：

1. 供货日期晚于合同约定日期；
2. 交接货物清单不完善；
3. 需明确质保期外的售后服务具体内容；
4. 培训记录不完善。

针对上述问题，我公司整改措施及内容如下：

1. 供货日期晚于合同约定日期：提供详细设备供货时间调整情况说明。（详见附件 1）

2. 交接货物清单不完善：配置 1 台电脑已列入配置清单中。（品牌：戴尔、型号：Vostro 3030-R1322G）（处理器 I7，内存 32G，512SSD，Win11 专业正版系统），24 寸显示器：（品牌：戴尔、型号：D2421H）。（详见附件 2）

3. 质保期外的定期巡检售后服务具体内容：我公司承诺定期巡检服务：使货物使用率达到最大化，每半年 1 次，一年 2 次上门巡检服务，并认真填写相关记录存档。（详见附件 3）

4. 设备培训：我公司安排设备制造商按照合同要求对甲方指定使用老师及同学进行详细培训。（详见附件 4）

经整改后，本项目满足采购人使用要求，已符合合同要求。

验收专家签名：



侯桂琴

采购人：郑州大学化学学院

设备供应商：河南科眼仪器设备有限公司



日期：2026 年 1 月 22 日