

河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医
用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）采购项目

单一来源采购文件

项目编号：豫财单一采购-2026-2

采购人：河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）

采购代理机构：国隆项目咨询有限公司

日期：二〇二六年二月

目 录

第一章 单一来源采购公告	3
第二章 供应商须知	6
第三章 合同条款及格式	18
第四章 采购需求	28
第五章 响应文件格式	36
目 录	37
一、响应函	38
二、法定代表人授权委托书	39
三、报价一览表	41
四、报价明细表	42
采购标的成本说明	43
五、供应商基本情况表	44
供应商资格证明文件	45
六、商务条款偏离表	54
七、供应商同类项目案例清单	55
同类项目合同价格说明	56
八、技术服务响应与偏离表	57
九、供应商履约能力及服务方案	58
十、服务承诺	59
十一、其他需要说明的技术服务相关内容	60
十二、反商业贿赂承诺书	61
十三、政府采购执行政策相关证明材料	62

第一章 单一来源采购公告

河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）采购项目单一来源采购公告

一、**采购项目名称：**河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）采购项目

二、**采购项目编号：**豫财单一采购-2026-2

三、**项目预算金额：**40000000.00 元

四、采购需求：

1、采购内容：螺旋断层放射治疗系统的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。

2、交货期：接采购人通知后 90 日历天内。

3、质量要求：符合国家及行业现行规范、标准及本项目技术服务要求。

4、合同履行期限：自合同签订之日起至合同执行完毕。

五、拟定单一来源供应商名称及地址

1、名称：上海上和佳国际贸易有限公司

2、地址：上海市奉贤区北行路 298 弄 74 号 3 层 A3026 室

六、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标产品如属于医疗器械，投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号）及相关规定提供如下有效资质：

（1）投标产品的医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证（含备案信息表及其附录）；

（2）境内生产商的生产资格：提供医疗器械生产许可证，或生产备案凭证，附表或备案信息需包含投标产品；

（3）投标人的经营资格：①提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证②产品免于经营备案的，提供国家药品监督管理局免于经营备案具体产品名录③医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件。

(4) 投标产品如不属于医疗器械管理范围，提供相关证明或情况说明。

3.2 所投医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）的制造商和代理商均需提供有效的《辐射安全许可证》。

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目投标。（查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体；“信用中国”跳转“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询：失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在投标截止时间至资格审查结束前查询相关主体信用记录。

3.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。

七、获取单一来源采购文件

1、时间：2026年02月03日至2026年02月04日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼A座12B层国隆项目咨询有限公司邮箱获取。

3、方式：供应商无需到现场获取采购文件，可在采购文件获取时间内邮箱获取（glgljzt168@163.com），邮件中需注明项目名称、单位名称、联系人姓名、联系方式及接收采购文件的邮箱，完成获取流程后，采购文件以电子文件形式发送至供应商邮箱。

4、售价：500元，售后不退。

八、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2026年02月05日15点00分（北京时间）。

2、地点：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼A座12B层国隆项目咨询有限公司开标室。

3、其他有关事项：逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南招标采购综合网》、《河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）官网》上发布。

十、其他补充事宜

1、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

2、执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

3、代理费用收取标准及方式：

3.1 本次采购代理服务费由成交供应商参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）收费标准的88%向采购代理机构交纳。

3.2 成交供应商按采购文件的要求一次性向代理机构交纳采购代理服务费，可用公对公转账或现金的方式。

十一、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）

地址：郑州市东明路127号

联系人：田女士

联系方式：0371-65587007

2. 采购代理机构信息

名称：国隆项目咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼A座12B层

联系人：肖明玉、田丹丹

联系方式：0371-55001516、0371-55001517

2026年02月02日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	采购人：河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院） 地址：郑州市东明路 127 号 联系人：田女士 联系方式：0371-65587007
2	代理机构	采购代理机构：国隆项目咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际 1 号楼 A 座 12B 层 联系人：肖明玉、田丹丹 联系方式：0371-55001516、0371-55001517
3	项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)采购项目
4	采购方式	单一来源采购
5	资金来源	财政专项
6	资金落实情况	已落实
7	采购内容	螺旋断层放射治疗系统的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。
8	交货期	接采购人通知后 90 日历天内
9	交货地点	采购人指定地点
10	质量要求	符合国家及行业现行规范、标准及本项目技术服务要求
11	质保期	所有产品整机质保 ≥ 1 年
12	资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求： 3.1 投标产品如属于医疗器械，投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）及相关规定提供如下有效资质：

		(1) 投标产品的医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证(含备案信息表及其附录)； (2) 境内生产商的生产资格：提供医疗器械生产许可证，或生产备案凭证，附表或备案信息需包含投标产品； (3) 投标人的经营资格：①提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证②产品免于经营备案的，提供国家药品监督管理局免于经营备案具体产品名录③医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件。 (4) 投标产品如不属于医疗器械管理范围，提供相关证明或情况说明。 3.2 所投医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）的制造商和代理商均需提供有效的《辐射安全许可证》。 3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目投标。（查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体；“信用中国”跳转“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询：失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在投标截止时间至资格审查结束前查询相关主体信用记录。 3.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
13	政府采购政策	政府强制采购的节能产品： 供应商所投产品如为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库(2019)19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品(★A02010104 台式计算机★A02010105 便携式计算机★A02010107 平板式微型计算机★A0201060102 激光打印机A0201060104 针式打印机★A0201060401 液晶显示器★A02052301 制冷压缩机★A02052305 空调机组★A02052309 专用制冷、空调设备★A020609 镇流器★A0206180203 空调机★电热水器★普通照明用双端荧光灯★A020910 电视设备★A020911 视频设备★A060805 便器★A060806 水嘴) 供应商应提供有效期内的节能产品认证证书(认证机构应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能

		产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019 年第 16 号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。
		供应商在投标时，须根据自身所投产品的实际情况，自行判定投标产品是否属于如下情形： 根据“《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023 年第 36 号）”如投标产品属于强制性产品认证目录的，供应商应在响应文件中提供有效的 CCC 认证证书或提供具有有效的 CCC 认证证书承诺函，否则将自动放弃中标（成交资格）并承担相应的法律责任。
		绿色包装：根据关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）。供应商若中标或成交后，须严格按照该标准执行。
		其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。
14	信用信息查询	☑采购人或采购代理机构通过“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为：响应文件提交时间至资格审查结束前。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：本次查询的信用记录打印的网页版将与其他文件一并保存。 信用信息的使用规则：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目投标。
15	投标有效期	投标有效期为自响应文件提交截止日起 60 天。
16	响应文件份数	正本 1 份，副本 6 份，电子文档 1 份（U 盘形式提交，电子文档应为正本的完整扫描件）。
17	签字、盖章要求	响应文件应按单一来源采购文件要求签字盖章。
18	装订要求	响应文件应装订成册，编制目录页码（不接受活页装订）
19	密封和标记	供应商应将响应文件正本、副本密封包装，电子版响应文件需单独密封包装，并按封套要求签字盖章。

20	封套上写明	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)采购项目 响应文件/电子版响应文件 供应商名称：_____（加盖公章） 法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章） 在_____年____月____日____时____分（北京时间）前不得开启
21	投标保证金	无
22	投标报价	1、报价应包括本包合同项下成交供应商应提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价格将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。 2、采购人不接受备选方案，供应商每轮报价只能提出一个不变报价，采购人拒绝含可调整价格或可选择价格的投标。
23	最高限价	最高限价：40000000.00 元 投标报价不得超过最高限价(单价报价不得高于标的清单中的单价，详见第四章采购需求采购标的清单)，超过最高限价的按无效投标处理。
24	响应文件提交的截止时间和地点	1、时间：2026 年 02 月 05 日 15 点 00 分(北京时间)。 2、地点：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际 1 号楼 A 座 12B 层国隆项目咨询有限公司会议室。
25	响应文件提交	1、供应商应当在单一来源采购文件规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。 2、逾期送达或者未按照单一来源采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构拒收。
26	响应文件开启	1、响应文件开启时间及地点同响应文件提交截止时间及地点一致，供应商法定代表人或其授权代表应准时参加会议。 2、响应文件开启前将查验响应文件密封情况，确认无误后，将启封响应文件。

27	采购小组	1、采购小组由采购人代表 2 人和评审专家 5 人组成，其中评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 2、评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避： （1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人； （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。 3、评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
28	付款方式	详见合同
29	履约保证金	1、履约保证金的金额：中标金额的 5%。 2、缴纳形式：以电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。
30	采购代理服务 费	1、本次采购代理服务费由成交供应商参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）收费标准的 88%向采购代理机构交纳。 2、采购代理服务费的交纳方式 成交供应商按采购文件的要求一次性向代理机构交纳采购代理服务费，可用公对公转账或现金的方式。 单位名称：国隆项目咨询有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司郑州黄河南路支行 银行账号：2559 5819 4444
31	解释权	本单一来源采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

一、总 则

1、适用范围

本单一来源采购文件仅适用于本项目。

2、定义

2.1 采购人：河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）。

2.2 采购代理机构：国隆项目咨询有限公司。

2.3 单一来源采购文件：为参加协商的供应商所提供的文件。

2.4 响应文件：响应本项目采购内容的文件。

2.5 合格供应商：符合本须知规定的条件，按规定从采购代理机构获得单一来源采购文件并按单一来源采购文件要求提交响应文件；

2.6 成交供应商：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。

3、费用

无论协商结果如何，参加协商的供应商应自行承担与参加协商有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、单一来源采购文件

4、单一来源采购文件用以阐明所需服务、协商程序、协商内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。单一来源采购文件由下述部分组成：

第一章 单一来源采购公告

第二章 供应商须知

第三章 合同

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

5、单一来源采购文件的澄清

参加协商的供应商对单一来源采购文件如有需要澄清的问题，应以书面方式在响应文件提交截止时间三日前通知采购代理机构。代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清。

6、单一来源采购文件的修改与补充

6.1 在单一来源采购公告中所述的响应文件提交截止时间三日前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对单一来源采购文件进行修改。

6.2 单一来源采购文件的修改或补充内容书面通知购买单一来源采购文件的供应商，修改或补充内容将构成单一来源采购文件的一部分，对协商人有约束力。

6.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.4 为使供应商有充分的时间对单一来源采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编写

7、响应文件的组成

- (1) 响应函
- (2) 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书
- (3) 报价一览表
- (4) 报价明细表及采购标的成本说明
- (5) 供应商基本情况表及供应商资格证明文件
- (6) 商务条款偏离表
- (7) 供应商项目案例清单及同类项目合同价格说明
- (8) 技术服务响应与偏离表
- (9) 供应商履约能力及服务方案
- (10) 服务承诺
- (11) 其他需要说明的具体技术服务相关内容
- (12) 反商业贿赂承诺书
- (13) 政府采购执行政策相关证明材料

8、编写要求

参加协商的供应商应按单一来源采购文件中提供的格式编写响应文件。

9、投标报价

(1) 供应商在响应文件提交截止时间前修改响应函中的投标报价，应同时修改“报价明细表”中的相应报价。

(2) 投标报价以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

(3) 投标报价不得高于采购人给定的预算金额，否则，按废标处理。

(4) 供应商每轮报价只能提出一个不变报价，采购人不接受任何选择价。

10、投标保证金

见供应商须知前附表的要求。

11、现场勘察：不组织。

12、响应文件的签署及规定

12.1 响应文件应按规定加盖单位公章和由供应商法定代表人或其授权代表签字，否则，将被视为无效响应文件。

12.2 任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。

12.3 响应文件应以中文编制，计量单位以国家规定标准为准。

四、响应文件的提交

13、密封和标记

13.1 供应商应按照投标须知前附表规定的份数编制响应文件，响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本不一致，以正本为准。供应商除应提供上述书面响应文件以外，还应提供包括全部内容的电子版本的响应文件一套，电子版本的响应文件以 U 盘形式提交，应为正本的完整扫描件。

13.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表在响应文件上按采购文件规定签字、盖章；响应文件的副本可采用正本的复印件。

13.3 响应文件应装订成册，编制目录页码（不接受活页装订），采购人不接收以电报、电话、传真、邮件形式的投标。

13.4 响应文件密封：供应商应将响应文件正本、副本密封包装，电子版响应文件需单独密封包装，并按封套要求签字盖章。密封套上应写明的内容详见供应商须知前附表。

14、提交响应文件

14.1 供应商应当在单一来源采购文件规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

14.2 逾期送达或者未按照单一来源采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构拒收。

14.3 采购人和采购代理机构可以按本章规定，修改单一来源采购文件并自行决定酌情延长递交响应文件的期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止期制约的所在权利和义务均应延长。

五、采购程序

15、采购工作

15.1 采购小组组成详见**供应商须知前附表**。

15.2 协商开始前，先由供应商代表检查响应文件的密封情况。经确认无误后。进入协商程序。

15.3 协商由采购小组对供应商的响应文件进行资格评审及符合性评审。

条款号		评审因素	评审标准
1	资格评审标准	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明。（复印件加盖公章）
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供由会计师事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告或开标前三个月内基本户银行出具的资信证明
		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供开标日前 6 个月内任意 1 个月的缴纳税收的凭据。 ①提供缴费银行单据或税务机关出具的证明复印件或扫描件作为证明材料； ②供应商开标日前 6 个月零缴税，须提供开标日前 6 个月税务系统中纳税申报截图信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图； ③成立时间未超过 1 个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明； ④供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。 （2）提供开标日前 6 个月内任意 1 个月的缴纳社会保险的凭据。 供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关 证明文件（复印件或扫描件）。
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
		参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。
		资格要求	1. 投标产品如属于医疗器械，投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）及相关规定提供如下有效资质： （1）投标产品的医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证（含备案信息表及其附录）； （2）境内生产商的生产资格：提供医疗器械生产许可证，或生产备案凭证，附表或备案信息需包含投标产品； （3）投标人的经营资格：①提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证②产品免于经营备案的，提供国家药品监督管理局免于经营备案具体产品名录③医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件。

			(4) 投标产品如不属于医疗器械管理范围, 提供相关证明或情况说明。
			所投医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)的制造商和代理商均需提供有效的《辐射安全许可证》。
		信用信息查询(由采购代理机构查询)	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝其参与本项目投标。(查询渠道: “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 查询: 重大税收违法失信主体; “信用中国”跳转“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn) 查询: 失信被执行人; “中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 查询: 政府采购严重违法失信行为记录名单); 注: 采购代理机构在响应文件提交截止时间至资格审查结束前查询相关主体信用记录。供应商提供信用信息查询书面声明。
		书面承诺	提供不存在联合体参加投标, 不存在转包或分包的承诺函。
2	符合性 评审标准	报价	报价是否超过采购文件中规定的预算金额、最高限价
		签署、盖章	响应文件是否按采购文件要求签署、盖章
		报价唯一	报价是否唯一, 是否出现有选择的报价或替代方案的
		投标有效期	自响应文件提交截止日起 60 天
		交货期	接采购人通知后 90 日历天内
		交货地点	采购人指定地点
		质量要求	符合国家及行业现行规范、标准及本项目技术服务要求
		质保期	所有产品整机质保 ≥ 1 年
		其他实质性要求	满足采购文件实质性要求
		附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件

15.4 响应文件存在下列情况之一的, 由采购小组符合性评审后按废标处理:

- (1) 未通过单一来源采购文件资格审查及符合性审查的;
- (2) 法律法规规定的其他情形。

15.5 采购小组依据供应商的技术响应、服务承诺、报价情况及市场价格与供应商进行协商, 可要求供应商就采购标的成本、同类项目合同价格等情况进行说明, 在保证采购质量前提和项目预算范围内, 最终商定合同主要条款及价格, 采购小组将要求供应商在规定的时间内提交最终报价, 最终报价不能大于首次报价。

15.6 采购小组和采购代理机构不退还响应文件。

六、授予合同

16、成交通知书

16.1 确定成交供应商后，采购代理机构签发《成交通知书》并通知成交供应商。

16.2 成交通知书将作为签订合同的依据。

17、签订合同

17.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间与采购人签订合同。

17.2 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其协商过程中的澄清和承诺文件等，均为签订合同的依据，成交供应商不得再提出任何背离上述文件内容的条件或要求。

18、服务费

采购代理机构按投标须知前附表的规定向成交供应商收取代理服务费。

七、保密及注意事项

19、为加强本次采购活动的管理和监督，保证协商严肃有序地进行，特提出以下注意事项，采购小组、采购人、供应商及有关工作人员应共同遵守。

19.1 协商工作严格按规定的程序，在采购小组内部独立进行，协商内容不得泄露。

19.2 在协商期间，参加协商的供应商不得进行影响评审结果的活动。

19.3 在协商过程中，采购小组成员不应与供应商私下交换意见。

19.4 在协商工作结束后，所有接触协商的人员不得也不应将协商情况扩散出相关人员之外。

19.5 采购小组不向供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

八、询问、质疑、投诉

20.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.3 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：供应商提出质疑的，应以书面形式提供质疑函的原件。采购人应当向质疑供应商以书面形式签收回执。

联系部门：国隆项目咨询有限公司招标一部

联系电话：0371-55001516

通讯地址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际 1 号楼 A 座 12B 层国隆项目咨询有限公司

20.4 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

20.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内，依照相关规定向财政部门提起投诉。

20.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

九、其他

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 合同条款及格式

（此合同仅供参考，实际以签订为准，但付款方式后期不得更改）

河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)采购项目购销合同

合同编号：_____

签约日期：_____

签约地点：_____

甲方：_____

乙方：_____

地址：_____

地址：_____

法定代表人/负责人：_____法定代表人/负责人：_____

联系人：_____联系人：_____

手机：_____手机：_____

固话：_____固话：_____

传真：_____传真：_____

邮编：_____邮编：_____

电子邮箱：_____电子邮箱：_____

微信号：_____微信号：_____

甲方于____年____月____日对_____项目进行采购（项目编号：_____），经过评审，确定乙方为本项目的中标单位。根据采购文件要求和乙方投标文件承诺，并依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，就甲方向乙方采购_____事宜，甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、合同金额

甲方向乙方采购医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统），一套，直线加速器品牌型号为：_____；合同总金额为：_____（小写）；_____（大写）。

上述金额为本次合同总价，合同总价包括合同产品价格、税费、乙方运输费用、包装

费用、安装调试费用、质保期内维护费用、验收费用、保险费用等所有费用，甲方不再另付任何费用。

配置清单见附件（共____页），附件与本合同具有同等效力。

二、甲方权利与义务

1、保证产品进场前场地设施符合安装条件。

2、经甲方验收合格且在乙方不存在违约情形时，按照合同约定如期支付乙方货款。

3、甲方有权按照本合同约定要求乙方提供产品，乙方未按本合同约定提供产品的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4、乙方提供的产品出现问题的，甲方有权要求乙方更换并承担违约责任，乙方拒不更换或不承担责任的甲方有权解除本合同。

三、乙方权利与义务

1、乙方应当按照本合同及附件的约定向甲方提供合格的产品。乙方须保证提供的产品是最新生产日期且需经甲方确认。

2、在产品交付使用前所发生的所有与产品相关的运输、安装及安全保障等税费用均由乙方负责；包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输，符合行业运输标准，乙方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀增加费用等后果负责。

3、甲方签署验收合格单之日视为货物交付之日，在此之前发生的产品毁损、灭失等风险由乙方承担。

4、未经甲方事先书面同意，乙方不能转让本合同项下的权利、义务。

5、乙方应当安全生产、运输、安装调试和维护，杜绝发生安全事故，如发生安全事故和人身损害的，由乙方负责。

四、交货期限、地点

1、本合同生效后，接甲方通知____日历天内，乙方负责将货物运到甲方指定地点并安装调试完毕。甲方变更安装地点的，可以提前1天通知乙方，乙方应当按照甲方要求变更安装地点并完成安装调试，乙方不得要求甲方支付安装、运输费用或增加的安装、运输费用。

2、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具（如有）等交付给甲方；乙方未及时完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

五、验收

1、设备到达现场后，甲乙双方共同开箱验货，乙方交付的货物完全符合本合同和招、投标文件所规定的品质数量、规格型号以及各项技术参数要求，且在安装调试运行正常后，甲方向乙方签署“验收合格单”。

2、验收合格并不意味着甲方对乙方全部产品的品质确认，如产品发生质量问题，乙方仍应承担全部责任，包括但不限于免费退换货物并赔偿甲方全部损失等。

3、如经检验、验收后不合格，甲方有权要求乙方更正并承担逾期交付的违约责任。如验收不能通过，则甲方有权解除合同，乙方需自收到甲方解除合同通知后的三个工作日内无条件退还已收取的所有款项，并按本合同标的额的 30%支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿甲方损失。若乙方迟延退还甲方已付所有款项，以应退还金额为基数，自逾期之日起按日万分之五向甲方支付利息至实际付清之日止。

六、结算方式

1、共管账户的设立与管理

1.1 为保障本合同项下设备购置资金的安全支付，双方应在本合同生效后三个工作日内，以供应商名义在中国建设银行股份有限公司郑州经七路支行开立银行结算账户，并设立组合印鉴，账户由双方共同管理。

1.2 该账户实行双方共同管理的形式，即任何款项的支付均需经双方共同签署支付指令后方可办理。未经双方一致同意，任何一方不得单方面操作该账户。

1.3 共管账户设立完成且甲方在收到设备款全额收据后，立即将本合同约定的设备购置款总额，即人民币 元（大写： ）一次性支付至该共管账户。

2、支付条件与流程

自甲方付款至共管账户之日起，乙方可根据下列进度节点，向甲方申请办理款项的释放支付：

2.1 第一笔款项（合同总价的 50%）：当乙方将合同设备运抵甲方指定地点，经甲方授权代表书面签收，且乙方提供设备全额发票后，乙方可向甲方申请第一笔款项的释放支付。

2.2 第二笔款项（合同总价的 50%）：当设备安装调试完毕，通过甲方最终验收并签署验收单后，乙方可向甲方申请第二笔款项的释放支付。

3、特别约定

3.1 发票与付款：若乙方未按约定及时提供合法有效的发票，甲方有权顺延相应部分的付款，且不承担违约责任。

3.2 履约与退款：若因乙方原因导致合同解除或乙方根本违约，双方应在相关法律文件生效后五个工作日内，共同指令银行将共管账户内的全部资金及利息退回至甲方账户。

3.3 账户利息：共管账户存续期间产生的利息，在合同正常履行完毕后，退还至甲方账户。

3.4 税率调整：如遇国家税收政策调整，发票税率以开具发票时点的法定税率为准。

七、履约保证金

1、履约保证金的金额：合同总金额的 5%，人民币_____元；

2、缴纳时间：乙方需在合同签订前，最迟在合同签订后 15 日历天内向甲方缴纳；逾期未缴纳甲方有权解除合同；

3、缴纳方式：货币资金转账支付或者银行保函的形式

4、保函：需提交无条件见索即付的银行保函，保函有效期：至合同履行期限结束

5、履约保证金的退还：

5.1 在乙方履行完合同约定义务事项后无息退还；

5.2 如乙方未履行合同约定的义务，甲方有权从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 日历天内，及时补充扣除部分金额；

5.3 乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

八、质保期及售后服务

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）自产品终验验收合格之日起计算。

2、产品的质保期为_____年，须有厂家承诺的保修证明，保修范围包括但不限于：设备主机、设备附属附件（_____等）、设备故障所需维修配件（含核心配件）及设备保养所需保养件、随机的其他辅助设备。

3、质保期间，乙方承担零配件更换及产品质量等问题而产生的任何维修费用，包括在厂家（供应商维修服务中心）维修时的包装、运保费等；乙方承担设备按照产品手册维护保养所需的保养费。

4、质保期内，乙方需要提供每年_____次的免费巡检和保养。

5、质保期后，乙方承诺只收取零配件费，工程师产生的交通、住宿、工资等费用由乙方全部承担。

6、产品使用期间（包括质保期满后），对于甲方因质量问题而发出的请求，乙方须于

小时内响应，____小时内上门服务，若未按时到达现场所造成的损失由乙方承担。

7、售后服务（见投标文件____页）。

8、设备开机率 $\geq 95\%$ ，（按一年 365 天每天 24 小时计算），开机率未达标则每停机 1 天保修顺延 7 天。

9、乙方需提供供货安装调试及质量保证书原件。

九、技术服务

1、产品安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场不少于____人次的免费培训。

2、对甲方维修技术人员进行至少____个名额的技术培训。

3、乙方向甲方提供产品详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。

4、乙方向甲方提供软件免费维护升级服务。

十、知识产权

乙方保证为甲方提供的产品来源合法、正规，不存在侵犯第三方包括著作权、专利权、专有技术权、商标权和商业秘密等在内的知识产权情形。如第三方主张乙方提供的产品或服务侵犯该第三方的前述知识产权的，由乙方对上述权利主张予以解决，并承担由此引起的一切责任及费用（包括但不限于纠纷解决费用、诉讼费、仲裁费、律师费、为保证甲方使用向第三方支付使用费及由于该等纠纷给甲方造成的损失等）。

十一、不可抗力

1、由于地震、台风、水灾、火灾、疫情、战争、国家政策和法律变化以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应以最快方式通知对方，并在不可抗力消失后 10 个工作日之内，提供上述不可抗力的详细情况及本合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。

2、如果不可抗力事件持续存在超过 10 个工作日，甲乙双方应通过友好协商，商定继续履行本合同的方法或者终止本合同。

3、遭受不可抗力影响一方应当及时采取有效措施降低或减少因不可抗力造成的损失，否则应对扩大损失部分承担违约责任。

4、一方迟延履行发生不可抗力的，该方不得因此减少或免除责任。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方支付乙方实际损失 10%的违约金。

2、乙方未按本合同约定期限交付产品、完成安装调试的，每逾期一天应按延期交货金额日 0.05%向甲方支付违约金。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。

3、乙方所交货物的品质数量、规格型号、技术参数等不符合本合同约定及甲方招标文件要求的，甲方可以选择：

（1）拒收或退回货物，并要求乙方退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿；

（2）要求乙方更换或补齐，因此导致逾期交付的，每逾期一天应按延期交货金额日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30%向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。

4、乙方有任何违约行为的，甲方有权全额扣收乙方履约保证金。

5、对于乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从应付货款中抵扣，不足部分，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内支付完毕，否则乙方应按应付金额的日万分之五自逾期之日起至实际支付之日向甲方支付违约金。

十三、争议的解决

1、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律（香港、澳门、台湾地区法律除外）。

2、因履行本合同发生争议时，甲乙双方应首先通过协商方式解决。协商不成的，则任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除法院另有判决外，因解决争议而发生的一切费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、财产保全费、鉴定费、邮寄费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。

3、在诉讼期间，甲乙双方仍应继续履行本合同不涉及争议的条款。

十四、反商业贿赂条款

1、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第 2 款所列示的任何一种行为，都是违反甲方规章制度的，都将受到甲方规章制度和国家法律的惩处。

4、甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第 2 款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第 2 款、第 3 款、第 4 款约定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6、本条所称“其他相关人员”是指甲乙双方经办人以外的与本合同有直接或间接利害关系的人员，包括但不限于本合同经办人的亲友。

十五、通知与送达

1、根据本合同需要发出的全部通知均采用书面形式，以亲自递交、邮寄或电子邮件等方式送达对方。双方在本合同文首中载明的地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达。

2、双方均负有回应对方发出的通知的义务。所有通知和往来通讯将被认为是于下列日期正式送达被通知方并为其所知悉：若采用亲自递交的方式，则以被通知方收到该通知的日期为准；若采用快递的方式，则以交邮后的第 5 个工作日为准；若采用电子邮件的方式，则以发送方电子邮箱显示发送成功的时间为准。

3、一方变更通讯地址或者联系方式的，应及时将变更后的地址、联系方式按上述通知方式以书面形式通知对方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

十六、其他约定

1、乙方须提供设备及工作场所所需的放射性职业病危害预评价/控制效果评价，以及核技术利用建设项目环境影响评价/竣工环保验收等服务，服务须由有资质的公司/单位具体实施，以满足国家要求为准。若乙方对具体服务内容有疑问，可与甲方沟通，甲方为供应商提供评价资料、现场踏勘等必要的便利条件。

2、乙方须提供机房屏蔽防护改造工程服务，包括但不限于四周墙体（含房顶、地板）的屏蔽新装、补充、修补、防护门窗新购/更换等（与原有建筑连接的基建工程除外），以满足使用需求为准。若乙方对具体服务内容有疑问，可与甲方沟通，甲方为投标方提供建筑图纸、屏蔽要求等必要的便利条件。

3、乙方需提供涉及甲方肿瘤放疗信息管理、HIS、PACS、医技预约、医疗设备精细化

管理等系统的连接服务，实现与甲方各业务系统互联互通，并提供设备运行效率及经济效益的实时分析服务，由乙方负责改造并承担所有相关费用。

4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，补充协议及附件与招标文件、投标文件均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

5、本合同有效期自本合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

十七、合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人/负责人或委托代理人签名或盖章并加盖公章/合同专用章之日起生效。

本合同一式__份，甲方__份，乙方__份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
（签名或盖章）：（签名或盖章）：

联系电话：联系电话：

社会统一信用代码：社会统一信用代码：

开户行：开户行：

账号：账号：

日期： 年 月 日日期： 年 月 日

备注：实际签订时可在此基础上细化、补充。

附件：

1、设备配置清单

序号	名称	品牌	品牌中文名称	型号和规格	数量 (单位)	原产地和制造商名称	单价	总价	备注
1									
2									
3									

2、质保期内外售后服务的承诺函
(请将承诺函添加至本协议附件内)

供货安装调试及质量保证书
(国产产品填写)

致：河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）

作为生产（所投设备名称）的企业，我单位（制造商名称）同意上述产品参与“（项目名称）及（项目编号）”的投标工作。根据招标文件的要求，如我单位生产的产品在采购项目中中标并与贵单位依法签订购销合同后，我单位保证上述产品的生产标准达到产品执行标准和投标文件响应程度。

投标有效期及合同有效期内，保证按采购文件、响应文件及采购合同等的具体要求向采购人提供投标产品，并提供产品的安装调试、质保期内外服务，保证各类手续的办理至交钥匙工程。如有违反，愿依法承担相应责任。

我单位保证出具的产品质量及货源保证书真实，合法，并愿承担一切法律责任。

1. 我单位保证在本项目购销合同约定的质保期内：①提供整机全保服务，包括但不限于人工、维修、保养、所有备件（含核心部件）、设备的软件升级补丁及技术支持等，甲方不再支付任何费用；②产品开机率 $\geq 95\%$ ，（按一年365天每天24小时计算），开机率未达标则每停机1天保修顺延7天。

2. 我单位保证在本项目购销合同约定的质保期外至本设备有效使用年限内，设备整机全保年维保费用不超过合同金额的8%，①提供与质保期内同等标准的整机全保服务，包括但不限于人工、维修、保养、所有备件（含核心部件）、设备的软件升级补丁及技术支持等；②保证产品开机率 $\geq 95\%$ ，（按一年365天每天24小时计算），开机率未达标则每停机1天保修顺延7天。

本保证书有效期限为：投标有效期开始之日起至本设备有效使用年限止。

生产企业名称(盖章): _____

中标供应商名称(盖章): _____

生产企业经办人(签字或盖章): _____

中标供应商经办人(签字或盖章): _____

日期: _____

日期: _____

注：生产企业、供应商应如实填写并按格式签字或盖章，作为中标供应商与采购人签订合同的重要依据。

第四章 采购需求

第一部分：医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）采购项目采购标的清单							
序号	采购标的名称	数量	单价	预算金额	是否接受进口产品	所属行业	是否核心产品
1	医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)	1	3996 万元	3996 万元	不接受	工业	是
2	固定式剂量报警仪	1	1 万元	1 万元	不接受	工业	否
3	个人剂量报警仪	3	1 万元	3 万元	不接受	工业	否
合计		5		4000 万元			
注：投标人单价报价不得高于上述单价，否则视为无效投标。							

第二部分：技术要求

序号	设备技术要求	功能描述
一	放射治疗系统	
1	主机核心结构基本要求	
1.1*	设备类型	所投设备必须具备螺旋 CT 成像功能，且必须为 2022 年后在国内首次注册上市的高端放射治疗系统。
1.2	机架结构	环形机架，可支持加速器射束绕机架中心 360 度连续旋转
1.3	加速管类型	驻波
1.4	加速器去均整块技术（FFF 模式）	具备
1.5	微波功率系统	磁控管
1.6	微波功率	≥3MW
1.7*	一次摆位长靶区照射范围	不小于 135cm X 40cm（长 X 宽）
1.8	一次摆位多靶区照射能力	具备
1.9	治疗模式	具备多弧容积调强放疗或螺旋断层放疗模式
1.10	计算机控制系统	数字化
1.11	治疗安全性	加速器治疗系统及成像系统等移动部件应隐藏于机架中，避免与治疗床或患者的碰撞风险。
1.12	射束屏蔽系统	机架内应安装射束屏蔽系统以降低机房内散射线保护患者，并降低机房射线防护要求。
1.13	电子枪	具备
2	X 射线束特性：	
2.1	X 线能量	≥6MV

2.2*	X 线常规剂量率（等中心）	$\geq 800\text{MU/min}$
2.3	X 线剂量率稳定性（在 2min 内变化）	$< \pm 2\%$
2.4	靶	一体化固定靶
2.5*	射野半影	$\leq 5\text{mm}$
2.6	X 线泄漏	在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，辐射 $\leq 0.3\%$ ；射野内，准直器闭合时，辐射 $\leq 0.5\%$
3	剂量监测系统	
3.1	电离室结构	采用独立双通道全封闭电离室
3.2	电离室剂量精度	$\leq 1\%$
3.3	电离室剂量线性度	$\leq 1\%$
3.4	设备安全连锁系统	具有多重安全联锁装置
4	多叶准直器系统（MLC）	
4.1	叶片数量	≥ 60 片
4.2*	叶片驱动机制	气动式
4.3*	单个叶片在等中心平面的最小投影宽度	$\leq 6.5\text{mm}$
4.4	单个叶片运动能力	可完全穿过射野中线至对侧
4.5*	叶片开闭状态切换	$\leq 30\text{ms}$
4.6	叶片间漏射	$\leq 0.25\%$
4.7	叶片的验证	实时的叶片开关状态验证
4.8	叶片调强时可产生的最小射野（IMRT 分辨率）（ $\text{mm} \times \text{mm}$ ）（在等中心处）	$\leq 25 \times 6.25$
4.9	等中心射野尺寸	$2.5\text{cm} \times 0.625\text{cm}$ 至 $5.0\text{cm} \times 40\text{cm}$
4.10	叶片厚度（mm）	$\geq 100\text{mm}$
4.11	初级准直器厚度（mm）	$\geq 130\text{mm}$
5	机械运动系统	
5.1	机架孔径（cm）	≥ 85
5.2*	机架旋转	可沿同一方向 360° 连续旋转运动
5.3	机架旋转精度	$\leq 0.1^\circ$
5.4*	等中心精度	$\leq 0.4\text{mm}$
5.5	源轴距（SAD）（cm）	≥ 85
5.6*	机架最大旋转速度	$\geq 10\text{RPM}$ （圈/分钟）
5.7	等中心高度（距离治疗室地面）	$\leq 113\text{cm}$
6	治疗床系统	
6.1	运动控制	调速电机控制，可无级调速运动
6.2	负载能力	200KG
6.3	治疗床面板	碳纤维
6.4	床面运动方式	可在垂直、前后、左右六个方向运动
6.5	床面最大运动速度（ mm/s ，Y 轴方向）	≥ 70
6.6	治疗床运动重复性精度（mm）	$\leq \pm 0.5$
6.7	治疗床运动定位精度（mm）	$\leq \pm 1$
6.8	垂直最大移动距离（mm）	≥ 425

6.9	前后（水平）最大移动范围（mm）	≥2200
6.10	左右移动范围（mm）	±30
6.11	手动控制	除了由电机控制运动之外，提供的治疗床运动均能由手动方式控制
7	MV 影像引导系统	
7.1	影像引导系统	MV 螺旋 CT
7.2	成像射束类型	扇形束
7.3	探测器类型	电离室
7.4	成像分辨率	≥512×512（0.76mm 像素）
7.5	空间（对比）分辨率(IEC Xf x Zf)	1.6mm
7.6	密度分辨率（软组织对比度）	≥3% for 30mm
7.7	图像噪声	≤4%
7.8	图像均匀性	≤25HU
7.9	等中心处 FOV（cm）	≥39
7.10	射线束特性	
7.10.1	成像射线束	
7.10.1.1	X 线能量（MV）	≤3.5
7.10.1.2	成像 X 线焦点（mm）	≤1.6
7.10.1.3	可用扫描厚度（mm）	1, 2, 3, 4, 6
7.10.1.4	患者接收单次 MVCT 的剂量（cGy）	≤3
7.11	图像配准方式	手动或自动，软组织或骨性配准
7.12	图像重建算法	滤波反投影；
7.13	图像重建时间	实时；在图像采集时逐层重建
7.14	源到探测器的距离	140cm
8	螺旋断层调强功能	
8.1	螺旋断层调强放疗模式	治疗中机架连续螺旋运动，射线从 360° 方向经超高速二元光栅调制后对肿瘤靶区实施照射。
8.2	治疗床运动方式	治疗过程中，治疗床搭载患者匀速步进运动，速度由计划自动设置。
8.3	单次计划最大照射范围	≥ 135cm X 40cm（长 X 宽）
9	激光定位灯	
9.1	数量	固定激光灯 2 个和可移动激光定位灯 5 个
9.2	定位精度（mm）	≤±0.25
9.3	定位范围（cm）	0 - 40
9.4	移动速度（mm/s）	可变，0.2 - 100
二、	计算机控制系统	
1	操作工作站	
1.1	工作站硬件配置	
1.1.1	处理器	优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器
1.1.2	内存（GB）	≥32
1.1.3	硬盘（GB）	≥930
1.1.4	显示器尺寸（"）	≥20

1.1.5	操作系统	正版 microsoft windows 操作系统
1.1.6	网络接口	两个千兆以太网口
1.2	软件功能要求	
1.2.1	图像采集/重建	最短可以 6 秒内完成机架旋转 360 度, 采集图像并同步进行图像重建
1.2.2	图像处理	有视图管理工具栏等, 包括: 窗宽/窗位调节, 放大/缩小, 编辑/处理等
1.2.3	图像配准	可以手动和自动进行计划 CT 图像和验证 MV/KVCT 图像配准
1.2.4	操作监控系统	全数字化控制系统, 实时监控加速器主要参数
三、	治疗计划系统	
1	计划工作站	
1.1	工作站数量	≥1 套
1.2	工作站硬件配置 (不低于以下配置)	
1.2.1	处理器	不低于 IntelXeon E5-260v3 (X2)
1.2.2	内存 (GB)	≥48
1.2.3	硬盘 (GB)	≥240
1.2.4	显示器尺寸 (")	≥24
1.2.5	操作系统	正版 microsoft windows 10
1.2.6	网络接口	千兆以太网口
1.3	软件功能要求	
1.3.1	轮廓勾画	具备各器官轮廓勾画或修改等功能
1.3.1.1	创建 VOI	系统支持计划中创建超过 200 个 VOI。单个 VOI 可同时包含实体轮廓和空心轮廓。
1.3.1.2	自动内插勾画	在影像层上创建一个轮廓, 在另一个非相邻影像层上创建一个轮廓。系统将使用线性内插自动插值中间轮廓。
1.3.1.3	勾画笔	支持
1.3.1.4	线段勾画	支持
1.3.1.5	圆形工具	支持
1.3.1.6	碰撞工具	支持
1.3.1.7	3D 魔术勾画	支持
1.3.1.8	2D 魔术勾画	支持
1.3.1.9	移动和调整控制点	支持
1.3.1.10	VOI 运算	处理现有 VOI 和创建新 VOI 的工具。可按顺序分步进行多个 VOI 运算以生成复杂结果
1.3.2	图像配准功能	支持 CT、PET、MR 等图像配准
1.3.2.1	Seed Point Registration (种子点配准)	通过放置和修改种子点, 不使用强度数据。执行配准变换时, 通过旋转和平移最大限度地缩小相应种子点之间的 RMS 距离。
1.3.2.2	刚性影像配准	基于图像数据的相对强度应用计算, 将来自两个图像的公共信息最大化到一个体积中, 并对主影像系列和次级影像系列执行自动配准。
1.3.2	计划设计	

1.3.2.1	逆向调强计划	支持
1.3.2.2	射野宽度选择	支持
1.3.2.3	螺距值选择	支持
1.3.2.4	高/低剂量百分体积约束函数	支持
1.3.2.5	多叶光栅 MLC 动态调强	支持
1.3.2.6	根据调强计划自动生成子野序列和机架旋转速度	支持
1.3.2.7	剂量算法	卷积 CCC 算法
1.3.2.8	剂量分布图转移到体模	支持
1.3.3	计划视图工具	
1.3.3.1	四视窗显示	支持
1.3.3.2	横断面、矢状面、冠状面视图	支持
1.3.3.3	视窗属性可变	支持
1.3.3.4	显示选择:	改变颜色、透明度和虚实; 开关轮廓; 窗宽、窗位调节
1.3.3.5	患者方向	支持
1.3.3.6	显示绝对剂量	支持
1.3.3.7	所有显示可旋转和放大	支持
1.3.4	叠加算法逐点修正 CT 密度值	支持
1.3.5	患者模型的三维体积重建	支持非等层厚方式、非等层间距扫描方式、分次检查合并功能
1.3.6	患者录入和轮廓勾画	逐点和连续勾画
1.3.7	实时交互显示	支持
1.3.8	图像灰度	可任意调整, 预设 3 种窗宽窗位
1.3.9	计划输出	支持硬拷贝到打印机/绘图仪
1.3.10	计划评估	可以进行 DVH 的计算和显示, 包括: 积分和微分 DVH 的计算, 能同时显示单/多个器官的 DVH
1.3.11	调强图像显示与处理	用户界面要求, 有视图管理工具栏、图像编辑功能和定位匹配功能。
1.3.12	剂量验证	可以实现剂量验证功能, 即对实际照射的剂量分布与理论的剂量分布进行评估和分析
1.3.13	治疗计划模型的建立	出厂前完成加速器的数据采集拟合和建模的工作
2	使用高性能 GPU 图形处理硬件	支持
3	网络连接与传输	
3.1	系统可接受符合 DICOM3.0 协议的 CT 图像	支持
3.2	系统可接受第三方系统 (TPS) 的轮廓线等数据 (RT Structure)	支持
四、	数据管理系统	
1	iDMS 系统	
1.1	硬件配置	
1.1.1	CPU	不低于 Intel Xeon E5-2620v3
1.1.2	内存 (GB)	≥32

1.1.3	C 盘（操作系统和应用软件）	≥2TB
1.1.4	D 盘（患者数据）	≥1.2TB
1.1.5	E 盘（备份数据）	≥4TB
1.1.6	网络端口	两个千兆端口
1.1.7	冗余电源（UPS）	提供
1.1.8	操作系统	微软 Windows 服务器 2012 R2
1.1.9	数据库	微软 SQL 服务器 2014
1.2	软件功能要求	
1.2.1	影像浏览和输入	
1.2.1.1	浏览存储的 DICOM 影像列表	支持
1.2.1.2	删除已存储的 DICOM 影像序列	支持
1.2.1.3	从硬盘下载 DICOM 影像序列	支持
1.2.1.4	导入并关联已存储患者的 DICOM 影像	支持
1.2.1.5	注册新的影像设备以便输入	支持
1.2.2	系统数据管理工具	
1.2.2.1	浏览系统事件	支持
1.2.2.2	管理 DICOM Hosts	支持
1.2.2.3	浏览和设计系统登录和链接政策	支持
1.2.2.4	管理密码锁	支持
1.2.2.5	管理系统备份和数据库事件	支持
1.2.2.6	生成和升级组织架构信息	支持
1.2.2.7	现实和管理数据存储路径	支持
1.2.2.8	注册扫描仪	支持
1.2.2.9	浏览数据档案	支持
1.2.3	患者数据存储/恢复	
1.2.3.1	浏览激活患者和已归档患者记录	支持
1.2.3.2	储存/恢复患者记录	支持
1.2.3.3	输入，覆盖，下载和删除患者数据	支持
1.2.3.4	浏览患者记录的追踪记录	支持
五	系统高级	
1	VoL0 计划优化算法和剂量计算功能	使用高性能 GPU 图形处理硬件，更快速、更便捷的交互设计治疗计划。
2	高精度治疗模式（1cm）	
2.1	射野宽度	1cm
2.2	多靶点治疗能力	具备
2.3	非等中心照射	支持
3	TQA 软件包	
3.1	功能描述	根据 TG148 报告的推荐，提供集成的自动机器质控功能。简化了对治疗系统采集和分析质控数据的步骤对于系统组件的检查和功能趋势分析可以前瞻性的对系统监控。
3.2	功能模块	
3.2.1	TQA 数据库授权登录	支持

3.2.2	空气扫描	支持
3.2.3	系统诊断/监控	支持
3.2.4	基础剂量模块	支持
3.2.5	日常 QA 模块	支持
4	标准质控包	
4.1	专用 Phantom	1 套
4.2	用于 Phantom 的密度插头	1 套
4.3	校准微型电离室 AISL mini ion chambers	2 套
4.4	CT 校准微型电离室 A17 CT slice ion chamber	1 套
4.5	固体水	1 套
5	高级质控包	
5.1	小型二维（2D）水箱含机械臂	1 个
5.2	8 通道断层静电计 8-Channel TomoElectrometer	1 个
5.3	水箱扫描数据测量软件 TOMO ElectroMeter Measurement System (TEMS)	1 套
6	RIT 胶片分析软件和胶片扫描仪	
6.1	质量保证（QA）胶片剂量分析软件	1 套
6.2	胶片剂量数字化仪	1 个
6.3	胶片数字化仪系统数据处理和分析软件包	1 套
7	剂量报警仪	
7.1	固定式剂量报警仪	1 套
7.2	个人剂量报警仪	3 套
8	质保期	
8.1	所有产品整机质保≥1 年	

第三部分：服务要求

一、供应商需提供以下服务，由此产生的相关费用由供应商承担并包含在投标报价中（提供承诺，否则视为无效投标）

1、根据医院实际需求，供应商须提供设备及工作场所所需的放射性职业病危害预评价/控制效果评价，以及核技术利用建设项目环境影响评价/竣工环保验收等服务，服务须由有资质的公司/单位具体实施，以满足国家要求为准。若供应商对具体服务内容有任何疑问，可与采购方沟通，采购方为供应商提供评价资料、现场踏勘等必要的便利条件。

2、根据医院实际需求，供应商提供机房屏蔽防护改造工程服务，包括但不限于四周墙体（含房顶、地板）的屏蔽新装、补充、修补、防护门窗新购/更换等（与原有建筑连

接的建设工程除外），以满足使用需求为准。若供应商对具体服务内容有疑问，可与采购方沟通，采购方为投标方提供建筑图纸、屏蔽要求等必要的便利条件。

3、供应商需提供涉及采购方肿瘤放疗信息管理、HIS、PACS、医技预约、医疗设备精细化管理等系统的连接服务，实现与采购方各业务系统互联互通，并提供设备运行效率及经济效益的实时分析服务，由供应商负责改造并承担所有相关费用。

二、质保期外售后服务要求（提供承诺，否则视为无效投标）

1、供应商需要提供质量保证期(保修期)结束后，设备年度全保维保费用最高不超过合同金额的8%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与质保期内相同。

第四部分：商务要求

- 1、交货期：接采购人通知后90日历天内。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、质量要求：符合国家及行业现行规范、标准及本项目技术服务要求。
- 4、质保期：所有产品整机质保 ≥ 1 年。

第五章 响应文件格式

河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院） 医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)采购项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

联系方式：_____

_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应函
- 二、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书
- 三、报价一览表
- 四、报价明细表
- 采购标的成本说明
- 五、供应商基本情况表
- 供应商资格证明文件
- 六、商务条款偏离表
- 七、供应商项目案例清单及证明
- 同类项目合同价格说明
- 八、技术服务响应与偏离表
- 九、供应商履约能力及服务方案
- 十、服务承诺
- 十一、其他需要说明的技术服务相关内容
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、政府采购执行政策相关证明材料

一、响应函

致： 河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）

根据贵单位单一来源采购公告的邀请，我们决定参加贵单位组织的__（项目名称）项目的单一来源采购。我方授权_____（姓名和职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

2、我方已详细阅读和审查了全部单一来源采购文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

3、我方愿意按照单一来源采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

4、响应文件有效期：自响应文件提交截止日起 60 天，在单一来源文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

5、**我公司承诺成交通知书发出后在规定时间内与采购人签订合同，同时按合同格式要求提供厂家《供货安装调试及质量保证书》。未能按期提供的，视为放弃本项目。**

6、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务；按单一来源采购文件的规定向代理机构支付代理服务费。

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

邮箱：_____

供应商授权代表姓名、职务（印刷体）：_____

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年___月___日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（加盖公章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件或复印件

法定代表人授权委托书

_____ (供应商名称)的法定代表人_____ (姓名、职务)授权_____ (供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就_____ (项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：自响应文件提交截止日起 60 天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

供应商名称(加盖公章)： _____

法定代表人(签字或盖章)： _____

授权代表(签字或盖章)： _____

_____年____月____日

法定代表人身份证扫描件或复印件

委托代理人身份证扫描件或复印件

注：如法定代表人参与协商仅提供法定代表人身份证明，无需提供法定代表人授权委托书。

三、报价一览表

项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器(螺旋断层放射治疗系统)采购项目
供应商名称	
投标内容	螺旋断层放射治疗系统的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等。
投标报价(元)	大写：_____ 小写：¥_____元
交货期	接采购人通知后____日历天内
交货地点	采购人指定地点
质量要求	符合国家及行业现行规范、标准及本项目技术服务要求
质保期	所有产品整机质保____年
投标有效期	自响应文件提交截止日起 60 天
备注：	

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

四、报价明细表

单位：元（人民币）

序号	产品名称	规格型号	品牌、产地	数量、单位	制造商全称	单价（元）	金额（元）	备注
1	医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）			1 套				
2	固定式剂量报警仪			1 套				
3	个人剂量报警仪			3 套				
.....								
合 计（人民币）			小写：			大写：		

注：1. 本表供应商可根据实际情况自行增加或减少。

2. 上述产品（货物）中的报价应包含招标文件中规定的全部内容。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年___月___日

附：采购标的成本说明。

采购标的成本说明

五、供应商基本情况表

供应商名称				
统一社会信用代码				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人	姓名		电话	
经营范围				
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)				
备注				

附：供应商资格证明文件。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

供应商资格证明文件

附：供应商资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明。（复印件加盖公章）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供由会计师事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告或开标前三个月内基本户银行出具的资信证明。

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）提供开标日前 6 个月内任意 1 个月的缴纳税收的凭据。

①提供缴费银行单据或税务机关出具的证明复印件或扫描件作为证明材料；

②供应商开标日前 6 个月零缴税，须提供开标日前 6 个月税务系统中纳税申报截图信息作为证明材料，其中：成立时间不满半年的企业，零缴税仅须提供成立以来税务系统纳税申报截图；

③成立时间未超过 1 个月的一般纳税人，或者未达到季报周期的小规模纳税人，提供合理说明；

④供应商依法免税，应提供依法免税的相应证明文件。

（2）提供开标日前 6 个月内任意 1 个月的缴纳社会保险的凭据。

供应商不需要缴纳社保的，需提供能够有效证明其属于国家允许不缴纳社保的相关证明文件（复印件或扫描件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明。

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

本公司____（公司名称）____在此郑重声明，我公司具备参加本次____（项目名称）____履行合同所必需的设备和专业技术能力。本公司愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本公司及参与人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

本公司_____（公司名称）_____在此郑重声明，在参加本次政府采购活动_____（项目名称）_____前3年内在经营活动中无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。本公司愿为此声明的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、谎报等行为，本公司及参与人员愿意承担所有由此引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此声明！

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

6、投标产品如属于医疗器械，投标人须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）及相关规定提供如下有效资质：

（1）投标产品的医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案凭证（含备案信息表及其附录）；

（2）境内生产商的生产资格：提供医疗器械生产许可证，或生产备案凭证，附表或备案信息需包含投标产品；

（3）投标人的经营资格：①提供医疗器械经营许可证或经营备案凭证②产品免于经营备案的，提供国家药品监督管理局免于经营备案具体产品名录③医疗器械注册人、备案人在其住所或者生产地址销售其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合规定的经营条件。

（4）投标产品如不属于医疗器械管理范围，提供相关证明或情况说明。

7、所投医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）的制造商和代理商均需提供有效的《辐射安全许可证》。

8、信用信息查询

信用信息查询书面声明

本公司_____（公司名称）_____在此郑重声明：

我公司无以下不良信用记录情形：

1. 被列入失信被执行人；
2. 被列入重大税收违法失信主体；
3. 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4. 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我公司已就上述不良信用行为按照文件中规定进行了查询。我方承诺：合同签订前，若我方具有不良信用记录情形，可取消我方中标资格或者不授予合同，所有责任由我方自行承担。同时，我方愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

注：由采购代理机构查询相关主体信用记录（查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体；“信用中国”跳转“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）查询：失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）。

9、承诺函

承诺函

本公司_____（公司名称）_____在此郑重承诺：

我公司不存在联合体参加投标，不存在转包或分包。

我公司与采购人及相关代理机构没有行政及经济关联或利害关系。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

六、商务条款偏离表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受对合格供应商完成采购范围内工作、提供合格服务要求。		
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务。		
3	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务；所提供的报价为总报价，系采购方支付给乙方完成整个合同项目有关的所有费用。		
4	所提供的报价不高于采购预算。		
5	完全理解并接受合同条款及格式所列述的各项条款。		
6	同意按本项目要求缴付相关款项。		
7	同意采购方付款方式		
8	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性 and 有效性进行审查、验证。		

注：对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内注明（正偏离、负偏离、无偏离），并说明具体偏离情况。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

七、供应商同类项目案例清单

案例清单

序号	项目名称	项目单位	项目主要内容	合同金额	联系人	联系电话

附：供应商需提供合同相关部分，包括能体现合同单位、合同时间、合同金额、项目主要内容等复印件并加盖供应商公章。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年___月___日

同类项目合同价格说明

八、技术服务响应与偏离表

序号	单一来源采购文件要求	投标响应	偏离情况	说明（技术证明文件）

注：1. 供应商按照单一来源采购文件的“第四章 采购需求 1、技术要求及2. 服务要求”的具体要求，在上表中逐条填写，说明所提供技术服务已对磋商文件做出了实质性响应，并注明偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离），并在“说明”栏内说明具体偏离情况。未列明具体响应条款的视为不满足要求。

2. 涉及技术参数的都需要提供证明材料，包括但不限于产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料。如采购需求中有明确提供的证明材料，则以采购需求为准，供应商须提供相应的证明材料。其他技术服务要求需在“技术服务条款偏离表”中进行响应承诺。

3. 在“投标响应”中须写明所投产品的品牌型号。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年___月___日

九、供应商履约能力及服务方案

供应商需提供包括但不限于以下内容：

- 1、供应商单位简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等。
- 2、服务方案及服务承诺。
- 3、售后服务方案。
- 4、相关专利、专有技术等情况说明（如有）。
- 5、具有完成本项目优势的详细说明。

十、服务承诺

根据采购需求中“第三部分：服务要求”提供承诺函。

注：提供承诺，否则视为无效投标。

十一、其他需要说明的技术服务相关内容

供应商认为其他需要说明的具体技术服务相关内容

十二、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

（公章）

年 月 日

十三、政府采购执行政策相关证明材料

(1) 节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

备注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

(2) 投标产品具有 CCC 强制性认证证书的承诺

我公司承诺：

如投标产品属于“国家市场监督管理总局 2023 年第 36 号 市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告”中制性产品认证目录的，均具有有效的 CCC 认证证书，否则将自动放弃中标资格并承担相应的法律责任。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日