

三、专家论证意见

目前国产医用超声设备在抗干扰能力
输入阻抗、共模抑制比、刺激精度、AI功能
与进口产品存在一定差距，不能满足临床
特殊神经病患者的治疗需求，同意采
购进口产品。

技术专家签字：



2026年2月9日