

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况			
申请单位	郑州人民医院		
拟采购产品名称、数量及预算	超高清腹腔镜系统	1 套	190.00 万元 (人民币)
采购项目所属项目名称	郑州人民医院超高清腹腔镜系统项目		
拟采购进口设备预算	190.00 万元(人民币)		
二、申请理由			
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取			
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取			
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他			
<p>原因阐述：目前我国内品牌由于起步晚，对应设备及配件很难达到手术要求，尤其是复杂手术的要求。进口产品相对于国内产品具有明显优势，兼容性好、稳定性强、成像清晰、色彩逼真、具有动态影像增强、去饱和度、具有荧光功能等优点，减少医源性损伤发生率，降低总体医疗费用，减少医疗纠纷。考虑患者安全和手术质量，申请购买进口产品。</p>			

三、专家论证意见

专家姓名：柳萍

专家工作单位：郑州大学医学院

专家电话：13523062731

专家意见：

进口产品分辨率高，图像更加清晰，操控性更好，能够保证手术的安全性。现这款有利于提升手术的高效完成，满足疑难病例的诊疗需求。在成像技术、光源系统上明显高于目前国产品牌。进口产品可输出标准的4K，能清晰显示细小解剖结构。市场型号达38种，具有双光源设计，亮度稳定，色温5000~7000K，光源使用寿命长，且可实现光源亮度自动调节，更好的满足临床诊疗需求。同意采购进口产品。

专家签字

柳萍

2026年3月6日