

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	潢川县第二人民医院		
项目信息	项目名称	潢川县第二人民医院Anatom Clarity X射线计算机体层摄影系统整机保修项目	
	项目金额	350万元	
	供应商名称	河南康满德医疗器械有限公司	
专业人员信息	姓名	陈伟达	手机号码 1593361009
	职称	高级	
	工作单位	超声中心	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 由于ANATOM Clarity X射线计算机体层摄影系统是深圳安科高技术股份有限公司自主开发、生产的产品。该产品机架内相关组件是定制，维修需要用到原厂专业工具进行测试，满足单一来源采购适用条件。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，可以采用单一来源采购方式。		
专业人员签字	陈伟达	日期2024年3月6日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

