

潢川县人民医院眼科及妇产科医疗设备系统采购项目

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	潢川县人民医院
拟采购产品名称	刨削内窥镜系统
拟采购产品金额	197000.00
采购项目所属项目名称	潢川县人民医院眼科及妇产科医疗设备系统采购项目
采购项目所属项目金额	1600000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 刨削内窥镜系统是一种最新型的可以快速、安全、有效去除宫腔内粘膜下肌瘤和息肉的宫腔镜下组织粉碎系统，可用于治疗由于粘膜下肌瘤或息肉造成的女性异常子宫出血或不孕。是唯一一款非电汽化原理的切除技术。其在切除宫腔内组织的同时不断将切除组织抽吸、排除到体外的收集瓶中，此种方式即可保证的切除深度，不会造成对于子宫的过度伤害，避免了子宫穿孔，同时可保留样本用于病理检查。 国内同类产品无法实现双机联动，延长手术时间，增加手术风险。	
三、专家论证意见	
此类进口产品性能稳定，灵敏度好，临床手术安全可靠，鉴于国内市场现状及采购方以采购需求。建议只购买进口产品。该产品不是《中国限制进口、禁止进口产品目录》中列举规定的产品，采购行为不存在排他性规定。建议依法采购进口该产品。 专家签字：胡寿强 汪玲 曹地生 张若兰 赵世荣 2024年4月3日	