

潢川县人民医院眼科及妇产科医疗设备系统采购项目

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	潢川县人民医院
拟采购产品名称	超细宫腔镜检查系统
拟采购产品金额	162000.00 元
采购项目所属项目名称	潢川县人民医院眼科及妇产科医疗设备系统采购项目
采购项目所属项目金额	1600000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：	
超细宫腔镜检查系统，镜体外径仅 2.9mm；专为门诊宫腔镜诊疗而设计，特别适合妇科门诊手术室、检查室、生殖医学中心、试管婴儿（IVF）中心等所有需要使用免扩宫宫腔镜的诊疗机构。国产同类产品外径较粗，清晰度与稳定性与进口产品存在较大差异，无法实现免扩宫，无法有效减少患者痛苦，增大了手术风险。	
三、专家论证意见	
该进口宫腔镜检查系统较国产宫腔镜检查系统具有镜体外径细、对手术患者创伤小、有利于术后恢复、图像清晰度高、对微小病灶分辨率高等优点。该设备完全满足采购单位临床教学需要。建议采购进口产品，该产品不是中国限制进口、禁止进口产品目录中列举的产品。采购行为不存在排他性条款。建议依法依规采购该进口产品设备。 专家签字：张芳全 曹进先 杨玲 赵莉 胡奇浩 2024 年 4 月 3 日	