

单 一 来 源 采 购 方 式 专 业 人 员 论 证 意 见 表

采购单位	潢川县人民医院	
专业人员信息	姓名	张芳金
	职称	主任
	工作单位	潢川县人民医院
项目信息	项目名称	潢川县人民医院SOMATOM Drive双源CT球管更换及维保服务采购项目
	项目金额	570万
	供应商名称	西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第二章十二条，本次采购的CT球管应注册在设备整机CFDA中，其它球管无法满足这一要求，且不符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三项规定，不能确保新购配件与原有采购项目一致性。 CT球管所配套的以双源CT设备，需专用配件和原厂配件，以及维护金丰富具有西门子设备的维修师等专家维护。 综上所述，潢川县人民医院双源CT球管更换及维保项目应采取单一来源方式采购。	
专业人员签字	张芳金	日期：2024年05月28日