

商丘市长征人民医院采购16排螺旋CT机器采购项目

单一来源进口产品论证专家论证签到表 时间: 2023.12.1

采购单位	商丘市长征人民医院			
项目名称	商丘市长征人民医院采购16排螺旋CT机器采购项目			
姓名	工作单位	职务或职称	联系电话	备注
陈建坤	商丘市第一人民医院	工程师	18637061445	
吴建	商丘市第一人民医院	副主任医师	1386718815	
陈建坤	商丘市第一人民医院	副主任医师	13637031909	
黄建	商丘市中心医院	主任医师	13700831011	
姜高伟	商丘市人大	律师	187388655	



商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目

单一来源进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
项目金额	70 万元

专家论证意见

该单位原机器为大型原装进口16排能螺旋CT Activon/16, 仅适用佳能 CXB-400C 从适用性, 兼容性, 性价比来看, 其它CT球管无法适配, 符合单一来源采购程序。

专家签字: 魏召山

日期: 2023年12月1日



商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
单一来源进口产品论证专家论证意见



一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
项目金额	70 万元
专家论证意见	
该 CT 机 16 排 CT 为原装进口大型医学检查设备，结构精密，维护保养复杂。CT 机球管是其最核心的零部件，对整个 CT 机的正常运行非常重要，非原厂球管部件无法保障 CT 主机的正常运行，因此，该球管采购项目只能从佳能原厂或其授权经销商处采购，该项目采用单一来源方式采购进口产品符合相关规定。	
专家签字：	
日期：2023 年 12 月 / 日	

商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
单一来源进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
项目金额	70 万元
专家论证意见	
商丘市长征人民医院性能(转) CXB-400C 球管 适用于 16 排 CT (AcuVision/11)。本球管在兼容性、 有技术且均高于其他球管。本球管在技 术性能上属于配套或配件球管适用于单一来源进口 产品。	
专家签字:	吴达
日期:	2013 年 12 月 1 日



商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目

单一来源进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
项目金额	70 万元

专家论证意见

该项目的 16 排螺旋 CT 机器为进口产品。
其机器球管，仅适用佳能（原东芝）CX16-400C，具有排它性，符合单一来源采购程序。

专家签字：  

日期：2021 年 2 月 1 日



商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目

单一来源进口产品论证专家论证意见

一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院采购 16 排螺旋 CT 机器球管项目
项目金额	70 万元

专家论证意见

球管是CT机的核心部件，非原厂零部件无法保证CT主机正常、稳定的运行。该院的佳能16排CT是原装进口设备，配套球管 CXB-400C型也是原装进口设备，因此，该项目采购的货物可以使用单一来源方式采购进口产品，采购方式符合国家相关法规及行业规范。



专家签字: 姜高伟

日期: 2023年12月1日

