

单一来源采购专家论证意见

专家姓名	韩岭	职 称	高级
工作单位	河南雄骏机械科技有限公司		
采购单位名称	洛阳市妇幼保健院		
采购项目名称	洛阳市妇幼保健院通衢院区中心负压系统液缓真空泵更换维修		
供应商名称	洛阳市涧西区宏福水处理设备经营部		
专 家 论 证 意 见	我建该项目采用单一来源方式采购, 供应商为“洛阳市涧西区宏福水处理设备经营部”, 理由如下: 1. 该泵安装在机房中心负压系统的1号液缓真空泵近期出现故障, 负压形成出现问题, 经检测中心负压系统液缓真空泵需要更换, 原品牌为“佳德纳士”; 2. 为保证项目的使用连续性, 需继续使用原厂品牌; 3. 洛阳市涧西区宏福水处理设备经营部为“佳德纳士机械科技有限公司”为唯一授权单位。 4. 符合政府采购法关于单一来源采购的要求。		
	专家签名: 韩岭	2025 年 9 月 4 日	

本表专家一人一表填写论证意见并签字