


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套）
拟采购产品金额	170000.00元/条
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 建议该设备技术成熟稳定，价格性价比高，图像清晰度高，操作方便可适应 清晰、精准、反应速度快，能有效降低误诊风险，操作简单易学可快速 普及，对肺部病变及周围区域病变能及时发现。镜头成像清晰， 放大倍数高。部分技术参数国内设备无法满足，建议进口。 进口。	
专家签字：张华	
2025年10月3日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套）
拟采购产品金额	170000.00 元/条
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
进口纤维支气管内窥镜和国内产品比较有以下优点：视野更加清晰，图像分辨率大于1080P，视场角大于120°，弯曲角达到270°，光源亮度高，便于肺内早期筛查，使用舒适性好，以上优点，国产尚不具备，建议采购进口纤维支气管内窥镜（床旁镜）	
专家签字：	
	2025年10月22日

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套）
拟采购产品金额	170000.00 元/条
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（ <u>法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议</u> ）	
经单位拟采购的纤维支气管床旁镜，对视野角度、景深及图像处理要求较高，进口产品在用材、工艺、安全性、抗干扰能力方面较国产产品具有优势，且使用寿命长，故障率低，为临床诊疗、科研、教学工作需要，建议采购进口产品。	
专家签字：	
 2025年10月23日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套）
拟采购产品金额	170000.00 元/条
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统1套），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 洛阳市中心医院拟采购的纤维支气管内窥镜是ICU与急诊的核心设备，能实现床旁快速探查与干预。其便携性确保在紧急气道管理不明原因肺不张时，可大需移动危重患者，目前相关国产产品并不能全面完全替代相关医院对于特殊危重患者需求，因此建议购买相关进口产品，以提升医院在相关领域的先进性。	
专家签字： 	
2025 年 10 月 3 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统 1 套）
拟采购产品金额	170000.00 元/条
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的纤维支气管内窥镜（床旁镜）（含摄像系统 1 套），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
根据核，该单位采购进口产品不违反国家禁止性限制规定，建议采购该产品	
专家签字：	
2015年 6月23日	

注：一人一表