



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）
拟采购产品金额	550000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
进口呼吸冷冻治疗仪具有 -80°C ~ -70°C 的精准冷冻温度控制，规划操作时间 $\leq 4\text{s}$ ，能高效破坏病灶细胞，同时避免温度波动对气道黏膜造成过度损伤；国产设备多为 -60°C ~ -50°C 控制范围，且降温速率慢 $\geq 15\text{s}$ ，易导致病灶细胞坏死或过度冷冻损伤。鉴于以上，建议购买进口产品。	
专家签字： 	
 年 10 月 23 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）
拟采购产品金额	550000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
进口冷冻治疗仪和国内产品比较有以下不可替代优点：精准温度控制快速响应，冷冻探头探针可高温消毒，避免交叉感染，可治疗气道内肿瘤，黏膜探针的使用，避免反复进出气道，降低并发症发生率。产品性能优越，故障率低。建议采购进口冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）。	
专家签字：	
	2025年10月27日


注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）
拟采购产品金额	550000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（<u>法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议</u>） 进口冷冻治疗仪，采用二氧化碳/氮气循环技术，可精准控温，毫米级精准穿刺，保证微创安全，且支持穿刺多次重复治疗，可提升临床治疗效率。为满足临床诊疗、科研、教学需求，建议购置进口产品。	
专家签字： 	
2025 年 10 月 23 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）
拟采购产品金额	550000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
洛阳市中心医院采购的冷冻治疗仪为基于在核心制冷性能、治疗精度、临床操作性和治疗可靠性等方面有着主要的不同，直接关系肿瘤治疗的彻底性和患者的安全，国内相关产品尚不能全面替代，无法达到相关要求，满足医院对疑难重症肿瘤患者的治疗需求。因此建议采购进口相关产品。	
专家签字：	
2025 年 10 月 21 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用）
拟采购产品金额	550000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的冷冻治疗仪（支气管镜下治疗用），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
根据要求，该单位采购上述产品，不建议同时禁止 或限制其他规定，建议采购该产品。	
专家签字：	
2015年10月23日	

注：一人一表