

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪）
拟采购产品金额	400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（<u>法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议</u>） 进口呼吸内镜氩气刀治疗仪具有高精度的功率调节，实现200W的精准切割和凝固，可精准调节止血功率，调节精度达0.1W/min，进口氩气刀可兼容多种品牌和型号的呼吸内镜，刀头设计多样，满足不同的治疗需求，操作界面简洁直观，缩短手术时间，国产产品部分功能无法满足，建议购买进口产品。	
专家签字：	王世华
2015 年 10 月 28 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪）
拟采购产品金额	400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
进口支气管镜下治疗用高频手术系统和国产产品相比有以下优点： 视野更优如电切电凝、凝固效果更佳、尚能实现纵膈淋巴结穿刺定位，提高肺癌诊断率，术后并发症，故障率低。 建议采购进口支气管镜下高频手术系统。	
专家签字：	
2025年10月27日	


注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪）
拟采购产品金额	400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
该单位拟采购呼吸内镜氩气刀治疗仪，以氩等离子体传导能量，减少机械损伤，对病变范围和深度精准可控，可止血，创面小，恢复快，相比于其他支气管镜下治疗系统具有明显优势，为满足临床、科研、教学及市中心需求，建议购置进口产品。	
专家签字： 	
2023年10月23日	


注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪）
拟采购产品金额	400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 洛阳市中心医院拟采购的高频手术系统为医疗系统的高尖端医疗设备，其在对于支气管肿瘤的治疗上有着重要优势，精细化的设备在治疗效果、术后恢复率等方面有着重要的差距，进口产品在精细化、操作方便性等方面有着重要的优势，目前国产相关产品尚难以全面替代，因此建议采购相关进口产品，全面提升医院竞争力。	
专家签字： 	
2025年10月23日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪）
拟采购产品金额	400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的支气管镜下治疗用高频手术系统（呼吸内镜氩气刀治疗仪），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 根据要求，经本单位综合上述产品不违反国家禁止性法规强制性规定，建议采购该产品。	
专家签字： 	
2015年10月23日	

注：一人一表