

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜）
拟采购产品金额	2400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果等优势，能更好的满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 进口电子支气管镜影像处理系统更为清晰，显著降低诊疗风险，弯曲度变化，具有最佳的插管旋转功能，镜身柔软度高，有效减轻患者不适感，视野宽，兼容性较高，且能实现画面大小切换，镜头发展成熟，稳定性高；部分功能国产产品无法达到。鉴于以上建议进口产品。	
专家签字： 王海燕	
2025 年 10 月 24 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜）
拟采购产品金额	2400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好的满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 进口电子支气管内窥镜和国产产品比较有以下优势：图像质量更清晰、分辨率更高，操作更灵活，功能扩展性及临床适用性产品稳定性更好，能充分满足临床诊疗、教学工作，科学研究。建议采购进口电子支气管内窥镜系统。	
专家签字：	
2025年10月23日	


注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜）
拟采购产品金额	2400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果等优势，能更好的满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 进口支气管镜系统采用前沿电子成像系统技术，具有分辨率高、窄带成像技术、数字化处理等优势，较国内产品先进，为满足临床诊疗、科研教学等方面需求，在符合国家相关政策的前提下，建议购置进口产品。	
专家签字： 王健强	
2025 年 10 月 23 日	

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜）
拟采购产品金额	2400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果好等优势，能更好的满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议） 洛阳市中心医院拟采购的电子支气管内窥镜系统为高端医疗产品，是集光、电、精密机械于一体的医疗设备，其在高分辨率显示及气管早期病变及早期恶性肺癌诊断有重要意义。基于其在临床治疗效果，和科研教学方面有显著优势，进口产品在图像质量、先进功能、操作性能及长期可靠性方面具有优势，目前国产产品尚难以全面替代，因此建议采购进口产品，提升医院竞争力。	
专家签字：	
	2025 年 10 月 3 日

注：一人一表

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	洛阳市中心医院
拟采购产品名称	电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜）
拟采购产品金额	2400000.00 元
采购项目所属项目名称	传染病医院传染病防控综合服务能力提升项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	4418000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 经临床科室讨论与国产同类产品相比较，进口的电子支气管内窥镜系统（包含 2 条治疗镜、1 条检查镜），具有用材精良、工艺先进、使用寿命长、安全性高、抗干扰能力强、治疗效果等优势，能更好的满足临床诊疗、科研、教学需求。	
三、专家论证意见（法律专家应判定拟采购产品是否属于国家限制进口产品；技术专家应重点论证采购需求，对进口产品与同类国内产品的技术指标、参数、性能及其优劣作出对比，提出合理的采购建议）	
根据要求，经单位采购上海产品不违反国家禁止性或限制性规定，建议采购该产品。	
专家签字：	
2015年10月22日	

注：一人一表