

采购需求及采购文件论证意见

一、基本情况	
采购人	洛阳市偃师人民医院
采购项目名称	洛阳市偃师人民医院超高端 CT 采购项目
二、论证内容	
<p>1. 对采购需求制定的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在倾向性、排他性进行论证；</p> <p>2. 对采购文件编制的合理性、严谨性，采购文件是否有排他性、指向性技术参数，是否设置了不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商等其它不合理条款；是否符合采购需求进行论证；</p> <p>3. 其他相关内容。</p>	
三、专家论证意见	
<p>经论证小组论证：</p> <p>1. 本项目采购需求制定合法、合规、合理、必要、可行，不存在倾向性、排他性。</p> <p>2. 采购文件编制合理，不存在排他性、指向性技术参数，未设置不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商等其它不合理条款，符合采购需求。</p> <p>3. 未发现其他排他性或不合理条款。</p> <p>4. 部分技术参数修改如下：</p> <p>★1.4 修改为“为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管，探测器，高压发生器）与 CT 主机为同一品牌（提供相关证明材料）”。</p> <p>4 修改为“高压注射器 1 台，产品应取得医疗器械注册证，耗材开放”。</p> <p>4.1 内容删除“悬吊 双筒，注射速率 0.1-12ml/s，步进 0.01ml/s，支持机头预罐安装，多阶段注射 1-12 个）”。</p> <p>4.2 修改为“双筒，注射头旋转同时支持手动和一键智能自动旋转双模式 压力范围 50-350psi，8 个注射时相，预设方案 ≥ 1000 个，记录历史注射存量 ≥ 1000 个，同时支持无线和有线双通信模式，保温套 2 个”。</p> <p>5.2 修改为“4M 及以上诊断显示器 10 套及配套工作站，尺寸 ≥ 27Inch 分辨率 $\geq 2560 \times 1440$，亮度 ≥ 600cd/m²，对比度 $\geq 1000:1$ (Typ)，全贴合屏设</p>	

计显示，支持双屏/画中画/画外画等不同的窗口显示不同的诊断图像和内容，实现对显示画面局部高亮”。

6.1 修改为“产品应取得医疗器械注册证。AI 软件模块为同一品牌，肺结节，颅内动脉瘤 CT 血管造影，胸部 CT、骨折 CT 等”。

全体专家签字：

陈 子健 李斌

2026 年 2 月 10 日