

一、基本情况			
申请单位	栾川县人民医院		
拟采购产品名称	听力计		
拟采购产品金额	10 万元		
采购项目所属项目名称	栾川县人民医院医学装备采购项目		
采购项目所属项目金额	43.6 万元		
二、申请理由			
☐ 1. 中国境内无法获取 ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取 ☒ 3. 其他			
原因阐述：栾川县人民医院拟采购听力计设备，经考察了解，国内同类产品的精确度、使用可靠性、耐用性、准确性等核心参数略低于进口产品，为了满足临床需要，故申请采购进口产品。			
三、专家论证意见			
专家姓名：	王燕萍	联系方式：	15838829511
职称：	主任医师	工作单位：	河南科技大学第二附属医院
业拟采购的听力计检测设备，对声音信号在频率、强度和 时间方面要求较高，与国内同类产品相比，进口产品在功能上 精确度更高、在技术指标上有较大优势，稳定性更好，更 好地诊断提供精准率，有效满足临床需求，保证医 疗质量，同时为患者提供安全的保障。			
专家签字：王燕萍 2023 年 7 月 14 日			