

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李斌</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>洛阳环锋医疗技术有限公司</u>	
项目信息	项目名称: <u>栾川县人民医院采购 62 排 CT 球管项目</u>	
	项目预算金额: <u>1750000.00 元</u>	
	供应商名称: <u>国药控股创服医疗技术(河南)有限公司</u>	
专业人员论证意见	此单位现有 GE Optima CT620 设备一台, 目前设备球管损坏急需更换, 为保证设备整体的兼容性, 匹配性, 建议采用原厂球管, 另外其它品牌球管与该设备也不能通用。国药控股创服医疗技术(河南)有限公司为河南地区授权经销商, 建议采用单一来源采购方式从该公司采购 CT620 球管。	
专业人员签字	<u>李斌</u>	日期 <u>2023</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。