

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 苏美	
	职称: 副教授	
	工作单位: 河南科技大学	
项目信息	采购项目名称: 河南省嵩县人民医院嵩县人民医院联影40排CT球管更换服务项目	
	项目预算金额: 39.3667万元	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>按照《医疗器械监督管理条例》相关规定, 确得医疗设备使用之必要性, 球管作为关键部件已包含在整机中, 所以建议选用原厂配件。从确得CT之各项技术指标达到出厂要求, 建议采用单一来源采购方式, 从原厂商处采购球管更换服务。</p>	
专业人员签字	苏美	日期: 2025年2月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专家手工填写。

