



鲁山县人民医院
The People's Hospital of Lushan

鲁山县人民医院医疗设备验收报告

使用科室: 超声科

设备名称: <u>超声诊断设备</u>	设备型号: <u>Apilo i800 TUS-A1800</u>
生产厂家: <u>佳能医疗器械(大连)有限公司</u>	供货公司: <u>河南邦鼎医药科技有限公司</u>
单价: <u>2797000</u>	设备编号: <u>ZDA24X2054</u>
设备包装完整性: <u>完整</u>	生产日期: <u>2024.10</u>
设备开机运行状态: <u>正常开机</u>	验收日期: <u>2025.3.11</u>
保修时间: <u>叁年</u>	售后电话: <u>400-810-1313 18910391017</u>
供货公司证件: 1. 营业执照 2. 医疗器械经营许可证 3. 医疗器械经营备案凭证	
生产公司证件: 1. 营业执照 2. 医疗器械经营许可证 3. 医疗器械经营备案凭证	
4. 医疗器械注册证编号及有效期: <u>国械注准20243060871 五年</u>	
5. 医疗器械生产许可证编号及有效期: <u>辽药监械生产许20230030号 五年</u>	
验收依据: <u>平公资采202589号</u>	
验收内容及设备配置: <u>Apilo i800 TUS-A1800超声诊断仪壹台. 电脑. 打印机. UPS电源壹台. 诊断床. 诊断椅. 电脑桌壹台.</u>	
验收结果: 根据中标方投标文件响应性内容以及新装设备配置要求查验如下: 1、核对公司证件及医疗器械注册证结果: <u>合格</u> 2、查验随机资料、核对技术参数偏离表结果: <u>合格. 符合.</u> 3、核对售后服务及优惠条件结果: <u>合格.</u> 4、设备验收结果: <u>验收合格</u>	

设备验收参与人员:

1、医学装备科: 王福东

3、财务科: 李海林

5、供货公司: 刘培娟

2、使用科室: 李兆前

4、招标办: 马聚明

6、安装工程师: 李治良